

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 610 fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew.266 (zamówienia publiczne)
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/02/20/2018

31.12.2018 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy konkursu ofert na dostawę akcesoriów do witrektomii i operacji zaćmy dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/20/2018

Zamawiający przekazuje zapytania, jakie wpłynęły wraz z odpowiedziami:

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1, lp 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie Metylcelulozy produkcji niemieckiej – stężenie 2% pojemność 2 ml, lepkość (2600-2700) mpas, osmolarność (270-400/mOsm/kg), właściwości dyspersyjne, pH 6,8-7,5, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 2

Czy zamawiający dopuści również błękit trypanu pakowany po 10 fiolek o pojemności 1 ml ? Jaką ilość opakowań należy wówczas zaoferować? pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie = 10 fiolek. Ilość sztuk wymagana przez Zamawiającego to 150 fiolek. W kolumnie cena jednostkowa netto należy wycenić 1 fiolkę.

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

*ł. med. Hanna Majewska-Dąbrowska