

**SZPITAL WOJEWÓDZKI**  
**im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży**  
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża  
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024  
tel. 86 47 33 266 fax 86 47 33 210

e – mail: [przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

[www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/45/2019

13 listopada 2019 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

### Pytanie 1

**(dotyczy pakietu 3 stymulator jednojamowy parametry graniczne, programowane punkt 4)**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości impulsu w zakresie 0,12- 1,5ms co nieznacznie różni się od wymaganych wartości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 2

**(dotyczy pakietu 3 stymulator jednojamowy parametry graniczne, programowane punkt 11)**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z gniazdem IS 1, kompatybilne z łącznikami umożliwiającymi połączenie elektrod o średnicach 3,2mm, 5mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 3

**(dotyczy pakietu 3stymulator dwujamowy parametry graniczne, programowane punkt 3)**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o amplitudzie impulsu w zakresie 0,5-7,5V?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 4

**(dotyczy pakietu 3 stymulator dwujamowy parametry graniczne, programowane punkt 4)**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szerokości impulsu w zakresie 0,12- 1,5ms co nieznacznie różni się od wymaganych wartości?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**

**(dotyczy pakietu 3 stymulator dwujamowy parametry graniczne punkt 11)**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z gniazdem IS 1, kompatybilne z łącznikami umożliwiającymi połączenie elektrod o średnicach 3,2mm, 5mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Podpisal**  
DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży  
**mgr Mariusz Obrycki**