



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Łomża, dnia 18.07.2022 r.

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/ 22 /2022

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/ 22 /2022

Zamówienie dotyczące tomografu komputerowego jest finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianą SWZ:

Pytanie 1

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ:

- Dotyczy punktu 32 tabeli Załącznika nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane**

Ponieważ Zamawiający nie wymaga systemu z fizycznym pochylaniem gantry prosimy punktowanie również systemu ograniczenia fizycznego kontaktu personelu z pacjentem bez funkcji pochylania gantry. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam zaoferować wymaganą funkcjonalność.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 4 do SWZ w zakresie pkt 32 poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

32.	<p>System ograniczenia fizycznego kontaktu personelu z pacjentem składający się z min. trzech kamer do podglądu pacjenta wraz ze sterowaniem ruchami stołu (góra/dół, przód/tył) oraz pochylaniem gantry z pomieszczenia konsoli operatorskiej (dla tomografu z fizycznym pochylaniem gantry)</p> <p>LUB</p> <p>System ograniczenia fizycznego kontaktu personelu z pacjentem składający się z min.</p>	<p>Tak/Nie</p> <p>Podać</p>	<p>Tak - 3 pkt</p> <p>Nie - 0 pkt</p>	
-----	---	-----------------------------	---------------------------------------	--

	trzech kamer do podglądu pacjenta wraz ze sterowaniem ruchami stołu (góra/dół, przód/tył) z pomieszczenia konsoli operatorskiej (dla tomografu z cyfrowym pochylaniem gantry)			
--	---	--	--	--

W pozostałym zakresie Załącznik nr 4 do SWZ nie ulega zmianie.

2. Dotyczy pkt. 45 Załącznika nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane:

Zwracamy się z prośbą o korektę oczywistej omyłki pisarskiej i wprowadzenie zakresów parametru do punktacji nadając punktowi następujące brzmienie:

45.	Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w osi XY przy jednoczesnej akwizycji min. 64 warstw, w akwizycji spiralnej, w matrycy 512x512, w punkcie 50% krzywej MTF [pl/cm]	≥ 10,0 pl/cm	≥ 12,0 pl/cm - 2 pkt ≥ 11,0 pl/cm - 1 pkt ≥ 10,0 pl/cm - 0 pkt	Tak 12,1 pl/cm
-----	---	--------------	--	-------------------

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 4 do SWZ w zakresie pkt 45 poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

45.	Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w osi XY przy jednoczesnej akwizycji min. 64 warstw, w akwizycji spiralnej, w matrycy 512x512, w punkcie 50% krzywej MTF [pl/cm]	≥ 10,0 pl/cm	≥ 12,0 pl/cm - 2 pkt ≥ 11,0 pl/cm i < 12,0 pl/cm - 1 pkt ≥ 10,0 pl/cm i < 11,0 pl/cm - 0 pkt	
-----	---	--------------	--	--

W pozostałym zakresie Załącznik nr 4 do SWZ nie ulega zmianie.

3. Dotyczy punktu 62 tabeli Załącznika nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane

Zamawiający nie określił ilości jednoczasowych licencji serwera aplikacyjnego. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga po dwie jednoczasowe licencje wymaganego oprogramowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dwóch jednoczasowych licencji oprogramowania.

4. Dotyczy pkt. 107 Załącznika nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane:

Zwracamy się z prośbą o podanie nazwy i producenta systemu rejestracji i monitorowania dawki promieniowania posiadanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada system rejestracji i monitorowania dawki promieniowania zrealizowany w oparciu o system RadiDose firmy PIXEL Sp. z o.o.

5. Dotyczy pkt. 110 Załącznika nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane:

Prosimy o podanie nazwy dostawcy systemów RIS/PACS oraz informację, czy Zamawiający posiada wolne licencje.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada system RIS/PACS zrealizowany w oparciu o system AlleRad firmy PIXEL Sp. z o.o. i nie posiada żadnych wolnych licencji. Zamawiający nie dopuszcza stosowania licencji demo (tzn. na czas określony). Licencje niezbędne do podłączenia aparatu mają zapewnić możliwość eksploatacji w czasie bezterminowym.

6. Dotyczy pkt. 112 Załącznika nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane:

- a) Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odpowiedź:

Zamawiający może zapewnić możliwość świadczenia usługi zdalnej diagnostyki. Zamawiający do realizacji takiego rozwiązania dopuszcza tylko połączenia szyfrowane realizowane w oparciu o VPN IPsec typu Site-to-Site.

Warunkiem niezbędnym do realizacji połączeń serwisowych i diagnostycznych jest podpisanie z Zamawiającym Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.

- b) W przypadku braku zgody na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia usługi zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy.

- c) Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłaconym przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia usługi zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłaconym przez Wykonawcę.

7. Dotyczy wyjaśnień z dnia 24.06.2022.

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 5 odstąpił od wymogu punktu 59 tabeli „Sterowanie wstrzykiwaczem kontrastu bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej. Sprzężenie klasy min. IV wg. CiA 425 z dostarczonym wstrzykiwaczem” oraz wymogu punktu 106 dotyczącego dostarczenia wstrzykiwacza sprzężonego z tomografem w klasie min. IV.

Zwracamy uwagę, że brak sprzężenia w klasie min. IV wg CiA 425 oraz brak sterowania wstrzykiwaczem przez tomograf znacznie pogarsza ergonomię i wygodę pracy technika oraz wpływa na bezpieczeństwo pacjenta. Obecnie klasa IV sprzężenia jest standardem w nowoczesnej tomografii, gdyż taka integracja zapewnia bezpieczeństwo podania kontrastu oraz powtarzalność badań. Zamawiający rezygnując z wymagania integracji wstrzykiwacza w klasie min. IV naraża pacjenta na błędy w podaniu kontrastu spowodowane przez obsługę oraz problemy przy porównywaniu badań wykonanych przy różnych parametrach podania kontrastu. Zamawiający powinien być zainteresowany pozyskaniem systemu posiadającego nowoczesne rozwiązania zapewniające jak największe bezpieczeństwo pacjenta podczas badania. W związku z powyższym wnosimy o przywrócenie pierwotnych wymagań opisanych w punktach 59 i 106, czyli bezwzględne wymaganie integracji wstrzykiwacza w klasie IV wg. CiA 425.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej w dniu 24 czerwca 2022 r. na Pytanie 5. Zapis o treści: „Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga” otrzymuje prawidłowe brzmienie: „Zgodnie z SWZ”

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone pierwotnie w Załączniku nr 4 do SWZ.

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ – serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

- 8. Dot. pkt 2** - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy bez konieczności użycia części zamiennych do 3 dni roboczych, do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SWZ:

9. Dot. §2 ust. 11 - W §2 ust. 11 Zamawiający zastrzegł, iż:

„W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 9 w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu comiesięcznych oświadczeń dotyczących realizacji obowiązku wskazanego w ust. 9.”

Jednocześnie nieterminowa realizacja ww. obowiązku obarczona została w §10 ust. 1 lit. o) wzoru umowy sankcją kary umownej.

Czy Zamawiający zgodzi się na uzupełnienie §2 ust. 11 (a finalnie także odpowiednią modyfikację §2 ust. 14) poprzez wskazanie, iż wyznaczony Wykonawcy termin na przedstawienie dokumentów nie będzie krótszy niż 5 dni. W związku ze skalą przedsięwzięcia związanego z realizacją zamówienia oraz szerokim katalogiem dokumentów, jakich oczekiwać może Zamawiający (§2 ust. 12) należy przewidywać, iż Wykonawca będzie potrzebował odpowiedniego czasu na wykonanie wezwania, a zatem nie każdy termin wyznaczony jednostronnie może okazać się realny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

10. Dot §4 ust. 2 - W §4 ust. 2 Zamawiający zastrzegł, iż podpisanie protokołu odbioru końcowego całości zamówienia nastąpi po uzyskaniu w szczególności (pozytywnej) decyzji Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Białymstoku. Jak Zamawiający rozumie zapis „w szczególności”? Czy Zamawiający wykreśli ww. frazę z postanowienia §4 ust. 2?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

11. Dot. §4 ust. 3 - W §4 ust. 3 Zamawiający zastrzegł, iż:

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego całości zamówienia, aktualne dokumenty dopuszczające aparaturę medyczną do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia oraz decyzję (pozytywną) WSSE w Białymstoku dopuszczającą tomograf komputerowy do użytkowania oraz dopuszczającą mammograf do użytkowania.

Prosimy o wyjaśnienie, w jakim zakresie odpowiedzialność za dopuszczenie do użytkowania mammografu ma ponosić Wykonawca, jeśli nie jest jego dostawcą, producentem ani gwarantem etc., a co za tym idzie nie zna jego stanu technicznego i nie może za niego odpowiadać?

Odpowiedź:

Zamawiający zagwarantuje prawidłową pracę aparatu w okresie niezbędnym do wykonania stosownych badań i uzyskania dopuszczenia do użytkowania.

12. Dot. §4 ust. 8 - W §4 ust. 8 Zamawiający zastrzegł, iż:

„Za moment przejścia na Zamawiającego korzyści i ciężarów związanych z przedmiotem Umowy, jak również niebezpieczeństwa przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia Strony ustalają moment podpisania protokołu odbioru końcowego całości zamówienia, bez uwag.”

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z ww. postanowienia frazy „bez uwag”? W ocenie Wykonawcy jak i zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, nie można uzależniać zapłaty wynagrodzenia od podpisania protokołu bez jakichkolwiek wad/usterek/zastrzeżeń. Przyjęcie odmiennego stanowiska naruszałoby równowagę między Zamawiającym a Wykonawcą, uzależniając odbiór, a tym samym płatność wynagrodzenia od wykluczenia istnienia jakiegokolwiek wady w chwili oddania przedmiotu. W konsekwencji przyjmuje się, że strony nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek (por. wyrok SN z dnia 5 marca 1997 r. o sygn. II CKN 28/97, z dnia 26 lutego 1998 r. o sygn. I CKN 520/97, z dnia 30 października 2002 r. o sygn. V CKN 1287/00, z dnia 7 marca 2013 r. o sygn. II CSK 476/12).

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

13. Dot. §4 ust. 9 lit. d) - W §4 ust. 9 lit. d) Zamawiający zastrzegł, iż:

„Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego całości zamówienia (odmówić odbioru przedmiotu Umowy), w wypadku, gdy:

d) nastąpi ujawnienie wad lub usterek w wykonanych robotach budowlano-instalacyjnych.”

Nie każda wada lub usterka uprawniać powinna do odmowy podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego, a jedynie istotna, uniemożliwiająca korzystanie z przedmiotu umowy. Pozostałe drobne wady i usterki powinny być usuwane w ramach roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się na modyfikację postanowienia punktu d) na następującą: „d) nastąpi ujawnienie istotnych wad lub usterek w wykonanych robotach budowlano -instalacyjnych”.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

14. Dot. §8 ust. 3 - W §8 ust. 3 Zamawiający zastrzegł, iż:

„Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie trzech odrębnych faktur Vat wystawionych przez Wykonawcę, dotyczących ust. 2 pkt 1-3), po podpisaniu protokołów: zdawczo-odbiorczego aparatury medycznej oraz protokołu odbioru końcowego całości zamówienia, bez uwag.”

Czy w związku z uwagami do §4 ust. 8 wzoru umowy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z ww. postanowienia frazy „bez uwag”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

15. Dot § 8 ust. 4 – Prosimy o skrócenie terminu płatności do 45 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

16. Dot § 8 ust. 8 - W treści § 8 ust. 8 wzoru umowy Zamawiający zastrzegł, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić treść § 8 ust 8 wzoru umowy?

W ocenie Wykonawcy tego typu postanowienia godzą w zasadę równości stron stosunku zobowiązaniowego i całkowicie nie przystają do warunków rynkowych. Równocześnie, ostatnie skokowe wzrosty cen, trudne do przewidzenia reakcje rynku materiałów budowlanych czynią kwestionowany zapis nieadekwatnym do aktualnej sytuacji gospodarczej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

17. Dot § 10 ust. 2 Określenie górnego limitu naliczenia kary umownej na tak wysokim poziomie w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

W związku z powyższym proponujemy o obniżenie górnego limitu naliczenia kary umownej maksymalnie do wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

18. Dot § 10 ust. 3 Prosimy o usunięcie postanowienia § 10 ust. 3 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Ponadto zwracamy uwagę, iż w obecnej sytuacji związanej z COVID-19 przepisy prawa wprost zakazują Zamawiającemu dokonywania tego typu potrąceń. Zgodnie bowiem z art. 15r¹ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez

90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

19. Dot §11 ust. 7 Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

20. Dot. §12 ust. 2 - W treści §12 ust. 2 Zamawiający zastrzegł, iż:

„Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- a) dwukrotnej zwłoki Wykonawcy w spełnieniu świadczenia wynikającego z udzielonej gwarancji albo rękojmi lub jednokrotnej zwłoki, która przekracza 4 dni,*
 - b) ponownej odmowy odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, na skutek wystąpienia tych samych usterek, jakie stanowiły podstawę pierwszej odmowy odbioru przedmiotu Umowy, o której mowa w § 2 ust. 10 oraz § 4 ust. 9 niniejszej Umowy,*
 - c) zwłoki Wykonawcy w usunięciu usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,*
 - d) nieprzekazania Zamawiającego list podwykonawców (w tym list zaktualizowanych), o których mowa w § 13 ust. 2 Umowy,*
 - e) nieprzedłożenia, zgodnie z § 16 Umowy, kopii aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy lub dokumentów potwierdzających kontynuację ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w § 16 ust. 2 Umowy,*
 - f) innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania tych naruszeń,*
- w terminie 20 dni od dnia zaistnienia podstaw odstąpienia.”*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lit. a)? Okres gwarancji i rękojmi dotyczy etapu po odbiorze przedmiotu Umowy Z kolei odstąpienie powinno służyć co do zasady możliwości wyjścia z umowy w trakcie realizacji zamówienia. Zastrzeżenie prawa odstąpienia po wykonaniu

zasadniczego przedmiotu umowy może budzić wątpliwości choćby z punktu widzenia skutków takiego odstąpienia (obowiązku zwrotu świadczeń).

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający potwierdza, iż przyczyną odmowy odbioru przedmiotu Umowy w zakresie dotyczącym §4 ust. 9 lit. d) mogą być wady lub usterki uniemożliwiające korzystanie ze zrealizowanych robót budowlanych zgodnie z przeznaczeniem, nie zaś np. ewentualne usterki o charakterze drobnym lub estetycznym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić mechanizm, zgodnie z którym w pierwszej kolejności w zakresie postanowień poprzedzających lit. i) wezwie Wykonawcę do wykonywania umowy w sposób należyty/do wykonania zobowiązania, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni, po upływie którego zaktualizuje się prawo do odstąpienia od umowy, zaś w zakresie lit. i) uzupełni zapis o ww. termin?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

- 21. Dot §12 ust. 2** - Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urzędzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie podpunktu kolejnego do § 12 ust. 2 i wskazanie, że uprawnienie do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie podpunktu g) o następującej treści:
- „g) Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”*

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

- 22. Dot. §14 ust. 1** - Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie „wszelkie utwory powstałe w toku realizacji Umowy”, o których mowa w §14 ust. 1 wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

- 23. W Załączniku nr 6 do wzoru umowy – pkt I. ppkt 1.** (Tabela) Zamawiający zastrzegł, iż terminy na opracowanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, STWIOR obejmują złożenie przez Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/przebudowę/zgłoszenie robót oraz uzgodnienie i akceptację przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań. W jakich terminach Zamawiający będzie zobowiązany do wykonywania ww. obowiązków, stanowiących element współpracy z Wykonawcą, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji projekt budowlany (I etap) w terminie 3 dni przed terminem określonym w umowie. Zamawiający dokona sprawdzenia i akceptacji przyjętych rozwiązań. Zamawiający wyraża zgodę na bieżące konsultacje i ustalenia w sprawie wykonywanego projektu budowlanego. Terminy realizacji dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami umowy, Załącznik nr 6 do SWZ.

Złożenie przez Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/przebudowę/zgłoszenie robót w terminie dwóch dni roboczych po przekazaniu przez Wykonawcę projektu budowlanego zaakceptowanego przez Zamawiającego.

- 24. W Załączniku nr 6 do wzoru umowy – pkt I. ppkt 10.** Zamawiający zastrzegł, iż Wykonawca pozyska wszystkie niezbędne dokumenty w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Dokumentacji. Jakie dokumenty będzie zobowiązany uzyskać samodzielnie Wykonawca, skoro inwestycja będzie prowadzona na istniejącym obiekcie, którego szczegółową dokumentacją dysponuje Zamawiający i to Zamawiający będzie wnioskował o wydanie decyzji dotyczących pozwolenia na budowę/użytkowanie?

Odpowiedź:

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację archiwalną, Wykonawca wykona dokumentację projektową którą winien uzgodnić m.in. z WSSE, rzeczoznawcą p.poż, Zamawiającym. Przez niezbędne dokumenty Zamawiający ma na myśli wszystkie niezbędne zgody, decyzje, uzgodnienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/wykonania robót budowlanych oraz decyzji pozwolenia na użytkowanie.

25. W Załączniku nr 6 do wzoru umowy – pkt I. ppkt 20. Zamawiający zastrzegł, iż:

„W wypadku, gdy Zamawiający zażąda usunięcia wady Dokumentacji albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Wykonawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 3 dni, uważać się będzie, że Wykonawca uznał to żądanie.”

Jednocześnie w zakresie terminu zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi Zamawiający zastrzegł na swoją rzecz termin 20 dni.

Wykonawca wskazuje, iż rzetelne ustosunkowanie się do roszczenia Zamawiającego może wymagać opinii projektantów (dotyczy Dokumentacji projektowej), a zatem termin 3 dni jest nierealny do dotrzymania. Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na jego wydłużenie do 30 dni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

26. W Załączniku nr 6 do wzoru umowy – pkt I. ppkt 21. Zamawiający zastrzegł, iż

„Wykonawca nie może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeśli doprowadzenie do zgodności z Umową, programem funkcjonalno-użytkowym, w sposób wybrany przez Zamawiającego wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim możliwym sposobem lub gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Dokumentacji.”

Czy w związku z tym, że zapis stoi w sprzeczności z zasadami ogólnymi tj. art. 561 §3 k.c. Zamawiający wyrazi zgodę na jego wykreślenie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

27. W Załączniku nr 6 do wzoru umowy – pkt II. ppkt 3. Zamawiający zastrzegł, iż:

„Przez wykonanie robót budowlano-instalacyjnych rozumie się dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego całości zamówienia, bez uwag, wraz ze złożeniem wniosku przez Zamawiającego o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.”

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z ww. postanowienia słowa „bez uwag”? W praktyce tego typu postanowienia mogą prowadzić do nadużyć w postaci zgłaszania nieistotnych uwag do przedmiotu dostawy, podczas gdy ewentualne niewielkie mankamenty/zastrzeżenia/usterki/wady można usunąć w drodze uruchomionej gwarancji/rękojmi.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

28. W Załączniku nr 6 do wzoru umowy – pkt II. ppkt 17. Zamawiający zastrzegł, iż:

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlano –instalacyjne, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej, a są konieczne do realizacji zamówienia. Roboty nie podlegają dodatkowemu wynagrodzenia.”

Wykonawca wskazuje, iż potrzeba wykonania określonych robót kwalifikowanych, jako dodatkowe w przypadku realizowania robót budowlanych na istniejącym obiekcie może ujawnić się dopiero po dokonaniu tzw. odkrywek. Co istotne, potrzeba ich realizacji nie jest możliwa do zaplanowania na podstawie dokumentacji. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zdania drugiego ze wskazanego wyżej postanowienia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

29. W Załączniku nr 6 do wzoru umowy – pkt III. ppkt 3. Zamawiający, zastrzegł, iż:

„Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o których mowa w ust. 2 nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana, jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.”

Czy Zamawiający zgodzi się na zmodyfikowanie zapisu o wskazanie, iż Wykonawca odpowiada za przerwy w pracach wynikające z braku personelu, o ile Wykonawca był w stanie je przewidzieć i zaplanować? Zgodnie z zasadami ogólnymi Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność za dochowanie należytej staranności, wszelkie inne okoliczności pozostające poza sferą jego możliwej aktywności nie powinny wywierać negatywnego wpływu na jego sytuację kontraktową. Zwłaszcza, że zmiana „Wykazu osób”, wymaga zmian do umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

30. Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić w Załączniku nr 6 do wzoru umowy – pkt IV. ppkt 1. oraz ppkt 3. frazę „bez uwag”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

31. Prosimy o wyjaśnienie, jakie istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu, których koszty miałby ponosić Wykonawca przewiduje Zamawiający w Załączniku nr 6 do wzoru umowy – pkt IV. ppkt 4. i w jakich przypadkach mogą one nastąpić?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ. Wykonawca winien wykonać adaptacje pomieszczeń zgodnie z wykonaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz

wydanym pozwoleniem na budowę/wykonanie robót budowlanych. W przypadku, kiedy Wykonawca wykona prace niezgodnie, ma je na własny koszt doprowadzić do zgodności z dokumentacją projektową.

32. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w Załączniku nr 6 do wzoru umowy – pkt IV. ppkt 10 słowa „opóźnienia” na „zwłokę”? Wykonawca powinien ponosić negatywne skutki kwalifikowanej nieterminowej realizacji obowiązków.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Dotyczy prac adaptacyjnych:

33. Zamawiający w zakresie prac wskazuje: „wykonanie demontażu zainstalowanego w pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej mammografu producenta HOLOGIC Inc., model: Selenia Dimensions 3D, zakupionego przez Zamawiającego w 2017 r. u dostawcy TIMKO Sp. z o.o. oraz przeniesienie mammografu i zamontowanie oraz uruchomienie w zaadoptowanych pomieszczeniach w Pawilonie C”, czy Zamawiający dysponuje jednolitą ofertą przenosin od producenta/firmy serwisującej dla wszystkich potencjalnych Wykonawców? Pragniemy zaznaczyć, że oferta ta może być różna dla konkurencyjnych firm. Jeśli nie, czy Zamawiający wystąpi o ofertę jako Szpital i przedłoży ją przed składaniem ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje ofertą wskazaną w pytaniu i nie zamierza wystąpić o taką ofertę.

34. Czy Zamawiający potwierdza, iż pełna dekontaminacja mammografu przed deinstalacją jest w zakresie Zamawiającego, czy wymaga uwzględnienia jej w zakresie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pełna dekontaminacja mammografu przed deinstalacją jest w zakresie Zamawiającego.

35. Zamawiający w ramach zadania wymaga podłączenia tomografu do posiadanego systemu rejestracji i monitorowania dawki promieniowania - czy Zamawiający dysponuje jednolitą ofertą na integrację od firmy dostarczającej ten system dla wszystkich potencjalnych Wykonawców? Pragniemy zaznaczyć, że oferta ta może być różna dla konkurencyjnych firm. Jeśli nie, czy Zamawiający wystąpi o ofertę jako Szpital i przedłoży ją przed składaniem ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada jednolitej oferty na integrację od firmy dostarczającej ten system dla wszystkich potencjalnych Wykonawców i z uwagi na brak możliwości określenia Wykonawcy oraz jego wyrobu nie będzie występował o taką ofertę.

36. Czy Zamawiający dysponuje miejscem w serwerowni na potrzeby nowego serwera ok 10U?

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje w serwerowni miejscem na potrzeby nowego serwera w istniejącej szafie RACK zabudowanej w pomieszczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Wykonawca w celu zapewnienia bezawaryjnego zasilania w istniejącej szafie RACK musi wymienić istniejący UPS na nowy o parametrach: 6kVA/6kW, czas podtrzymania 30 minut dla 100% mocy UPS, czujnik temperatury, karta SMPT.

37. Czy Zamawiający wydzieli, wyznaczy, wygrodzi i zabezpieczy drogę dostawy systemu zgodnie z wytycznymi producenta oraz drogę dojazdu i manewrów samochodu ciężarowego, wózka widłowego, dźwigu i pozostałych sprzętów?

Odpowiedź:

Transport materiałów, urządzeń i pracowników na teren wykonywanych prac jest w gestii Wykonawcy. Zamawiający proponuje drogę transportową, Wykonawca proponuje sposób transportu i dostaw na miejsce budowy, który będzie musiał z Zamawiającym uzgodnić.

38. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku istnienia ograniczeń wjazdu do miejsca dostawy Zamawiający wyrazi zgodę na przejazd/ dojazd transportu i uzyska własnym staraniem zgodę od podmiotów trzecich jeżeli będą wymagane?

Odpowiedź:

Zamawiający wyznaczy drogi transportowe z dróg miejskich po terenie szpitala, bez udziału podmiotów trzecich.

Pytanie 2

Z tytułu wykonania umowy może dojść do powierzenia przetwarzania danych osobowych pacjentów i/lub personelu Zamawiającego. W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO strony są zobowiązane zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie takiej umowy na wzorze Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia takiej umowy na wzorze Wykonawcy.

Pytanie 3

- 1) Czy wykonawca ma w ramach zamówienia uzyskać decyzję lokalizacji celu publicznego w związku ze zmianą sposobu użytkowania?

Odpowiedź:

Budynek, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia jest przeznaczony na pomieszczenia związane ze służbą zdrowia.

- 2) Czy wykonawca ma dostosować do warunków ppoż. cały obiekt zgodnie z ekspertyzą i postanowieniami wojewódzkiego komendanta psp?

Odpowiedź:

Należy dostosować Strefę pożarową, w której realizowany jest przedmiot zamówienia w oparciu do Postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP stanowiącego załącznik do Programu funkcjonalno-użytkowego.

- 3) Projekt przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę do spraw ppoż. projekt musi zatem obejmować cały budynek lub strefę pożarową. skoro zamawiający wskazuje tylko część budynku nie stanowiący strefy ppoż. do adaptacji to kto dostosuje pozostałą część obiektu do warunków ochrony pożarowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga uzgodnienia dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń z rzeczoznawcą do spraw ppoż.

- 4) Czy zamawiający przewiduje możliwość wzmocnienia stropu poprzez umieszczenie konstrukcji wzmacniającej w pomieszczeniach piwnicznych?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4

1. Czy Zamawiający wymaga, aby wstrzykiwacz utrzymywał zadaną prędkość przepływu płynów automatycznie kontrolując generowane ciśnienie, co pozwoli operatorowi uzyskać stabilny zwarty bolus środka kontrastowego, oraz aby wstrzykiwacz miał możliwość utrzymywania zadanego ciśnienia poprzez automatyczną regulację przepływu, co pozwoli uniknąć ryzyka uszkodzenia naczyń np. u pacjentów onkologiczny lub pediatrycznych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby wstrzykiwacz miał możliwość symultanicznego podawania środka kontrastowego i soli fizjologicznej z możliwością zaprogramowania procentowej zawartości roztworu na przykład przy badaniach kardiologicznych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający wymaga cechy bezpieczeństwa polegającej na automatycznym odpowietrzeniu układu natychmiast po instalacji drenu dla kolejnego pacjenta i systemu „wet to wet connection”-

dotatkowy przycisk bezpieczeństwa dla operatora umożliwiający ręczne dozowanie NaCl bezpośrednio przed połączeniem drenu wstrzykiwacza z wenflonem pacjenta?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

4. Czy Zamawiający wymaga zintegrowanego czytnika kodów kreskowych dla opakowań środków kontrastowych i NaCl. Rozwiązanie takie umożliwi automatyczne wprowadzenie danych dotyczących podawanych płynów takich jak: marka, stężenie, numer serii, data ważności, objętość do pamięci wstrzykiwacza, a następnie umieszczenie tej informacji w podsumowaniu badania eksportowanego w postaci pliku DICOM wraz z innymi parametrami do PACS.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

5. Czy Zamawiający wymaga minimalnego generowanego przez system bezwkladowy ciśnienia 300PSI?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

1. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane pkt 14, 26

Obecny zapis punktu ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Postawione wymaganie w odniesieniu do pola obrazowania 50 cm są niezgodne z par 18, ust. 2, pkt 1 i 2 Rozporządzenia ws. Warunków bezpiecznego stosowania promieniowania. Wskazane rozporządzenie nie ogranicza, ani nie normuje wielkości pola widzenia.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tomografu komputerowego o maksymalnej szybkości oraz wartości współczynnika skoku spirali bez ograniczenia polem obrazowania min. 50 cm, **co umożliwi nam złożenie ważnej oferty?**

14	Maksymalna wartość współczynnika skoku spirali (pitch) możliwego do ustawienia w protokole badania spiralnego	$\geq 1,50$	> 1,50 - 2 pkt 1,50 - 0 pkt
26	Maksymalna szybkość badania w trybie spiralnym mierzona szybkością przesuwu stołu podczas skanu spiralnego dla pola obrazowania min. 50 cm [mm/s]	≥ 175 mm/s (podać parametry skanu: szerokość wiązki, czas	

		obrotu, pitch)	
--	--	-------------------	--

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

2. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane pkt 15

Obecny zapis punktu ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania badania perfuzji głowy przy pojedynczym podaniu środka kontrastującego w zakresie min. 8 cm, z rozdzielczością czasową nie gorszą od 3,2 s, **co umożliwi nam złożenie ważnej oferty?**

15	Zakres dynamicznych badań perfuzyjnych głowy przy pojedynczym podaniu środka kontrastowego z rozdzielczością czasową nie gorszą od 3,2 s [cm]	≥ 8 cm	> 13 cm - 2 pkt > 8 cm - 1 pkt 8 cm - 0 pkt
----	---	--------	---

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

3. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane pkt 22

Obecny zapis punktu ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Czy Zamawiający zaakceptuje jako rozwiązanie równoważne zastosowanie wskaźnika LED z przodu tomografu sygnalizującego czas pozostały do końca skanowania poprzez suwak świetlny LED?

22	Programowane w protokole badania kolorowe wskaźniki z odmierzeniem czasu do końca skanu informujące pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu umieszczone z przodu i z tyłu gantry.	Tak	
----	---	-----	--

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako równoważne.

4. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane pkt 30,31

Obecny zapis punktu ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne obsługi stołu i gantry za pomocą paneli na obudowie gantry umieszczonych z przodu i z tyłu gantry, zastosowanie tabletu i pilota montowanego na gantry oraz umożliwiającego mobilną obsługę tomografu z dowolnego miejsca pracowni, **co umożliwi nam złożenie ważnej oferty?**

30	Obsługa stołu i gantry za pomocą paneli na obudowie gantry umieszczonych z przodu i z tyłu gantry.	Tak	
----	--	-----	--

31	Nożne przyciski do obsługi stołu umieszczone z lewej i prawej strony stołu.	Tak	
----	---	-----	--

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako równoważne.

5. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane pkt 47

Obecny zapis punktu ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Czy Zamawiający dopuści rzeczywistą kardiologiczną rozdzielczość czasową możliwą do uzyskania w badaniu naczyń wieńcowych przy jednosegmentowej rekonstrukcji obrazu 165 ms, **co umożliwi nam złożenie ważnej oferty?**

47	Efektywna lub rzeczywista kardiologiczna rozdzielczość czasowa możliwa do uzyskania w badaniu naczyń wieńcowych przy jednosegmentowej rekonstrukcji obrazu	≤ 165 ms	< 75 ms - 2 pkt < 165 ms - 1 pkt 165 ms - 0 pkt dodatkowo: rzeczywista – 2 pkt efektywna – 0 pkt
----	--	---------------	---

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

6. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane pkt 50

Obecny zapis punktu ogranicza konkurencję i uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Czy Zamawiający dopuści szybkość rekonstrukcji 40 obrazów/s w matrycy 512x512, **co umożliwi nam złożenie ważnej oferty?**

50	Szybkość rekonstrukcji obrazów w rozdzielczości 512 x 512 [obrazów/s]	≥ 40 obrazów/s	
----	---	---------------------	--

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

7. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane pkt 18

Zgodnie z wymogiem punktów 19-21, które dotyczą kamery oraz są parametrami wyboru, prosimy o zmianę wymogu punktu 18 na parametr opcjonalny TAK/NIE.

18	Kamera nad tomografem do automatycznego pozycjonowania pacjenta umożliwiająca w pełni automatyczne wyznaczenie izocentrum pacjenta. Automatyczne wyznaczenie anatomicznych punktów	podać tak / nie	Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt
----	--	-----------------	----------------------------

referencyjnych zgodnych z protokołem badania i na ich podstawie określenie zakresu topogramu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

8. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane

Zwracamy uwagę Zamawiającego iż kryteria oceny przedmiotu zamówienia jednostronnie promują konkretny aparat firmy General Electric, Revolution Maxima. Pozostali oferenci w przyjętych przez Zamawiającego kryteriach dostają nieomalże 0 punktów za zaoferowanie równoważnych, a w wielu przypadkach nawet znacząco lepszych, technologii i parametrów. Prosimy Zamawiającego o wyrównanie szans pozostałych oferentów, a tym samym zapewnienie warunków uczciwej konkurencji, punktując rozwiązania o korzystniejszych dla Zamawiającego wartościach wedle przedstawionych propozycji:

6	Maksymalny prąd anodowy [mA] wykorzystywany w protokole badania dla napięcia min. 120 kV	≥ 600 mA	≥ 625 mA – 2 pkt < 625 mA – 0 pkt
8	Maksymalna szybkość chłodzenia anody lampy [kHU/min]	≥ 1000 kHU/min	≥ 1700 kHU/min – 2 pkt < 1700 kHU/min – 0 pkt
13	Najkrótszy czas pełnego obrotu (360°) układu lampa-detektor dostępny dla badań ogólnych i kardiologicznych [s]	$\leq 0,35$ s	> 0,33 s – 0 pkt $\leq 0,33$ s – 2 pkt
27	Zakres (długość) pola badania bez elementów metalowych w skanie spiralnym (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta) [cm]	≥ 185 cm	≥ 200 cm – 2 pkt < 200 cm – 0 pkt
28	Maksymalne obciążenie blatu stołu podczas badania pacjenta w całym zakresie skanowania	≥ 225 kg	≥ 300 kg – 2 pkt < 300 kg – 0 pkt
48	Jedna konsola operatorska z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat nie mniejszą niż 19"	Tak	≥ 24 " – 10 pkt < 24 – 0 pkt
49	Pojemność dysku twardego dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów	$\geq 400\ 000$ obrazów	$\geq 800\ 000$ – 10 pkt < 800 000 – 0 pkt

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

9. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał skanowania w trybie spiralny lub sekwencyjny przy pochylonym gantry, co jest rutynowa praktyką w tomografii stosowaną od ponad 20 lat?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

10. Dotyczy Załącznika nr 4p. 110

Prosimy o informację z jakim systemem RIS/PACS ma być zintegrowany aparat CT oraz, czy Zamawiający posiada w tym zakresie wolne licencje.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada system RIS/PACS zrealizowany w oparciu o system AlleRad firmy PIXEL Sp. z o.o. i nie posiada żadnych wolnych licencji. Zamawiający nie dopuszcza stosowania licencji demo (tzn. na czas określony). Licencje niezbędne do podłączenia aparatu mają zapewnić możliwość eksploatacji w czasie bezterminowym.

11. Dotyczy Załącznika nr 4p. 107

Prosimy o wskazanie nazwy i dostawcy systemu rejestracji i monitorowania dawki promieniowania, do którego ma zostać podłączony aparat CT.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada system rejestracji i monitorowania dawki promieniowania zrealizowany w oparciu o system RadiDose firmy PIXEL Sp. z o.o.

12. Dotyczy Załącznika nr 6 - Wzoru umowy § 10 ust. 5

Prosimy o dodanie „z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentem”.

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie

niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywuującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

13. Dotyczy Załącznika nr 6 - Wzoru umowy § 12 ust. 4

Prosimy o dodanie celem doprecyzowania: *„Oświadczenie winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego w tym terminowego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego.”*

Uzasadnienie

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadmierzającą) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należyłą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ w taki sposób, że § 12 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być poprzedzone pisemnym wezwaniem do należytego, w tym terminowego, wykonania Umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego.”

14. Dotyczy Załącznika nr 6 - Wzoru umowy

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie jest Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

15. Zgodnie z zapisami PFU Zamawiający wymaga „urządzenia UPS do zasilania tomografu, mammografu i innych niezbędnych urządzeń na potrzeby pracowni”. Prosimy o doprecyzowanie dla jakich niezbędnych urządzeń na potrzeby pracowni Zamawiający wymaga zasilania z UPS. Prosimy o podanie mocy znamionowych dla niezbędnych urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zabezpieczenia zasilania tomografu i mammografu oraz innych niezbędnych instalacji z urządzenia UPS o mocy min. 100kVA/100kW, z czasem podtrzymania 30 min dla 100% mocy znamionowej UPS.

Dobór urządzenia UPS po stronie Wykonawcy, moc min. 100kVA/100kW.

Moc znamionowa mammografu – 9kW

16. Prosimy o wskazanie lokalizacji dla instalacji urządzenia UPS do zasilania tomografu, mammografu i innych niezbędnych urządzeń na potrzeby pracowni.

Odpowiedź:

Lokalizacja UPS - rozdzielnia główna „RG-C” pawilonu C, piwnica, pod pomieszczeniami przewidzianymi do adaptacji- przebudowy. Trasa kabli zasilających, sterowniczych – od pomieszczeń objętych przebudową poprzez szach elektryczny do rozdzielni RG-C.

17. W związku z wymogiem wykonania osłon radiologicznych dla pracowni tomografii i mammografii prosimy o podanie informacji niezbędnych do poprawnego określenia zakresu realizacji osłon radiologicznych, tj.:

- przewidywane parametry ekspozycji dla tomografu i mammografu (kV, mA, mAs)
- przewidywany czas badania tomografii
- ilość badań w tygodniu tomografii i mammografii
- grubość i rodzaj stropów pod projektowanymi pracowniami tomografii i mammografii
- funkcje pomieszczeń pod projektowanymi pracowniami tomografii i mammografii

Powyższe informacje są niezbędne do poprawnej wyceny stałych osłon radiologicznych.

Odpowiedź:

Ad.

- a) Tomograf – 140kV, 220mA, 25mAs; Mammograf - 32kV, 180mA, 15mAs
- b) od 5 do 20 minut
- c) Tomograf – 200, Mammograf - 50
- d) Stropy prefabrykowane gęsto żebrowe, płyta na bazie pustaków Ackermanna wysokość 20 cm przy grubości stropu 25 cm.
- e) Funkcja pomieszczeń piwnica pod projektowanymi pomieszczeniami – ciągi korytarzowe oraz magazyny, obok rozdzielni głównej RG-C. Nad projektowanymi pomieszczeniami ciągi korytarzowe oraz gabinety lekarskie i zabiegowe Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

18. Czy w systemie SSP szpitala jest miejsce na wpięcie nowych urządzeń do istniejącej centrali? Czy wymaga rozbudowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno-użytkowego załącznik nr 11.do SWZ w pkt.2.8.2 Instalacje niskoprądowe pkt.2 Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru SSP jest rozbudowa istniejącej centrali nr 9 wraz z innymi pracami opisanymi w OPZ, niezbędnymi do uruchomienia instalacji SSP.

19. Jaki jest system kontroli dostępu , system przywoławczy, cctv oraz wideodomfon u Zamawiającego?

Odpowiedź:

Istniejące systemy szpitalne opierają się na instalacjach opartych na urządzeniach:

a) System kontroli dostępu – ROGER – zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ w pkt. 2.8.2. punkt 5 - Instalacja kontroli dostępu

b) System przywoławczy - SCHIMA– zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ w pkt. 2.8.2. punkt 3 – instalacja przywoławcza

c) CCTV – BCS IP.w szpitalu oparty jest na urządzeniach firmy Roger. System CCTV oparty o urządzenia firmy BCS - zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ w pkt. 2.8.2. punkt 4 - Instalacja CCTV

d) System wideodomfonowy – BCS, często skonfigurowany z CCTV - zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ w pkt. 2.8.2. punkt 6 Instalacja wideodomfonowa

Prace zgodnie z zapisami w Programie funkcjonalno-użytkowym załącznik nr 11.do SWZ w pkt.2.8.2 Instalacje niskoprądowe

20. W jakiej odległości od planowanych pomieszczeń jest zlokalizowany punkt do wpięcia instalacji wymaganych gazów medycznych?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje wpięcie się do instalacji gazów medycznych: szacht instalacyjny znajdujący się na poziomie przebudowywanych pomieszczeń, odległość od szachtu do planowanych punktów poboru gazów 20m.

21. Czy ochrona radiologiczna może być wykonana z ołowianych płyt laminowanych?

Odpowiedź:

Wykonanie projektu technicznego w zakresie ochrony radiologicznej jest po stronie Wykonawcy. Projekt ten musi zostać uzgodniony w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zamawiający dopuszcza wykonanie ochrony radiologicznej wykonanej z płyt laminowanych, pod warunkiem uzyskania uzgodnienia w WSSE.

Pytanie 6

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia tomografu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego przez podmiot wybrany przez Zamawiającego w konkurencyjnej procedurze.

Wykonawca wskazuje, że tylko takie zapisy SWZ zagwarantują Zamawiającemu nabycie pełnoprawnego urządzenia, którym będzie mógł następnie swobodnie dysponować.

Powyższa okoliczność będzie miała szczególne znaczenie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego.

Wówczas, Zamawiający będzie zobowiązany wszcząć postępowanie na obsługę serwisową sprzętu w kolejnych latach. W celu należytego świadczenia tej usługi, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia. W przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponentem niezbędnego oprogramowania oraz kodów serwisowych, na zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji znajdzie się dostawca sprzętu wyłoniony w przedmiotowym Postępowaniu. Tylko on bowiem będzie posiadał wszelkie niezbędne oprogramowanie, kody i dostępy serwisowe. To zaś w istocie uniemożliwi przeprowadzenie konkurencyjnego postępowania na pogwarancyjną obsługę serwisową sprzętu – w szczególności, w sytuacji, w której od wykonawców będzie wymagane zawieranie dodatkowo odrębnych umów licencyjnych z producentem sprzętu.

W ocenie Wykonawcy, taką sytuację należałoby uznać za niedopuszczalne uzależnienie się Zamawiającego od podmiotu prywatnego, który dostarczy tomograf w przedmiotowym Postępowaniu. Należy przy tym wskazać, że problem ten, zwany *vendor lock-in*, nie jest obcy rynkowi zamówień publicznych w Polsce. Wręcz przeciwnie, jego powszechność na rynku usług informatycznych spowodowała wydanie przez Urząd Zamówień Publicznych Rekomendacji dla Zamawiających[1], w której czytamy, że „przyczyną opisanego tu zjawiska jest powstanie „uzależnienia” zamawiającego od pierwotnego wykonawcy systemu lub producenta sprzętu lub oprogramowania gotowego uniemożliwiającego nabycie niezbędnych usług lub dostaw w trybach konkurencyjnych. Uzależnienie to jest w dużej mierze konsekwencją niewłaściwego przygotowania postępowania i udzielenia zamówienia publicznego”.

Jako receptę na rozwiązanie tego problemu, UZP rekomenduje m.in. zobowiązanie wykonawców w umowie do wydania kodów oraz pełnej dokumentacji technicznej systemu (urządzenia), jak również wyczerpujące uregulowanie kwestii ewentualnego przeniesienia na zamawiającego autorskich praw majątkowych do dostarczanego systemu lub praw do licencji (sublicencji) oprogramowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu (urządzenia). Warto przy tym zaznaczyć, że problematyka ta była już poruszana również w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 12 grudnia 2017 roku, sygn. akt KIO 2506/17, Izba stwierdziła, że „nabycie praw autorskich majątkowych do specyfikacji interfejsów nie prowadzi do wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym, wręcz przeciwnie stanowi możliwość dla innych podmiotów zaistnienia na tym rynku. Izba

[1] Rekomendacje udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne wydane w 2009 roku dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0025/27574/Rekomendacje_UZP20ws_zamowiec584_na_syst_emy_informatyczne.pdf

podziela także pogląd Zamawiającego, że niezagwarantowanie sobie korzystania z utworów w określony sposób niewątpliwie może utrudnić udzielenie w przyszłości zamówień innym wykonawcom niż dotychczasowemu".

Jednocześnie, Wykonawca zwraca uwagę, że choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że pozyskanie wraz z tomografem pełnego oprogramowania oraz wszelkich kodów i dostępuów serwisowych może rodzić dodatkowe, znaczące koszty po stronie Zamawiającego, to byłoby to nieuprawnione uproszczenie tej kwestii.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której Zamawiający nie będzie dysponował niezbędnym oprogramowaniem w chwili wygaśnięcia gwarancji, to wszyscy wykonawcy zainteresowani świadczeniem usługi serwisowej tomografu, będą zmuszeni nabyć je od producenta we własnym zakresie. Wydatki te (w szczególności koszt zawarcia odrębnej umowy licencyjnej) znajdują oczywiście odbicie w cenach zaoferowanych przez wykonawców w postępowaniu na świadczenie usług serwisowych, których koszt znacząco wzrośnie.

Innymi słowy, wydatki Zamawiającego związane z utrzymaniem tomografu w całym cyklu życia urządzenia będą dużo wyższe.

W tym kontekście, należy zaś zwrócić uwagę, że Zamawiający, jako dysponent środków publicznych, podlega ustawie o finansach publicznych[2]. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zgodnie zaś z wyrokiem KIO z dnia 3 października 2018 r., sygn. akt KIO 1913/18 dotyczącym właśnie obsługi serwisowej aparatury medycznej, „możliwość zakupu serwisu pogwarancyjnego po jak najniższej cenie leży niewątpliwie w interesie zamawiającego (i finansów publicznych)”.

Podsumowując, w ocenie Wykonawcy, jedynie nabycie przez Zamawiającego urządzenia wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami i dostęпами serwisowymi, a następnie dzięki temu przeprowadzenie konkurencyjnej procedury na pogwarancyjny jego serwis, można uznać za wyraz zastosowania wskazanej reguły w praktyce.

Na marginesie, Wykonawca wskazuje, że dalsze oszczędności dla Zamawiającego może przynieść również m.in. stosowanie części zamiennych innych niż te produkowane przez producenta. Jak bowiem wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO 153/11, z przepisów ustawy o wyrobach medycznych nie wynika utrata certyfikatu zgodności CE dla całego produktu w wypadku użycia części zamiennych innej niż producenta, zwłaszcza jeśli niniejsza część ma także certyfikat zgodności CE, do tego jest dedykowana dla tomografu komputerowego danego producenta.

Uzyskanie informacji w powyższym zakresie ma dla Wykonawcy szczególnie istotne znaczenie – umożliwi mu bowiem złożenie oferty lepiej dostosowanej do potrzeb i wymagań Zamawiającego. Podsumowując, Zamawiający może wymagać aby aparat oraz wszystkie oferowane urządzenia pozbawione były haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby

[2] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu i urządzeń przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji – dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zapis w SWZ, stosowany przez Zamawiających w projektach umowy:

Sprzedawca bezwzględnie gwarantuje (art. 473 § 1 kodeksu cywilnego) że Sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w § ... ust. ... jest lub będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczególności kodów serwisowych które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę Sprzętu przez inny niż Sprzedawca podmiot w przypadku niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Sprzedawcy - na ryzyko Sprzedawcy. Sprzedawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje urządzenie umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych i naprawę. Powyższe dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

1. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że czas oczekiwania na decyzje administracyjne nie będzie wliczany do czasu realizacji zadania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ. Czas oczekiwania na decyzje administracyjne jest wliczany w czas realizacji zadania.

2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakresie pracowni mammograficznej, którą ma utworzyć Wykonawca, gwarancji będą podlegać jedynie roboty adaptacyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie pracowni mammograficznej, którą ma utworzyć Wykonawca, gwarancji będą podlegać jedynie roboty adaptacyjne.

3. Prosimy o potwierdzenie, że mammograf jest w stanie pozwalającym na jego odbiór przez WSSE w Białymstoku po czynności technicznej polegającej na przeniesieniu do nowej lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że mammograf jest w stanie pozwalającym na jego odbiór przez WSSE w Białymstoku po czynności technicznej polegającej na przeniesieniu do nowej lokalizacji przy założeniu, że jego stan techniczny nie ulegnie pogorszeniu w związku z czynnościami przeniesienia realizowanymi przez Wykonawcę.

4. Dot. Zał. 4 poz. 107

Jaki system rejestracji i monitorowania dawki promieniowania optymalizacji dawki posiada Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada system rejestracji i monitorowania dawki promieniowania zrealizowany w oparciu o system RadiDose firmy PIXEL Sp. z o.o.

5. Dot. Zał. 4 poz. 110

Wykonawca prosi o udostępnienie przez Zamawiającego oferty firmy obsługującej Zamawiającego w zakresie RIS/PACS dla wszystkich Wykonawców. Takie rozwiązanie pozwoli na równe traktowanie Wykonawców, niezależne od ich powiązań biznesowych z firmą obsługującą Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje ofertą wskazaną w pytaniu i nie zamierza wystąpić o taką ofertę.

Pytania dotyczące Zał. Nr 6 do SWZ wzór umowy**6. Dot. §2 DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ ust. 4 i ust. 6**

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu ust. nr 4 adekwatnie do treści ust. nr 6

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie od dnia zrealizowania przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust 1 pkt a) przechował tomograf na własny koszt i ryzyko do czasu realizacji przedmiotu umowy wskazanym w § 2 ust 1 pkt c)

7. Dot. §2 DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ ust. 5

Czy Zamawiający będzie sam występował o pozwolenie na budowę? W przypadku gdy to będzie Wykonawca - czy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa wskazanej przez wykonawcę osobie?

Odpowiedź:

Zamawiający sam będzie występował o pozwolenie na budowę

8. Dot. §2 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ust. 1 pkt f)

Wykonawca prosi o wyjaśnienie jak rozumieć czynny udział w procesie uzyskania pozwolenia na użytkowanie zwłaszcza w rozumieniu prawa budowlanego?

Odpowiedź:

W załączniku nr 6 do umowy - „Adaptacja pomieszczeń” Rozdział IV ust. 1 Zamawiający wskazał, że Wykonawca zobowiązuje się do czynnego udziału w uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie, w tym Kierownik Budowy zobowiązany jest do uczestniczenia w obowiązkowej kontroli dokonywanej przez Nadzór Budowlany przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie. Ponadto w ramach czynnego udziału Zamawiający oczekuje bezzwłocznego składania wyjaśnień dotyczących przedmiotu pozwolenia na

użytkowanie ze strony organu wydającego decyzję.

9. Dot. §2 ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ust. 13

Wykonawca wnosi o poprawienie omyłki z: „w § 10 ust. 1 lit. n) Umowy” na „w § 10 ust. 1 lit. o) Umowy”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ w taki sposób, że § 2 – ADAPTACJA POMIESZCZEŃ ust. 13 otrzymuje nowe brzmienie:

„13. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 lit. o) Umowy.”

10. Dot. §4 MONTAŻ I URUCHOMIENIE APARATURY MEDYCZNEJ ust. 5

Wykonawca wnosi o dodanie zdania: „Zamawiający deklaruje, że wskazana przez niego droga transportowa dla urządzeń medycznych będzie zgodna z wytycznymi producentów urządzeń”

Odpowiedź:

Zamawiający nie może złożyć takiej deklaracji z uwagi na brak wiedzy jakie urządzenia zastosuje Wykonawca.

11. Dot. §8 WYNAGRODZENIE ust. 3

Wykonawca wnosi o sprecyzowanie zapisu do treści:

„Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie trzech odrębnych faktur Vat wystawionych przez Wykonawcę:

- faktura nr 1 dotycząca ust. 2 pkt 1) – wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczoodbiórczego
- faktura nr 2 dotycząca ust. 2 pkt 2) – wystawiona po podpisaniu protokołu zdawczoodbiórczego
- faktura nr 3 dotycząca ust. 2 pkt 3) – wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego całości zamówienia, bez uwag

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Wykonawca nadmienia, że stosowane przez Zamawiającego kary muszą być adekwatne do winy Wykonawcy. W związku z tym Wykonawca wnosi o dokonanie zmian we wzorze umowy wymienionych poniżej.

12. Dot. § 10 KARY UMOWNE ust. 1 pkt a)

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści: „za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, niezrealizowanej części umowy”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

13. Dot. § 10 KARY UMOWNE ust. 1 pkt b)

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści: „za zwłokę w dostawie aparatury medycznej w terminie określonym w § 7 ust. 2 lit. c) Umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 pkt 1) lub §8 ust. 2 pkt 2) Umowy zależnie, której aparatury zwłoka dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

14. Dot. § 10 KARY UMOWNE ust. 1 pkt c)

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści: „za zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektów budowlanych, w terminie wskazanym w § 7 ust. 2 lit. a) - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 pkt 3) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

15. Dot. § 10 KARY UMOWNE ust. 1 pkt d)

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści: „za zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie projektów wykonawczych i STWIOR, w terminie wskazanym w § 7 ust. 2 lit. b) - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 pkt 3) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

16. Dot. § 10 KARY UMOWNE ust. 1 pkt e)

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści: „za zwłokę w przeprowadzeniu szkolenia personelu w zakresie i terminach określonych w Załączniku nr 3 do Umowy oraz § 6 ust. 2 umowy - w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 pkt 1) lub §8 ust. 2 pkt 2) Umowy zależnie, której aparatury zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki,”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

17. Dot. § 10 KARY UMOWNE ust. 1 pkt f)

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści: „za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w odniesieniu do zrealizowanych robót budowlano-instalacyjnych oraz materiałów i urządzeń zainstalowanych i wbudowanych w ramach adaptacji pomieszczeń – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 pkt 3) Umowy, za każdy dzień zwłoki,”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

18. Dot. § 10 KARY UMOWNE ust. 1 pkt g)

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści: „za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego całości zamówienia, w którym wskazano termin ich usunięcia w odniesieniu do zrealizowanych robót budowlano-instalacyjnych oraz materiałów i urządzeń zainstalowanych i wbudowanych w ramach adaptacji pomieszczeń – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 pkt 1) lub §8 ust. 2 pkt 2) lub w §8 ust. 2 pkt 3) Umowy zależnie, której części zamówienia zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki,”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

19. Dot. § 10 KARY UMOWNE ust. 1 pkt h)

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści: „za zwłokę w czasie reakcji: przyjęciu zgłoszenia – podjęciu naprawy w ramach gwarancji, o którym mowa w Załączniku nr 3 do Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za każde 6h zwłoki liczone od upływu 24h w dni robocze (w okresie gwarancji) od zgłoszenia,”

Wykonawca chciałby zauważyć, że nie może ponosić odpowiedzialności za zaniechania innych Wykonawców, serwis pogwarancyjny nie jest przedmiotem tego zamówienia

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

20. Dot. § 10 KARY UMOWNE ust. 1 pkt i)

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści: za zwłokę w naprawie –usunięciu awarii -w terminach określonych w Załączniku nr 3 do Umowy -w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w §8 ust. 2 pkt 1) lub §8 ust. 2 pkt 2) lub w §8 ust. 2 pkt 3) Umowy zależnie, której części zamówienia zwłoka dotyczy, za każdy roboczy dzień zwłoki,

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

21. Dot. § 10 KARY UMOWNE ust. 1 pkt j)

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści: za zwłokę w przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego w terminach określonych w Umowie oraz Załącznikach nr 3 inr 6 do Umowy -w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w §8 ust. 2 pkt 1) lub §8 ust. 2 pkt 2) lub w §8 ust. 2 pkt 3) Umowy zależnie, której części zamówienia zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki,

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

22. Dot. § 10 KARY UMOWNE ust. 1 pkt l)

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści: za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, określonego w umowie z podwykonawcą, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki,

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

23. Dot. § 10 KARY UMOWNE ust. 1 pkt n)

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści: „w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w związku z wezwaniem Zamawiającego do zmiany umowy – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w umowie o podwykonawstwo, której brak zmiany dotyczy, za każdy stwierdzony przypadek,”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

24. Dot. § 10 KARY UMOWNE ust. 1 pkt o)

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści: „w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów określonych w § 2 ust. 10 Umowy, potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – w wysokości 0,025 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 8 ust. 2 pkt 3) Umowy za każdy stwierdzony przypadek”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

25. Dot. § 10 KARY UMOWNE ust. 1 pkt p)

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu. Zapis jest niejednoznaczny, pozostawia pole do dowolnej interpretacji ze strony Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytania dotyczące Załącznika do umowy – adaptacja pomieszczeń**26. Dot. poz. 2.1**

Prosimy o sprecyzowanie ile egzemplarzy dokumentacji elektronicznych, a ile papierowych ma dostarczyć Wykonawca.

Odpowiedź:

Ilość egzemplarzy dokumentacji została określona w pkt. 2.1.1. Załącznika nr 6 do umowy (adaptacja pomieszczeń), wersja elektroniczna na płycie CD -1 sztuka

Dokumentację należy opracować w następującej ilości egzemplarzy:

1) projekt budowlany (dla poszczególnych branż) – po 6 egz.

- 2) projekty wykonawcze (dla poszczególnych branż) - po 6 egz.
- 3) projekt technologiczny - po 6 egz.
- 4) projekt ochrony radiologicznej -po 6 egz.
- 5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dla poszczególnych branż) - po 6 egz.
- 6) informacja „Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” (dla poszczególnych branż) - po 6 egz.

Zamawiający wykreśla zwrot „w zakresie.” zawarty w pkt 2.1.1 ppkt 2) Załącznika nr 6 do umowy – Adaptacja pomieszczeń.

27. Dot. roz. I Dokumentacja projektowa

Prosimy o określenie, w jakim terminie Zamawiający dokona akceptacji projektu budowlanego (I etapu). Dopiero po akceptacji będzie możliwe przystąpienie przez Wykonawcę do Etapu II, którego czas Zamawiający liczy od dnia podpisania umowy, a nie od dnia akceptacji Etapu I.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji projekt budowlany (I etap) w terminie 3 dni przed terminem określonym w umowie. Zamawiający dokona sprawdzenia i akceptacji przyjętych rozwiązań. Zamawiający wyraża zgodę na bieżące konsultacje i ustalenia w sprawie wykonywanego projektu budowlanego. Terminy realizacji dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami umowy, załącznik nr 6 do SWZ.

28. Dot. roz. I pkt. 2¹

Prosimy o określenie precyzyjnego czasu od dnia akceptacji projektu budowlanego, w jakim Zamawiający wystąpi o pozwolenie na budowę.

Odpowiedź:

W terminie dwóch dni roboczych po przekazaniu przez Wykonawcę projektu budowlanego zaakceptowanego przez Zamawiającego

29. Dot. roz. I pkt. 10

Czy Zamawiający jest w posiadaniu inwentaryzacji pawilonu C i budynku Szpitala? Jeśli tak, wnosimy o ich udostępnienie na etapie postępowania, aby Wykonawcy mogli precyzyjnie sporządzić wycenę prac.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU – II. Część informacyjna ustęp 2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do projektowania – Zamawiający podał że posiada dokumentację archiwalną oraz załączył ekspertyzę techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków szpitala. Z uwagi na wielkość i objętość posiadanej dokumentacji archiwalnej Zamawiający udostępni ją dla Wykonawców w godz. 8.00-15.00 w pomieszczeniach Działu Utrzymania Ruchu. Zamawiający umożliwił Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.

30. Dot. roz. I pkt. 10

Prosimy o określenie precyzyjnego czasu, w jakim Zamawiający prześle dokumenty od momentu wystąpienia o nie przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Dostępna dla Wykonawców dokumentacja archiwalna w godz. 8.00-15.00 w pomieszczeniach Działu Utrzymania Ruchu.

Z chwilą podpisania umowy z wybranym Wykonawcą dokumentacja archiwalna zostanie mu protokolarnie przekazana.

31. Dot. roz. I pkt. 11

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że „inne osoby”, o których Zamawiający pisze w tym punkcie, będą posiadały pełnomocnictwo Zamawiającego do wnoszenia uwag, przedstawiania rozwiązań i wglądu w dokumentację.

Odpowiedź:

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

32. Dot. roz. I pkt. 11

Wykonawca wnosi o precyzyjne określenie, która osoba ze strony Zamawiającego będzie miała wiążące Wykonawcę zdanie, w przypadku rozbieżnych stanowisk pracowników Zamawiającego.

Odpowiedź:

Osoba wskazana w umowie ze strony Zamawiającego

33. Dot. roz. I pkt. 12

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu punktu 12 do treści:

„Osoby wyznaczone przez Zamawiającego i Wykonawcę do realizacji Umowy, o których mowa w § 15 Umowy, uprawnione będą do zwoływania (z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych) spotkań roboczych w celu bieżących konsultacji i uzgodnień, o których mowa w ust. 12. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani będą do zapewnienia czynnego uczestnictwa w tych spotkaniach wszystkich projektantów zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia oraz innych osób, o których uczestnictwo poproszą osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym przy zwołaniu spotkania roboczego.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

34. Dot. roz. I pkt. 18

Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej – jest: „o którym mowa w ust. 18 w zdaniu pierwszym” powinno być: „o którym mowa w ust. 17”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 6 do Umowy; Rozdział I ust. 18, który otrzymuje nowe brzmienie:

„18. Jeśli wady Dokumentacji zostały ujawnione przy ubieganiu się o uzyskanie pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych i Zamawiający został wezwany przez odpowiedni organ do usunięcia tych wad, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad w zakresie wskazanym przez organ, w terminie, o którym mowa w ust. 17 w zdaniu pierwszym, a gdy termin wskazany przez organ jest krótszy – w terminie wskazanym przez organ.”

35. Dot. roz. I pkt. 20

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na 3 dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 6 do Umowy; Rozdział I ust. 20, który otrzymuje nowe brzmienie:

„20. W wypadku, gdy Zamawiający zażąda usunięcia wady Dokumentacji albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Wykonawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 3 dni, uważać się będzie, że Wykonawca uznał to żądanie.”

36. Dot. roz. III pkt. 2

Wykonawca wnosi w wykreślenie słów „jednej z”. Wykonawca pomimo dochowania należytej staranności nie ma wpływu na wypadki losowe oraz działania innych osób i nie jest w stanie potwierdzić, że zmiana będzie dotyczyła tylko jednej z osób.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 6 do Umowy; Rozdział III ust. 2, który otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlano-instalacyjnych, obiektywnie konieczna będzie zmiana osób deklarowanych przez Wykonawcę w złożonym „Wykazie osób”, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje.”

37. Dot. roz. III pkt. 5

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu do treści: „Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy przebywał i wykonywał swoje obowiązki na terenie budowy, a Kierownik robót sanitarnych i elektrycznych aby fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy w trakcie wykonywania prac mogących ingerować w ich branże.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 6 do Umowy; Rozdział III ust. 3, który otrzymuje nowe brzmienie:

„5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy przebywał i wykonywał swoje obowiązki na terenie budowy, a Kierownik robót sanitarnych i elektrycznych aby fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy w trakcie wykonywania prac mogących ingerować w ich branże.”

38. Dot. roz. III pkt. 6

Wykonawca wnosi o dodanie do punktu 6 zdania: „Zamawiający powiadomi każdorazowo Wykonawcę o zwołaniu narady na minimum 3 dni robocze przed jej terminem”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 6 do Umowy; Rozdział III ust. 6, który otrzymuje nowe brzmienie:

„6. Zamawiający w okresie realizacji umowy jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych osób. Narady odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy. Zamawiający powiadomi każdorazowo Wykonawcę o zwołaniu narady na minimum 3 dni robocze przed jej terminem”

39. Dot. roz. IV pkt. 5

Wykonawca wnosi o dodanie zdania „Termin odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu wyznaczony przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 6 do Umowy; Rozdział IV ust. 5, który otrzymuje nowe brzmienie:

„5. W wypadku ukończenia przez Wykonawcę robót zanikających lub podlegających zakryciu, poinformuje on pisemnie o tym Zamawiającego w celu dokonania odbioru częściowego tych prac. Dokładną godzinę i miejsce odbioru częściowego wyznaczy Zamawiający po poinformowaniu go przez Wykonawcę o konieczności dokonania odbioru. Z czynności odbioru częściowego Strony sporządzą pisemny protokół odbioru częściowego, który zostanie podpisany przez Kierownika Budowy oraz osoby wskazane przez Zamawiającego do realizacji Umowy, o których mowa w § 15 ust. 1 Umowy. Termin odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu wyznaczony przez Zamawiającego nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.”

40. Dot. Załącznik do umowy – adaptacja pomieszczeń roz. V

Wykonawca wnosi o modyfikację rozdziału V załącznika do umowy do zgodności z rozdziałem IV ust. 5 SWZ – „Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych”.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
dr n. med. Anita Świętochowska

