



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Łomża, dnia 23 września 2022 r.

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/57/2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Pododdziału Onkologii i Poradni Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 5

W związku z dostawą aparatu USG prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia z urządzeniem licencji DICOM umożliwiającej podłączenie do systemu RIS/PACS Zamawiającego (system AlleRad firmy PIXEL Sp. z o.o.). Zamawiający wymaga aby licencja DICOM była dostarczona w wersji pełnej tzn. bez ograniczenia czasowego (Zamawiający nie dopuszcza licencji DICOM typu demo z ograniczoną czasowo licencją).

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczonego urządzenia z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS firmy PIXEL Sp. z o.o. na koszt Wykonawcy.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu 5

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu USG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje i wymaga, że wszystkie elementy składowe niezbędne do zapewnienia poprawnej komunikacji aparatu USG z systemem RIS/PACS będą objęte gwarancją na okres jak w SWZ. Jedynie licencja DICOM ma być dostarczona w wersji pełnej bez żadnych ograniczeń czasowych.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii, którego szerokość całkowita z podłokietnikami wynosi 950 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający pisząc w pkt 1, że całkowita szerokość leża ma wynosić 900 mm +/- 50 mm miał na myśli całkowitą szerokość fotela czy szerokość leża?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.





SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii, którego długość całkowita wynosi 2160 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii, którego segment pleców w części barkowej nie jest poszerzany, jednak jest profilowany, ergonomiczny i komfortowy o szerokości 605 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii, który nie posiada materaca (tapicerki) z możliwością demontażu/ odpinania bez konieczności użycia narzędzi? Zamiast tego fotel, który chcielibyśmy zaoferować posiada atestowaną tapicerkę przeznaczoną do stosowania w placówkach służby zdrowia oraz punktach krwiodawstwa, która posiada estetyczne osłony w segmencie oparcia pleców, siedziska, podłokietnikach oraz podnóżku zapobiegające przedostawaniu się zanieczyszczeń oraz ułatwiające dezynfekcję i mycie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii, który posiada 4 antystatyczne koła o średnicy 100mm, wszystkie 4 z centralnym hamulcem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii, który posiada dopuszczalne obciążenie 225 kg?

Pacjenci chorujący na nowotwory poddawani chemioterapii są wątłej postawy i nie osiągają

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu 4 poz. 2 - Waga krzeselkowa

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, nie wymagający montażu - dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu 4 poz. 2 - Waga krzeselkowa

Czy Zamawiający będzie wymagał wagi z czterema podgumowanymi, łożyskowanymi, łatwo obracającymi się kółkami **w tym 4 z hamulcem**? Zastosowanie 4 kółek z hamulcem powoduje że waga jest bardziej stabilna. Takie rozwiązanie uniemożliwia przewrócenie się wagi z pacjentem podczas siadania i wstawania. Jednocześnie znacznie ułatwia pracę użytkownikowi, który nie musi się schylać i odkręcać dodatkowych stopek które służą do stabilizację wagi (jak ma to miejsce u niektórych producentów), a wystarczy nacisnąć nogą hamulec. Niektóre wagi nawet nie mają żadnego punktu podparcia z przodu przez co są niestabilne.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu 4 poz. 2 - Waga krzeselkowa

Czy Zamawiający dopuści wagę z obciążeniem max 250 kg i zakresem tary 250 kg?



DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu 4 poz. 2 - Waga krzeselkowa

Czy Zamawiający dopuści wagę z obciążeniem max 300 kg i zakresem tary 300 kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu 4 poz. 2 - Waga krzeselkowa

Czy Zamawiający będzie wymagał wagi krzeselkowej składanej? Nowatorska składana konstrukcja wagi krzeselkowej, pozwala na natychmiastowe złożenie wagi (w celu łatwiejszego przechowywania i transportu) nawet między pomiarami - **waga składa się na zawiasach umiejscowionych pod oparciem oraz pod poręczą z panelem wagowym**. Po złożeniu **najwyższym punktem wagi jest siedzisko**. Wszystkie kołka skrętne i z blokadą, podłokietniki uchylnie.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu 4 poz. 2 - Waga krzeselkowa

Czy Zamawiający będzie wymagał wagi krzeselkowej medycznej z legalizacją?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu 4 poz. 2 - Waga krzeselkowa

Czy Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 18

Dotyczy Pakietu 4 poz. 2 - Waga krzeselkowa

Czy Zamawiający dopuści wagę zasilaną bateriami (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) i dodatkowo w zestawie zasilacz (230V)? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 19

Dotyczy Pakietu 4 poz. 2 - Waga krzeselkowa

Czy Zamawiający dopuści wagi gdzie:

- wilgotność względna powietrza wynosi: $15 \div 85\%$

- temperatura pracy wynosi: $5 \div +35\text{ }^{\circ}\text{C}$?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 20

Dotyczy Pakietu 4 poz. 2 - Waga krzeselkowa

Czy Zamawiający dopuści wagę ze złączem USB (przewód w zestawie pozwala na transmisję danych pomiarowych)? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 21

Dotyczy Pakietu 4 poz. 1 – Waga medyczna

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, nie wymagający montażu - dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ





SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Pytanie 22

Dotyczy Pakietu 4 poz. 1 – Waga medyczna

Czy Zamawiający dopuści wagi gdzie:

- wilgotność względna powietrza wynosi: $15 \div 85\%$
- temperatura pracy wynosi: $5 \div +35\text{ }^{\circ}\text{C}$?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 23

Dotyczy Pakietu 4 poz. 1 – Waga medyczna

Czy Zamawiający dopuści wagę ze złączem USB (przewód w zestawie pozwala na transmisję danych pomiarowych)? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 24

Dotyczy Pakietu 4 poz. 1 – Waga medyczna

Czy Zamawiający dopuści wagę zasilaną bateriami (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) i dodatkowo w zestawie zasilacz (230V)? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwia zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 25

Dotyczy Pakietu 4 poz. 1 – Waga medyczna

Czy Zamawiający będzie wymagał wagi medycznej z legalizacją?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 26

Dotyczy Pakietu 4 poz. 1 – Waga medyczna

Czy Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 27

Dotyczy Pakietu 4 poz. 1 – Waga medyczna

Czy Zamawiający dopuści wagę z obciążeniem max: 200 kg?

Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 28

Dotyczy Pakietu 4 poz. 1 – Waga medyczna

Czy Zamawiający dopuści wagę z dokładnością odczytu: 200 g ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 29

Dotyczy Pakietu 4 poz. 1 – Waga medyczna

Czy Zamawiający dopuści wagę z dokładnością odczytu: $50\text{g} < 150\text{kg} > 100\text{g}$?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 30

Dotyczy Pakietu 7

(Ad.3) Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w komorę z łączeniami laserowymi. Rozwiązanie takie jest równoważne z komorą głęboko tłoczoną, dodatkowo posiada dożywotnią gwarancję na komorę, czego nie zapewniają producenci komór głęboko tłoczonych. Łączenia te są wykonane z niezwykłą precyzją i nie stwarzają ryzyka osadzania się w nich mikroorganizmów (nie zawierają zagłębień). Ponadto, łączenia te są niezwykle



DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

wytrzymałe i nie obniżają parametrów fizycznych i wytrzymałościowych – ciśnienie i temperatura panująca w komorze są kilkunastokrotnie niższe niż minimalnie konieczne, by w jakikolwiek sposób oddziaływać na tak łączoną stal nierdzewną. W razie odmowy, prosimy o uzasadnienie takiej decyzji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 31

Dotyczy Pakietu 7

(Ad.4) Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach: 500 mm szer. x 500 mm gł. x 1450 mm wys. Zastosowane wymiary pozwalają na bezproblemowe i ergonomiczne umieszczenie urządzenia w pomieszczeniach wszelkiego rodzaju. Zarazem są to wymiary jedynie nieznacznie odbiegające od wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Dotyczy Pakietu 7

(Ad.5) Prosimy o dopuszczenie do postępowania urządzenia o pojemności: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 1 miska i 1 kaczka lub 3 kaczki / cykl pracy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Dotyczy Pakietu 7

(Ad.7) Prosimy o dopuszczenie urządzenia z drzwiami otwieranymi manualnie. Rozwiązanie takie zapewnia mniejszą awaryjność niż system z automatycznym otwieraniem komory – nie występuje siłownik podlegający usterkom, co generowałoby dodatkowe koszty serwisowe oraz wstrzymywałoby korzystanie z urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Dotyczy Pakietu 7

(Ad.10) Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia posiadała dysze natryskowe w całości ze stali nierdzewnej? Elementy plastikowe mają krótszą żywotność niż stal nierdzewna, ponieważ działa na nie wysoka temperatura co powoduje powstawanie mikropęknięć, które wpływają na obniżenie jakości mycia i dezynfekcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 35

Dotyczy Pakietu 7

(Ad.11) Prosimy o dopuszczenie myjni o mocy elementów grzejnych 3000 W. Rozwiązanie takie jest efektywniejsze i zużywa mniej prądu na cykl co przekłada się na oszczędności dla placówki. Co więcej, dla Zamawiającego o skuteczności dezynfekcji decydujące są: a) parametr A0, opisujący poziom dezynfekcji b) realizacja odpowiednich norm (ISO 15883-1, 15883-3). Same w sobie, moc grzałki lub elementów grzewczych nie przesądza o wydajności pracy myjni-dezynfektora. Jeżeli zaś Zamawiający kieruje się czasem podgrzania wody, co prowadzi do skrócenia cyklu, prosimy o zawarcie stosownego wymogu jako łącznego czasu trwania cyklu. Przyspieszenie podgrzania wody nie przyspieszy pracy, jeżeli inne fazy cyklu są dłuższe niż w proponowanym przez nas urządzeniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 36

Dotyczy Pakietu 7

(Ad.12) Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym zamontowana jest jedna pompa dozująca środek zmiękczająco-płuczający (odkamieniacz)? Według naszej wiedzy i doświadczenia urządzenie z dwoma pompami generuje dodatkowe koszty dla jednostki, a nie przyczynia się to do uzyskania lepszego efektu mycia i dezynfekcji utensyliów. Zarazem stosowanie odpowiedniego środka wydłuża żywotność urządzenia nawet przy twardej wodzie, co znajduje potwierdzenie w gwarancji, którą objęte jest urządzenie. Jeżeli Zamawiający uważa takie rozwiązanie za niewystarczające, prosimy o dopuszczenie urządzenia o dodatkowym, mechanicznym filtrze zmiękczającym wodę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Pytanie 37

Dotyczy Pakietu 7

(Ad.13) Prosimy o dopuszczenie urządzenia o trzech programach: krótkim, standardowym oraz intensywnym. Wedle naszego wieloletniego doświadczenia, programy te realizują wszelkie potrzeby użytkownika w procesie mycia-dezynfekcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38

Dotyczy Pakietu 7

(Ad.20) Prosimy o dopuszczenie urządzenia informującego o błędach jedynie wizualnie. W wypadku wystąpienia błędu, myjnia samoczynnie przerwie pracę, stąd też nie jest konieczna natychmiastowa reakcja użytkownika. Dzięki temu urządzenie nie jest narażone na usterkę wskutek braku reakcji osoby obsługującej je.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39

Dotyczy Pakietu 7

(Ad.23) Prosimy o dopuszczenie urządzenia stosującego środek wskazany przez producenta. Urządzenie typu myjnia-dezynfektor jest urządzeniem, które musi spełnić szereg wymogów oraz zachować określone parametry pracy. Z tego względu posługiwanie się środkami nie-producencyjnymi może skutkować nieprawidłową pracą urządzenia lub jego skróconą żywotnością.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 40

Dotyczy Pakietu 7

(Ad.25) Prosimy o dopuszczenie myjni o poziomie emitowanego hałasu 50dB, co tylko nieznacznie odbiega od wskazanej w opisie wartości a jednocześnie nie jest to różnica znacząco słyszalna dla użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41

Dotyczy Pakietu 7

(Ad.28) Prosimy o dopuszczenie myjni o mocy elementów grzejnych 3000 W. Rozwiązanie takie jest efektywniejsze i zużywa mniej prądu na cykl co przekłada się na oszczędności dla placówki. Co więcej, dla Zamawiającego o skuteczności dezynfekcji decydujące są: a) parametr A0, opisujący poziom dezynfekcji b) realizacja odpowiednich norm (ISO 15883-1, 15883-3). Same w sobie, moc grzałki lub elementów grzewczych nie przesądza o wydajności pracy myjni-dezynfektora. Jeżeli zaś Zamawiający kieruje się czasem podgrzania wody, co prowadzi do skrócenia cyklu, prosimy o zawarcie stosownego wymogu jako łącznego czasu trwania cyklu. Przyspieszenie podgrzania wody nie przyspieszy pracy, jeżeli inne fazy cyklu są dłuższe niż w proponowanym przez nas urządzeniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 42

Dotyczy Pakietu 7

(ad 21) - Czy Zamawiający dopuści wysoko wydajną pompę o mocy 370 W, co przekłada się na niższy pobór prądu, przy zachowaniu bardzo dobrych parametrów myjących?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 43

Dotyczy Pakietu 7

Ad. lp. 4 tabeli

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora o nieznacznie większej wysokości 1730 mm i szerokości 500 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44

Dotyczy Pakietu 7

Ad. lp. 7 tabeli





SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni z ręcznym otwieraniem i zamykaniem drzwi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45

Dotyczy Pakietu 7

Ad. lp. 8 tabeli

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni dezynfektora bez automatycznego uruchomienia ustalonego programu po zamknięciu drzwi. Program powinien być każdorazowo dobrany do rodzaju wsadu tak, aby mycie i dezynfekcja przebiegało skutecznie, a zarazem przy niskich kosztach eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46

Dotyczy Pakietu 7

Ad. lp. 9 tabeli

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby myjnia dezynfektor zamiast automatycznego rozszczelnienia drzwi wyposażona była w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza tak, aby po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne były schłodzone, suche, bez skroplin wody oraz w system odprowadzający parę do kanalizacji wspomagany nadmuchem powietrza tak, aby para nie była uwalniana do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 47

Dotyczy Pakietu 7

Ad. lp. 11 tabeli

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni dezynfektora o mocy elementów grzejnych 4,2 kW co zapewni skuteczną, a zarazem tańszą eksploatację urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48

Dotyczy Pakietu 7

Ad. Lp. 12 tabeli

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni dezynfektora z jedną pompą dozującą środek zmiękczający wodę bez dozowania detergentu myjącego. Wieloletnie doświadczenie w użytkowaniu oferowanych urządzeń pokazuje, iż system kilkunastu dysz myjących gwarantuje skuteczne mycie bez użycia detergentów co znacznie zmniejsza koszty eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49

Dotyczy Pakietu 7

Ad. Lp. 13 tabeli

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni dezynfektora z 3 programami do wyboru z panelu sterującego za pomocą 3 oddzielnych klawiszy funkcyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50

Dotyczy Pakietu 7

Ad. Lp. 15 tabeli

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby temperatura dezynfekcji była kontrolowana przez dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone zgodnie z pkt. 5.2.6 Polskiej Normy 15883-1 w miejscu reprezentatywnym dla występowania najniższej temperatury czyli na spodzie komory?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 51

Dotyczy Pakietu 7

Ad. Lp. 21 tabeli



DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Upierzejmie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni dezynfektora wyposażonej w wydajną pompę cyrkulacyjną o mocy 0,55 kW zapewniającą skuteczne mycie przy małym zużyciu wody.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52

Dotyczy Pakietu 7

Ad. Lp. 25 tabeli

Upierzejmie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni dezynfektora o maksymalnym poziomie emitowanego hałasu nieznacznie większym tj. 50 dB

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Dotyczy Pakietu 7

Ad. Lp 28 tabeli

Upierzejmie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni dezynfektora o mocy całkowitej 4,6 kW.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 1 podpunkt 1

Czy Zamawiający może określić co miał na myśli dodając do punktu zintegrowaną stację roboczą, system archiwizacji i urządzenie do dokumentacji ?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli wewnętrzną pamięć aparatu USG służącą zarządzaniu zarchiwizowanymi badaniami pacjenta.

Pytanie 55

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 1 podpunkt 2

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający cyfrowy układ formułowania wiązki ultradźwiękowej w tym 4 000 000 kanałów procesowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 1 podpunkt 4

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium nie posiadający informacji zawartej w specyfikacji o czasie włączania systemu, ale wynoszącym ok. 60 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 1 podpunkt 6

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający 4 koła skrętne z oddzielną blokadą każdego z nich?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 1 podpunkt 7

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający monitor LCD 21,5 calowy wykonanym w najnowszej technologii zapewniającej najwyższy dostępny współczynnik kontrastu i kąty patrzenia do 179 stopni w płaszczyźnie pionowej i poziomej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 1 podpunkt 9

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający 10,1-calowy, kolorowy, programowalny, dotykowy panel TFT LCD, o rozdzielczości 1280x800?





SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 1 podpunkt 10

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający ruchomy pulpit sterowniczy: regulacja góra-dół, obrót lewo-prawo, ale nie posiadający możliwości ruchu przód-tył ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 1 podpunkt 11

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający pulpit sterowniczy z możliwością regulacji wysokości max. 37 cm, obrotu prawo-lewo 25 stopni oraz braku możliwości ruchu przód- tył ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 1 podpunkt 12

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium nie posiadający klawiatury fizycznej alfanumerycznej na dzień składania oferty, ale z możliwością przyszłej rozbudowy aparatu o taką opcję w dowolnej chwili?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 1 podpunkt 15

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium nie posiadający wyjścia HDMI na dzień składania oferty, ale z możliwością przyszłej rozbudowy aparatu o taką opcję w dowolnej chwili?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 1 podpunkt 19

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający głowice o maksymalnej częstotliwości pracy do 18 MHz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 1 podpunkt 20

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający 4 aktywne porty dla głowic, bez opcji podświetlania aktualnie używanego gniazda?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 1 podpunkt 21

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający głowice stworzone w technologii pinowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 1 podpunkt 23

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający dysk twardy o pojemności 500GB ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68





SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 2 podpunkt 6

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium którego wartość dynamiki wynosi 40-290 dB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 2 podpunkt 8

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium nie posiadający funkcji Technologia Dynamic Pixel Focusing lub równoważnej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 2 podpunkt 9

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium nie posiadający opcji full-screen?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 2 podpunkt 22

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający regulację bramki Dopplera pulsacyjnego w zakresie od 0,5mm do 20 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 2 podpunkt 28

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium nie posiadający obrazowania częstotliwościowego wykorzystującego technologie obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 2 podpunkt 29

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium nie posiadający automatycznego pomiaru IMT na dzień składania oferty, ale z możliwością przyszłej rozbudowy aparatu o taką opcję w dowolnej chwili?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 74

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 2 podpunkt 30

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający oprogramowanie automatycznie ustawiające położenie Dopplera kolorowego w trakcie badania, ale nie ustawiającego kąta bramki i nie podążającego za naczyniem ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 75

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 2 podpunkt 31-33

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium nie posiadający funkcji Shere Wave na dzień składania oferty, ale z możliwością przyszłej rozbudowy aparatu o taką opcję w dowolnej chwili ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 4 podpunkt 2c



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający głowicę convex o kącie skanowania 70 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 4 podpunkt 2e

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający głowicę convex wykonaną w Multi-layer Technology – technologii wielowarstwowej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 4 podpunkt 3b

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający głowicę liniową o maksymalnej częstotliwości 13 MHz ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 79

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 4 podpunkt 3d

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający głowicę liniową zawierającą 192 elementy ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 5 podpunkt 2

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający oprogramowanie w języku angielskim ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 5 podpunkt 3

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium nie posiadający możliwość sterowania wybranymi funkcjami aparatu oraz przeglądania bazy danych pacjentów za pomocą urządzeń mobilnych przy użyciu technologii Wi-Fi ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 82

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 6 podpunkt 1

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający obrazowanie tomograficzne obrazujące w 19 płaszczyznach jednocześnie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 6 podpunkt 3

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium nie posiadający możliwości rozbudowy o czytnik kodów kreskowych na dzień składania ofert ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 6 podpunkt 5

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium nie posiadający możliwości rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego liczenia pęcherzyków ciążowych Auto FLC?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Pytanie 85

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 6 podpunkt 6

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium posiadający możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową do 18MHz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 6 podpunkt 7

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium nie posiadający możliwości rozbudowy o obsługę komend głosowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 6 podpunkt 9

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium nie posiadający możliwości rozbudowy o: Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania TCP, TTP, MSP i TVP z obrazu 3D i wykonywania automatycznych pomiarów HC, BPD, CM, TCD i LVW ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 6 podpunkt 11

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium nie posiadający możliwości rozbudowy o: Tryb bardzo czułego automatycznego pomiaru intima media w obrazie "na żywo" z wykorzystaniem RF Data?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89

Dotyczy Pakietu 5

Dotyczy załącznika nr 4 do SWZ punkt 6 podpunkt 12

Czy Zamawiający dopuści aparat ultrasonograficzny klasy Premium nie posiadający możliwości rozbudowy o: Tryb bardzo czułej, automatycznej analizy elastyczności ścian naczyń krwionośnego w obrazie "na żywo" z wykorzystaniem RF Data?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90

Dotyczy Pakietu 1

Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fotela posiadającego dwa wielofunkcyjne, tapicerowane podłokietniki, zdejmowane, z regulacją wysokości, odchylane do góry 95° oraz odchylane w poziomie 90°, zintegrowane z segmentem pleców z funkcją utrzymania pozycji ustalonej przy jednoczesnej regulacji segmentem pleców?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 91

Dotyczy Pakietu 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat EKG o poniższych parametrach?

1	Rok produkcji 2021/2022- urządzenie fabryczne nowe
2	Aparat 3,6,12 kanałowy
3	Klawiatura alfanumeryczna wirtualnie wyświetlana
4	Ciągły pomiar HR
5	Wyświetlacz HD minimum 10" pojemnościowy panel dotykowy



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

6	Detekcja stymulatora serca
7	Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu.
8	Typ papieru: rolka, składka i A4 drukarka laserowa - za pomocą WiFi/LAN
9	Szerokość papieru min. 210 mm
10	Pamięć min. 100 000 badań
11	Prędkość zapisu EKG (mm/s) 5;10;25;50;100
12	Czułość (mm/mV) 2,5; 5; 10; 20;
13	Filtr sieciowy (Hz) 50-60
14	Filtr mięśniowy (Hz) 20; 25; 30; 35; 40
15	Filtr izolinii(Hz) 0,05 – 1,5 Hz
16	Interfejs komunikacyjny: wbudowane min. 3 porty USB
17	Długość zapisu EKG min. od 6 s do 40 minut
18	Profil manualny
19	Profil automatyczny
20	Poziomy częstotliwości próbkowania: 500/1000/2 000/4 000/8 000/16 000 Hz
21	Możliwość podłączenia do aparatu drukarki laserowej
22	Drukowane odprowadzenia min. 1x12, 2x6+1, 2x6, 4x3+1, 4x3
23	Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 24 Bit
24	Export/Import min. PDF, HL7, Cloud,
25	Interfejs WI-FI/LAN, Bluetooth, HDMI FULL HD, USBx3, karta SD
26	Wbudowany moduł do zdalnej diagnostyki aparatu i wsparcia technicznego
27	Możliwość zabezpieczenia dostępu dla osób postronnych do bazy danych za pomocą hasła
28	Możliwość zamawiania materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio z aparatu EKG
29	Zdalny support z możliwością wglądu autoryzowanego serwisu do systemu operacyjnego aparatu EKG: możliwość zdalnej diagnostyki aparatu, poprawiania i dostosowania jego ustawień i parametrów według wskazań zamawiającego
30	Szyfrowanie komunikacji oraz danych przechowywanych na aparacie
31	Waga max. 3,7 kg (z baterią)
32	Wymiary min. 340 x 290 x 165 mm
33	Wyposażenie : 1 kpl kabli, 1 kpl elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych 6 szt, 1 kpl elektrod kończynowych klipsowych 4 szt., wózek pod aparat

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 92

Dotyczy Pakietu 7

Dotyczy wymiarów oferowanej myjni.





SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o wymiarach gabarytowych wys. 860 x szer. 600 x gł. 560mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 93

Dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o wymiarach gabarytowych wys. 1775 x szer. 500 x gł. 450mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94

Dotyczy Pakietu 7

Ze względu do mały wsad jakiego wymaga Zamawiający zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie o mocy całkowitej do 4,8kW i mocy elementów grzejnych poniżej 4,8kW? Każdy producent dobiera parametry mocy do pojemności myjni i urządzenie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, zachowując określone parametry mycia i dezynfekcji (w tym czas i dokładność procesu).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 95

Dotyczy Pakietu 3, pozycja 1

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 3 pozycję nr 1 Aparat EKG do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 96

Dotyczy Pakietu 3, pozycja 1

Pkt 7. Czy Zamawiający dopuści aparat z pełną klawiaturą alfanumeryczną prezentowaną na ekranie dotykowym urządzenia oraz klawiszami funkcyjnymi prezentowanymi na ekranie dotykowym urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97

Dotyczy Pakietu 3, pozycja 1

Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści aparat z ciekłokrystalicznym, kolorowym wyświetlaczem graficznym z podświetleniem LED, co stanowi rozwiązanie lepsze od wymaganego. Czy Zamawiający dopuści aparat bez prezentacji grupy 4+4 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98

Dotyczy Pakietu 3, pozycja 1

Pkt 20. Czy Zamawiający dopuści aparat o pasmo przenoszenia 0.04 do 300 Hz, co stanowi niewielkie odstępstwo od wymaganej wartości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99

Dotyczy Pakietu 3, pozycja 1

Pkt 22. Czy Zamawiający dopuści aparat przetwarzaniu analogowo – cyfrowym 24 bitów (1,22 μ V), co jest parametrem lepszym niż wymagane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 100

Dotyczy Pakietu 3, pozycja 1

Pkt 25. Czy Zamawiający dopuści aparat o wadze max 4kg, co jest nieznacznym odstępstwem od wymaganego parametru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101

Dotyczy Pakietu 3, pozycja 1

Pkt 26. Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach 360 x 114 x 315 mm? Zwracamy uwagę, że wymóg wymiaru nie ma znaczenia klinicznego i służy jedynie ograniczeniu możliwości złożenia konkurencyjnej oferty.



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 102

Dotyczy Pakietu 3, pozycja 1

Pkt. 28. Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością stosowania środków zalecanych przez producenta urządzenia do dezynfekcji takich jak:

Super Sani-Cloth®, PDI Easy Screen Cleaning®, PDI Super Sani-Cloth®, Wybielacz PDI Sani-Cloth®, Ściereczki sporobójcze Clinell, PDI Sani-Cloth®AF3, PDI Sani-Cloth® Plus, PDI Sani-Cloth® HB 5864335-031-1 MAC™ 5 A4/MAC™ 5 A5/MAC™ 5 Lite 291, Czyszczenie i dezynfekcja: Ściereczki dezynfekujące Clorox Healthcare® z nadtlenkiem wodoru, Ściereczki Oxivir® Tb, Gama Clinell Universal, Ściereczki Cleanisept, Ściereczki Mikrozid Sensitive, Caviwipes, Fenol 2% (obj./obj.), Etanol (alkohol etylowy) 96% (obj.), Nadtlenek wodoru 20% (obj.), Podchloryn sodu (NaOCl) – roztwór 5%, Alkohol izopropylowy 70% (wag) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 103

Dotyczy Pakietu 3, pozycja 1

Czy Zamawiający będzie wymagał: Odrzucanie sygnałów powszechnych >125 dB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104

Dotyczy Pakietu 3, pozycja 1

Czy Zamawiający będzie wymagał: Próbkowania stymulatora serca minimum 75 000Hz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 105

Dotyczy Pakietu 3, pozycja 1

Czy Zamawiający będzie wymagał: Możliwości konfiguracji wydruku 12 kanałowego EKG w formacie 2 x A5 do formatu A4/12 kanałów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106

Dotyczy Pakietu 3, pozycja 1

Załącznik nr 5 – Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia:

Pkt 2 Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 3 dni roboczych w przypadku naprawy bez użycia części zamiennych, do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 107

Dotyczy załącznika nr 6 – wzór umowy

Par. 3 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 45 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 108

Dotyczy załącznika nr 6 – wzór umowy

Par. 6 ust. 1 pkt b) – e) oraz g) W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy **za każdy dzień zwłoki**. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Pytanie 109

Dotyczy załącznika nr 6 – wzór umowy

Par. 6 ust. 1 pkt h) – i) W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy stwierdzony przypadek. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 110

Dotyczy załącznika nr 6 – wzór umowy

Par. 6¹ ust. 1 Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania kolejnego do § 6¹ ust. 1 i wskazanie, że uprawnienie do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania kolejnego o następującej treści:

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 111

Dotyczy załącznika nr 6 – wzór umowy

Par. 6¹ ust. 5 Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawną byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. W związku z tym wnosimy o modyfikację punktu poprzez usunięcie możliwości wymiany całego sprzętu, wprowadzając w to miejsce jedynie możliwość wymiany części/modułów po trzech uprzednich naprawach tej samej części / modułu.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 112

Dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 500x450x1775 mm (SxGxW).

Urządzenie o takiej wysokości pozwala na ergonomiczne ładowanie myjni. Pojemność na jeden cykl – dwie „kaczki” lub jeden „basen”

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 113

Dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 1 basen i 2 kaczki lub 3 kaczki ?

Automatyczne otwarcie drzwi komory po zakończonym cyklu mycia i dezynfekcji w celu szybszego wysuszenia wsadu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Pytanie 114

Dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści suszenie konwekcyjne w obiegu zamkniętym?

Elementy grzejne poza komorą myjni . Moc Elementów grzejnych – min. 6 kW

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 115

Dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy elementów grzejnych 4,5 kW. Jest to bardziej oszczędne rozwiązanie korzystne dla Zamawiającego.

Minimum 5 programów mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterowania (za pomocą trzech oddzielnych klawiszy funkcyjnych).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 116

Dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z trzema programami przypisanymi do klawiszy z możliwością ich edycji?

Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117

Dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dostępem do modyfikacji zabezpieczonym przełącznikiem DIP Switch?

Pompa cyrkulacyjna o mocy co najmniej 1kW

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 118

Dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy pompy 0,75 kW.?

Maksymalny poziom emitowanego hałasu <48 dB

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 119

Dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poziomie emitowanego hałasu 50 dB, ta niewielka różnica pozwoli na złożenie korzystnej i konkurencyjnej oferty.

Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz, całkowita moc urządzenia 9 kW

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120

Dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy całkowitej urządzenia 4,85 kW przy wskazanych parametrach podłączenia elektrycznego 400 V 50 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121

Dotyczy Pakietu 1

W związku z faktem iż Zamawiający wymaga zaoferowania fotela do chemioterapii wyposażonego w uchwyt z miejscem na telefon komórkowy, czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela do chemioterapii wyposażonego w gniazdo USB umożliwiającego ładowanie telefonu komórkowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Pytanie 122

Dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający zaakceptuje Aparat USG o poniższych parametrach?

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Opis parametru oferowanego (należy podać)
I	KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA		
1	Aparat fabrycznie nowy ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z panelu sterowania/konsoli.	TAK	
2	Cyfrowy układ formułowania wiązki ultradźwiękowej, min. 4 718 592 kanałów procesowych	TAK	
3	Rok produkcji 2022	TAK	
4	Czas uruchomienia aparatu z pełnego wyłączenia: max 110 sekund, z trybu standby 20 sekund	TAK	
5	Modułowa konstrukcja umożliwiająca łatwą rozbudowę aparatu,	TAK	
6	Cztery koła skrętne z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost min. dwóch kół	TAK	
7	Monitor Full HD, kolorowy, o przekątnej ekranu min. 21,5", kąt patrzenia minimum 175 stopni	TAK	
8	Możliwość zmiany wysokości, obrotu i pochylenia monitora niezależnie od panelu sterowania	TAK	
9	Panel dotykowy min 12", z obsługą multitouch i gestów, min rozdzielczości 1200*800	TAK	
10	Panel sterowania/konsola z możliwością obrotu: lewo i w prawo oraz regulacji góra/dół płynnie regulowany we wszystkich płaszczyznach.	TAK	
11	Panel sterowania z możliwością zmiany wysokości - min 200 mm, oraz obrotu Lewo/Prawo min +180/-160 stopni (łącznie 340 stopni)	TAK	
12	Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wyświetlana na ekranie dotykowym	TAK	
13	Panel sterowania wyposażony w uchwyty na głowice – z lewej lub prawej strony. Min.5	TAK	
14	Aparat wyposażony w min. 2 porty USB dostępne na panelu sterowania.	TAK	
15	Wyjście obrazowe DP/HDMI/DVI, Port USB do archiwizacji danych.	TAK	
16	Regulacja TGC - Suwaki fizyczne lub na ekranie dotykowym	TAK	



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

17	Regulacja LGC - Suwaki fizyczne lub na ekranie dotykowym	TAK	
18	Minimalna częstotliwość pracy dostępnych głowic max. 1,2 MHz	TAK	
19	Maksymalna częstotliwość pracy dostępnych głowic min. 22 MHz	TAK	
20	Ilość aktywnych, równoważnych gniazd (portów) dla głowic obrazowych, sygnalizacja używanego portu na ekranie dotykowym, Min. 4 portów aktywnych	TAK	
21	Technologia głowic bezpinowych	TAK	
22	Maksymalny czas pamięci dynamicznej CINE min. 2200 ramek B-Mode	TAK	
23	Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów, pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym min. 512 GB	TAK	
24	System pracujący na nowoczesnym, szybkim dysku typu SSD min 240 GB	TAK	
25	Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dyski zewnętrzne, pamięci PEN w formatach RAW lub JPG (dla obrazów) i AVI (dla pętli obrazowych) poprzez naciśnięcie programowalnego przycisku na konsoli	TAK	
26	Wbudowana karta sieciowa Wi-Fi	TAK	
II	OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU		
1	Tryb B	TAK	
2	Głębokość penetracji (obrazowania) min. 40cm.	TAK	
3	Obrazowanie quasi-convex (trapez)	TAK	
4	Obrazowanie rombów lub panoramiczne	TAK	
5	Możliwość rotowania obrazu co 180°	TAK	
6	Dynamika w trybie B o max wartości min. 320 dB bez wyświetlaniem wartości na obrazie	TAK	
7	Maksymalny frame Rate obrazu B - Min 1700 Hz	TAK	
8	Technologia Dynamic Pixel Focusing lub równoważna, system pracujący bez konieczności ustawiania pojedynczych punktów ogniskowania przez użytkownika.	TAK	
9	Obrazowanie full-screen, min. 1 kroki	TAK	



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

10	Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych	TAK	
11	Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE	TAK	
12	Obrazowanie harmoniczne	TAK	
13	Optymalizacja obrazu B i Spektralnego Dopplera za pomocą jednego klawisza.	TAK	
14	Tryb M	TAK	
15	Doppler kolorowy	TAK	
16	Ugięcie wiązki Dopplera min. +/- 20st.	TAK	
17	Maksymalny frame rate Dopplera kolorowego Min. 230 Hz	TAK	
18	Maksymalny PRF dla Dopplera kolorowego Min 12,5 kHz	TAK	
19	Doppler mocy	TAK	
20	Kierunkowy Doppler mocy	TAK	
21	Doppler Spektralny Fali Pulsacyjnej (Doppler pulsacyjny)	TAK	
22	Wielkość bramki Dopplera pulsacyjnego regulowana Min 0,5 mm -20 mm	TAK	
23	Maksymalny PRF dla Dopplera pulsacyjnego Min. 23 kHz	TAK	
24	Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD)	TAK	
25	Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym	TAK	
26	Obrazowanie krzyżowe	TAK	
27	Wielostopniowe oprogramowanie redukujące szumy, wygładzające obraz B i wyostrzające kontury - obraz zbliżony do obrazu z MR (np. SONO MR, Full SRI lub ekwiwalent)	TAK	
28	Obrazowanie częstotliwościowe wykorzystujące technologie obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie.	TAK	
29	Oprogramowanie do automatycznego pomiaru IMT z obrazu 2D	TAK	
30	Oprogramowanie automatycznie ustawiające położenie i kąt bramki Dopplera kolorowego w trakcie badania. Bramka automatycznie podążająca za naczyniem.	TAK	
31	Elastografia fali poprzecznej (tzw Shear Wave) dostępna na głowicach liniowych i convex wraz z kwantyfikacją – pomiarem elastyczności w zadanej przez użytkownika bramce, z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub m/s.	TAK	



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

32	Elastografia fali poprzecznej (tzw Shear Wave) dostępna na głowicach liniowych i convex wyświetlająca kolorową wizualizację elastyczności tkanek wraz z kwantyfikacją i możliwością pomiaru elastyczności w wybranym obszarze po zamrożeniu obrazu.	TAK	
33	Tryb obrazowania o podwyższonej szybkości budowania obrazów Elastografii fali poprzecznej (tzw Shear Wave) wyświetlająca kolorową wizualizację elastyczności tkanek	TAK	
34	Elastografia fali podłużnej tzw. uciskowa.	TAK	
35	Aktywne bezterminowo licencje DICOM 3.0 minimum: Storage, Worklist	TAK	
III	OPROGRAMOWANIE		
1	Badania radiologiczne	TAK	
2	Badania małych narządów	TAK	
3	Badania naczyniowe	TAK	
4	Badania położnicze	TAK	
5	Badania ginekologiczne	TAK	
6	Badania kardiologiczne	TAK	
7	Badania pediatryczne	TAK	
8	Badania urologiczne	TAK	
IV	GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE		
1	Głowice szerokopasmowe o niezależnym wyborze częstotliwości w trybach B i Dopplera	TAK	
2	Głowica Convex -	TAK	
a)	Minimalna częstotliwość pracy - max. 1 MHz	TAK	
b)	Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 5 MHz	TAK	
c)	Kąt widzenia głowicy - Min. 111 stopni	TAK	
d)	Ilość elementów - Min. 320	TAK	
e)	Głowica wykonana w technologii Single Crystal lub równoważnej	TAK	
3	Głowica Liniowa	TAK	



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

a)	Minimalna częstotliwość pracy - Max. 3 MHz	TAK	
b)	Maksymalna częstotliwość pracy - Min. 14 MHz	TAK	
c)	Szerokość skanu 51mm +/- 1,5mm	TAK	
d)	Ilość elementów - Min. 256	TAK	
V	POZOSTAŁE		
1	Videoprinter B/W	TAK	
2	Oprogramowanie w języku angielskim	TAK	
3	Możliwość sterowania wybranymi funkcjami aparatu oraz przeglądania bazy danych pacjentów za pomocą urządzeń mobilnych przy użyciu technologii Wi-Fi <i>Zwracamy uwagę na fakt, iż powyższy zapis w brzmieniu jaki podaje Zamawiający jest charakterystyczny tylko dla jednego z producentów systemów ultrasonograficznych i ogranicza konkurencję. W praktyce opisana funkcjonalność nie ma żadnego zastosowania. Zwracamy uwagę na obowiązek bezpieczeństwa ochrony bazy danych pacjentów. Prosimy o rezygnację z powyższego wymogu lub wprowadzenie punktacji technicznej/jakościowej za zaoferowanie powyższej opcji.</i>	TAK	
4	Możliwość stosowania do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej	TAK	
VI	MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT		
1	Możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne (jednoczesne obrazowanie min. 22 równoległych płaszczyzn z możliwością ustawienia ich położenia i odległości między nimi)	TAK	
2	Możliwość rozbudowy o obrazowanie z użyciem środków kontrastujących (CEUS)	TAK	
3	Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych <i>Zwracamy uwagę na fakt, iż powyższy zapis w brzmieniu jaki podaje Zamawiający jest charakterystyczny tylko dla jednego z producentów systemów ultrasonograficznych i ogranicza konkurencję. Prosimy o rezygnację z powyższego wymogu lub wprowadzenie punktacji technicznej/jakościowej za zaoferowanie powyższej opcji.</i>	TAK	



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

4	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego liczenia pęcherzyków ciążowych Auto-FLC Zwracamy uwagę na fakt, iż powyższy zapis w brzmieniu jaki podaje Zamawiający jest charakterystyczny tylko dla jednego z producentów systemów ultrasonograficznych i ogranicza konkurencję. Prosimy o rezygnację z powyższego wymogu lub wprowadzenie punktacji technicznej/jakościowej za zaoferowanie powyższej opcji.	TAK	
5	Możliwość rozbudowy o: głowicę Endowaginalną wolumetryczną.	TAK	
6	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokiej częstotliwości, pracującą do min 22MHz	TAK	
7	Możliwość rozbudowy o: Obsługa komend głosowych Zwracamy uwagę na fakt, iż powyższy zapis w brzmieniu jaki podaje Zamawiający jest charakterystyczny tylko dla jednego z producentów systemów ultrasonograficznych i ogranicza konkurencję. W praktyce opisana funkcjonalność nie ma żadnego zastosowania. Prosimy o rezygnację z powyższego wymogu lub wprowadzenie punktacji technicznej/jakościowej za zaoferowanie powyższej opcji.	TAK	
8	Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie pozwalające na wykonywanie pomiarów automatycznych (min. BPD, HC, AC, FL, OFD)	TAK	
9	Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania TCP, TTP, MSP i TVP z obrazu 3D i wykonywania automatycznych pomiarów HC, BPD, CM, TCD i LVW Zwracamy uwagę na fakt, iż powyższy zapis w brzmieniu jaki podaje Zamawiający jest charakterystyczny tylko dla jednego z producentów systemów ultrasonograficznych i ogranicza konkurencję. Prosimy o rezygnację z powyższego wymogu lub wprowadzenie punktacji technicznej/jakościowej za zaoferowanie powyższej opcji.	TAK	
10	Możliwość rozbudowy o: Tryb realistycznego wizualizowania płodu w 3/4D z możliwością podświetlania płodu z wyborem miejsca źródła światła	TAK	
11	Możliwość rozbudowy o: Tryb bardzo czułego automatycznego pomiaru intima media w obrazie "na żywo" z wykorzystaniem RF Data.	TAK	
12	Możliwość rozbudowy o: Tryb bardzo czułej, automatycznej analizy elastyczności ścian naczyń krwionośnych w obrazie "na żywo" z wykorzystaniem RF Data.	TAK	



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

	<i>Zwracamy uwagę na fakt, iż powyższy zapis w brzmieniu jaki podaje Zamawiający jest charakterystyczny tylko dla jednego z producentów systemów ultrasonograficznych i ogranicza konkurencję.</i> <i>Prosimy o rezygnację z powyższego wymogu lub wprowadzenie punktacji technicznej/jakościowej za zaoferowanie powyższej opcji.</i>		
--	--	--	--

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 123

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt. 1 dotyczącym maksymalnego czasu niezbędnego na usunięcie awarii, zgodnie z poniższym?

- w okresie gwarancji:	
a) bez użycia części zamiennych	a) 3 dni robocze
b) z użyciem części zamiennych	b) 4 dni robocze

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 5 - dotyczy pkt 2 załącznika nr 5 do SWZ - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia.

Pytanie 124

Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ–Wzór umowy, par. 6, ust. 1, lit. b)

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych zgodnie z poniższym:

b) za zwłokę w spełnieniu świadczenia wynikającego z Umowy (w tym również m.in.: w przeszkoleniu personelu Kupującego w zakresie prawidłowej eksploatacji aparatury medycznej/sprzętu medycznego oraz braku wykonania przeglądów w terminach określonych w Umowie) - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 125

Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ–Wzór umowy

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 126

Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ–Wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaze Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przed roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiegokolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego; (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 127

Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ–Wzór umowy Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 128

Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ–Wzór umowy

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać serwis.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w treści wzoru umowy

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 129

Dotyczy Pakietu 3 poz. 1

Dot. Poz. nr 8

Czy Zamawiający oczekuje spełnienia wszystkich wbudowanych interfejsów (modem, LAN, WLAN) dwukierunkowej transmisji danych do systemów EMR, HIS PACS, czy tylko jednego z powyższych?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 130

Dotyczy Pakietu 3 poz. 1

Dot. Poz. nr 8

Czy Zamawiający wymaga generowania plików Dicom oraz interfejsu DICOM do integracji ze szpitalnym systemem HIS/PACS?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Pytanie 131

Dotyczy Pakietu 3 poz. 1

Dot. poz. Nr 5

Czy Zamawiający oczekuje modułu akwizycji sygnału EKG w wersji przewodowej, bezprzewodowej czy obu jednocześnie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 132

Dotyczy Pakietu 3 poz. 1

Dot. poz. Nr 5

Czy Zamawiający wymaga mobilnego wózka transportowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Podpisać

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Łomży

Jarosław Pokoleńczuk