

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/51/2018

13 grudzień 2018 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego realizowane w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/51/2018

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuje poniżej wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 1 - MYJNIA DEZYNFEKTOR

W stosunku do pytania Wykonawcy z dn. 06.12.2018 o treści „Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym uchwyt do otwierania drzwi nieznacznie wystaje poza linię obudowy?” Zamawiający udzielił odpowiedzi „Zgodnie z SIWZ”, podtrzymując pierwotny opis przedmiotu zamówienia. Zarazem jednak, urządzenie będące przedmiotem zamówienia o identycznym opisie (parametrach) zostało

str. 1

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/51/2018

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

dopuszczone, a co więcej wybrane przez Zamawiającego w niedawnym, przeprowadzonym dwa miesiące wcześniej postępowaniu o numerze ZT-SZP-226/01/11/2018. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie, w jaki sposób nastąpiła zmiana obiektywnego zapotrzebowania Zamawiającego na urządzenie będące przedmiotem postępowania? Zgodnie z art. 29 pkt 3 ustawy p.z.p. „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca, jako wieloletni dystrybutor oraz serwisant urządzeń typu myjnia-dezynfektor wskazuje, że uchwyt nieznacznie wystający poza obudowę urządzenia zwiększa ergonomię korzystania z myjni, jest łatwiejszy w myciu i utrzymaniu czystości, nie stanowi ponadto utrudnienia w umiejscowieniu urządzenia ani też niebezpieczeństwa przypadkowego zahaczenia. Wykonawca nie znajduje merytorycznych argumentów za preferowaniem uchwyty nie wystającego poza obrys urządzenia. Zachodzi zatem podejrzenie, że zapis ten może powodować uprzywilejowanie lub wyeliminowanie niektórych wykonawców. Wobec powyższego, ponownie wnosimy o dopuszczenie urządzenia, którego uchwyt do otwierania drzwi nieznacznie wystaje poza linię obudowy urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej w dniu 11.12.2018 r. na **Pytanie 5 pkt 1** o treści:
„1. Czy zamawiający dopuści urządzenie, w którym uchwyt do otwierania drzwi nieznacznie wystaje poza linię obudowy?”

na następująco: **Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonał następującej zmiany treści SIWZ:

1) Rozdział XI ust. 1 i ust. 4 SIWZ otrzymują nowe brzmienie:

„1. Ofertę należy zaadresować zgodnie z opisem wskazanym w Rozdziale X SIWZ oraz złożyć w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża **do dnia 18 grudnia 2018 r. do godz. 10.00**. Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.05.”

„4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi **w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 10.30 w pok. 210c – II piętro Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża**”

2) Zapis na stronie tytułowej SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18 grudnia 2018 r. godz. 10.00

OTWARCIE OFERT: 18 grudnia 2018 r. godz. 10.30”

W związku z powyższą zmianą SIWZ, Zamawiający dokonuje zmiany pkt IV. 6.2) Ogłoszenia nr 657011-N-2018 z dnia 2018-12-04 r., który otrzymuje nowe brzmienie:

**„IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-18, godzina: 10:00”**

podpisał

*Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży
mgr inż. Roman Nojszewski*

str. 3

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/51/2018

*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia*