



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/53/2022

Łomża dnia 22 sierpnia 2022 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy PZP na dostawę wyrobów medycznych do zabiegów z dziedziny kardiologii inwazyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 5, poz. nr 5 i 6

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie elektrod ablacyjnych o zasięgu bocznym w zakresie 50 do 76 mm.

Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie w pakiecie 2 koszulek zbrojonych o następujących parametrach: Introduktor zbrojony widocznym spiralnym opłotem. Zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych. Każdy zestaw posiada: poliuretanowy, zbrojony metalowym spiralnym opłotem introduktor z integralnym portem bocznym, szczelną, silikonową zastawkę hemostatyczną, rozszerzadło naczyniowe z zatrzaskowym mocowaniem do introduktora oraz obturator z osłonką. Koszulka posiada pokrycie hydrofilne w części dystalnej. Dren połączony z oprawą koszulki na stałe, umożliwi podawanie leków. Wysoka odporność na złamania przy kącie zgięcia do 100 stopni. Możliwość ustawienia pacjenta w pozycji siedzącej (kąt 60 stopni) po zabiegu z koszulką umieszczoną in situ dla zmniejszenia bólu. Łatwość wprowadzania oraz duża średnica wewnętrzna, przy minimalnej grubości ścianki. Długość koszulek – 11 -65 cm średnice od 5F do 8F.

W związku ze zróżnicowaną ceną w zależności od długości koszulki prosimy o podanie ilości z podaniem długości. Koszulki pakowane są po 5 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z powyższym zmianie ulega zestawienie asortymentowo - ilościowe w zakresie Pakietu 30 (w załączeniu).

Pytanie 3

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ

Czy Zamawiający akceptuje modyfikację Załącznika nr 5 do SIWZ (dotyczy pakietów z depozytem – 1, 3, 5, 6 – dalej jako „Umowa”) poprzez modyfikację § 8¹ ust. 3 poprzez zmianę wskazanego tam terminu (2 dni roboczych liczonych od zgłoszenia) na „4 dni robocze od zgłoszenia” bądź „2 dni robocze” od rozpatrzenia reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 5 – wzór umowy (dotyczy pakietów z depozytem), w § 8¹ ust. 3, który przyjmuje aktualne brzmienie:

„3. Sprzedawca, w wypadku skorzystania przez Kupującego z przysługującego mu uprawnienia w postaci żądania wymiany asortymentu na wolny od wad, zobowiązany jest do jego wymiany na wolny od wad w terminie: 4 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia żądania.”

Pytanie 4

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 8¹ ust. 5 poprzez zmianę wskazanego tam terminu z 1 dni roboczego na 2 lub 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 5 – wzór umowy (dotyczy pakietów z depozytem), w § 8¹ ust. 5, który przyjmuje aktualne brzmienie:



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

„5. W wypadku, gdy Kupujący zażąda wymiany określonej partii asortymentu lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 2 dni roboczych, uważać się będzie, że Sprzedawca uznał to żądanie.”

Pytanie 5

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 2¹ ust. 1.9 poprzez wskazanie, iż czas reakcji serwisowej będzie wynosić 48 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 2¹ ust. 1.1 poprzez zmianę wskazanego tam termin z 48 godzin na 72 godziny.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany w Załączniku nr 5 – wzór umowy (dotyczy pakietów z depozytem), w § 2¹ ust. 1.11, który przyjmuje aktualne brzmienie:

Dotyczy pakietu nr 3*

„1.11. W wypadku, gdy naprawa będzie trwała dłużej niż 72 godziny, Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu w tym terminie urządzenie zastępcze o takich samych parametrach użytkowych i funkcjonalnych, na pełny okres wykonywania naprawy.”

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu 7 poz. 2

Czy Zamawiający w poz. 2 w pakiecie nr 7 wyrazi zgodę na wycenę złącza o długości 120 cm rekomendowanego przez producenta wstrzykiwacza Angiomat Illumeny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 oraz art. 135 ust. 3 Ustawy, **dokonuje następującej zmiany SWZ:**

1. **Termin składania ofert** oraz **termin otwarcia ofert**.

Postanowienia, o których mowa w Rozdziale XVII pkt 1 i pkt 3 SWZ, otrzymują nowe brzmienie:

„1. **Ofertę należy złożyć do dnia 30 sierpnia 2022 r. do godziny 09.00**”

„3. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godzinie 09.30.**

2. **Termin związania ofertą.**

Postanowienie, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt 1 SWZ, otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni, tj. do dnia 27 listopada 2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert..”

W pozostałym zakresie SWZ nie ulega zmianie.

Zamawiający, na podstawie art. 90 ust. 1 Ustawy, **dokonuje następującej zmiany Ogłoszenia o zamówieniu, tj.:**

1) Zapis w Sekcji IV pkt 2.2) termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału - Ogłoszenia o zamówieniu o treści:

Data: 26/08/2022

Czas lokalny: 09:00

Otrzymuje nowe brzmienie:

Data 30/08/2022

Czas lokalny: 09:00

2) Zapis w Sekcji IV pkt 2.6) minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą - Ogłoszenia o zamówieniu o treści:

Oferta musi zachować ważność do: 23/11/2022

Otrzymuje nowe brzmienie:

Oferta musi zachować ważność do: 27/11/2022



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

3) Zapis w Sekcji IV pkt 2.7) warunki otwarcia ofert - Ogłoszenia o zamówieniu o treści:

Data 26/08/2022

Czas lokalny 09:30

Otrzymuje nowe brzmienie:

Data 30/08/2022

Czas lokalny 09:30

W związku z powyższą zmianą treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 4 oraz art. 87 ust. 2 Ustawy, zamieszcza w Dz. Urz. UE zmianę ogłoszenia o zamówieniu 2022/S 145-412373

Zgodnie z art. 137 ust. 2 oraz art. 88 ust. 1 Ustawy, Zamawiający udostępnia zmianę SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://www.szpital-lomza.pl/index.php?k=123>

Załączniki:

Załącznik nr 4 do SWZ – pakiet 2 - po zmianie

Załącznik nr 5 do SWZ – po zmianie

Podpisal

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży

Jarosław Pokoleńczuk