



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/16/2021

Łomża dnia 01.07.2021 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP, na zakup i dostawę odczynników koagulologicznych wraz z najmem analizatorów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/16/2021

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej *Ustawą*, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy dostępności serwisu.

Uprzejmie prosimy o zmianę na: Uzyskanie porady telefonicznej możliwe jest w dni robocze w godz. 8-21, w sb i nd w godz. 9-19.

Prosimy o wykluczenie z wymogu godzin nocnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykluczenie z wymogu godzin nocnych tj.: w dni robocze godzin od 21 do 8, w soboty i niedziele godzin od 19 do 9.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu używany analizator zastępczy, rok produkcji 2018 po generalnym przeglądzie serwisowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy oferowane odczynniki mają być oryginalnymi odczynnikami producenta analizatorów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4

Czy oferowane analizatory mają być kompatybilne pod względem materiałów zużywanych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5

Czy wydajność analizatora back-ma być taka sama jak analizatora zapasowego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

Czy przynajmniej analizator podstawowy powinien być wyposażony w opcję wykrywania mikroskrzepów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Czy analizatory mają być wyposażone w przebijaki korków zamkniętego pobrania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8

Czy analizatory mają być wyposażone w przebijaki korków zamkniętego pobrania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 284 pkt. 3 ustawy PZP przedłuża:

- **termin składania ofert** oraz **termin otwarcia ofert**. Postanowienia, o których mowa w części XVII pkt 1 i pkt 3 SWZ otrzymują nowe brzmienie:
 - „1. Ofertę należy złożyć do dnia 07.07.2021 r. do godziny 10:00.”**
 - „3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2021 r. o godzinie 10:30.”**

- **termin związania ofertą**. Postanowienie, o którym mowa w części XVI pkt 1 SWZ, otrzymuje nowe brzmienie:
 - „1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 05.08.2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”**

W pozostałym zakresie SWZ nie ulega zmianie.

W związku z powyższą zmianą SWZ, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych zmianę Ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00094644/01 z dnia 2021-06-25.

Podpisał

DYREKTOR

Szpitala Wojewódzkiego

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Jarosław Pokoleńczuk