

**Załącznik nr 5 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne i wymagane-
Dotyczy PAKIETU 2**

.....
nazwa Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy PZP na., **zakup i dostarczenie odczynników biochemicznych i immunochemicznych wraz z najmem analizatora zasadniczego i zastępczych analizatorów: biochemicznego i immunochemicznego, udzielenie licencji na system informatyczny wraz z najmem sprzętu komputerowego i akcesoriów oraz zakup i dostarczenie pasków do analizy moczu wraz z najmem analizatora do odczytu pasków moczowych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/40 /2021**

OFERUJEMY:

PAKIET 2

Paski do analizy moczu wraz z najmem analizatora do odczytu pasków moczowych.

Zestawienie asortymentowo – ilościowe:

Lp.	Asortyment, producent	Ilość żądana na 36 miesięcy	Nr kat.	Ilość opakowań oferowana	Cena jednostkowa netto 1 opakowania	Cena jednostkowa brutto 1 ozn.*	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
1	Paski testowe	100 000 szt.							
2	Paski kalibracyjne **	150 szt.				XX			
3	Odczynniki do kontroli wewnątrzlaboratoryjnej ***					XX			
Wartość netto asortymentu									
Wartość brutto asortymentu									
4	Czynsz najmu analizatora do odczytu pasków moczowych								
Nazwa Urządzenia				Okres najmu	Cena netto 1 miesiąca najmu	Cena brutto 1 miesiąca najmu	Wartość netto najmu za okres 36 miesięcy	% Vat	Wartość brutto najmu za okres 36 miesięcy
				36 miesięcy					
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO									
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY BRUTTO									

* cena brutto 1 oznaczenia zawiera : pasek + materiały zużywalne + najem;

** zależnie od sposobu kalibracji (z wykorzystaniem paska lub bez niego – pkt 16 z wymagań);

*** w ilościach zabezpieczających codzienną kontrolę parametrów odczytywanych z pasków testowych na dwóch poziomach zapewniających wykonanie ok. 2200 badań kontrolnych;

– należy podać ilość materiału kontrolnego w 1 opakowaniu (ilość fiolek i ich pojemność lub ilość pasków testowych) oraz termin przydatności materiału po otwarciu fiolki.

Załącznik nr 1 do Pakietu 2

Wymagania stawiane analizatorowi do odczytu pasków moczowych:

Lp.	PARAMETR	Parametr wymagany	Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) <i>UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać.</i> <i>Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru</i>
1	Fabrycznie nowy aparat - rok produkcji 2021r. o wydajności min. 500 oznaczeń/godz. Należy podać: nazwę, typ aparatu i producent	Tak Podać	
2	Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu. Paski charakteryzujące się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki glukozy i krwi – podać nazwę zastosowanej substancji.	Tak	
3	Możliwość wydruku w wybranych jednostkach	Tak	
4	Pamięć min. 500 wyników	Tak	

Lp.	PARAMETR	Parametr wymagany	Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) <i>UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać.</i> <i>Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru</i>
5	Kontrola jakości – pamięć min. 200 wyników	Tak	
6	Flagowanie wyników	Tak	
7	Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki	Tak	
8	Możliwość wyboru barwy moczu	Tak	
9	Kompensacja własnego zabarwienia moczu	Tak	
10	Możliwość wyboru klarowności moczu	Tak	
11	Automatyczne usuwanie zużytych pasków	Tak	
12	Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych	Tak	
13	Możliwość automatycznego wprowadzenia wyników oceny mikroskopowej osadu moczu za pomocą systemu informatycznego	Tak	
14	Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny	Tak	
15	Możliwość tworzenia listy wyników podlegających weryfikacji	Tak	

Lp.	PARAMETR	Parametr wymagany	Parametr oferowany – (wypełnia Wykonawca) <i>UWAGA! Należy wypełnić odrębnie dla każdego parametru i szczegółowo opisać.</i> <i>Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru</i>
16	Możliwość kalibracji aparatu – podać sposób. Konieczność podglądu i wydruku danych kalibracji.	Tak	
17	Wymagana czułość dla białka – poniżej 20 mg/dl , dla glukozy – poniżej 80 mg/dl	Tak	