

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 314 -**Sekcja Zamówień Publicznych**
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl **www.szpital-lomza.pl**

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/32p/2017

03.11. 2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatury medycznej i sprzętu medycznego tj. videolaryngoskopu dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie videolaryngoskopu zgodnego z opisem poniżej:

Lp.	PARAMETRY TECHNICZNE	Parametry wymagane	Parametry punktowane	Parametry oferowane
I.	Wyświetlacz z torem wizyjnym wielorazowego użytku	TAK		Wyświetlacz z torem wizyjnym wielorazowego użytku
1.	Zasilanie bateryjne standardowymi bateriami AAA lub akumulatorem.	TAK		Zasilanie bateryjne standardowymi bateriami AA lub akumulatorem.
2.	Układ gospodarowania energią umożliwiający wyłączenie wyświetlacza po 60 sekundach od odłożenia go na nieruchomą powierzchnię.	TAK/NIE	TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt	urządzenie z układem gospodarowania energią, umożliwiającego ciągłą pracę
3.	Przekątna ekranu min. 2,4”.	TAK		Przekątna ekranu min. 2,4”.
4.	Rozdzielczość ekranu min. 320 x 240 pikseli na klatkę.	TAK		Rozdzielczość ekranu min. 320 x 240 pikseli na klatkę.
5.	Odświeżanie min. 30 klatek na sekundę.	TAK		Odświeżanie min. 30 klatek na sekundę.
6.	Automatyczny balans bieli.	TAK		Automatyczny balans bieli.
7.	Powłoka antyrefleksyjna.	TAK		Powłoka antyrefleksyjna.
8.	Wyjście video typu RCA umożliwiające podłączenie do zewnętrznego monitora.	TAK/NIE	Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.	urządzenie z wyjściem wideo NTSC z gniazdem MMCX, umożliwiającym podłączenie do zewnętrznego monitora lub urządzenia nagrywającego.
II.	Kamera	TAK		Kamera
9.	Matryca CMOS.	TAK		Matryca CMOS.

10.	Rozdzielczość min. 640 x 480 VGA.	TAK		Kamera z czujnikiem 1/18" CMOS ze zintegrowanymi soczewkami.
11.	Oświetlenie LED.	TAK		Oświetlenie LED.
12.	Zamykane etui do przechowywania.	TAK		Zamykane etui do przechowywania.
III.	Łyżki jednorazowego użytku	TAK		Łyżki jednorazowego użytku
13.	W zestawie jednorazowa łyżka z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną w rozmiarze 3 - 10 szt.	TAK		W zestawie jednorazowa łyżka z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną w rozmiarze 3 - 10 szt.
14.	W zestawie jednorazowa łyżka bez kanału prowadzącego w rozmiarze 3 - 10 szt.	TAK		W zestawie jednorazowa łyżka bez kanału prowadzącego w rozmiarze 3 - 10 szt.
15.	Łyżki pokryte powłoką przeciwmgielną na końcu dystalnym- od strony kamery.	TAK		Łyżki pokryte powłoką przeciwmgielną na końcu dystalnym- od strony kamery.
16.	Gwarancja min. 36 miesięcy .	TAK, podać	36 miesięcy – 0 pkt. najwyższa ilość miesięcy – 10 pkt. Pozostałe wg wzoru w części XIII SIWZ.	

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia.

L.p.	Parametr	Wymagany	Oferowany
1.	Okres gwarancji na urządzenie, wyposażenie, akcesoria liczony od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego	min. 36 miesięcy	3 lata
2.	Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie- podjęcie naprawy -w okresie gwarancji -po okresie gwarancji	24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 48 godzin	24 godziny w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 48 godzin w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

		w dni robocze, tj. od pn - pt , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	
3.	Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia -w okresie gwarancji -po okresie gwarancji	3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku napraw wymagających części zamiennych sprowadzanych z zagranicy wydłuża do 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, a w przypadku napraw wymagających części zamiennych sprowadzanych z zagranicy wydłuża do 7 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
4.	Liczba dni przestoju urządzenia przedłużająca termin gwarancji	5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
5.	Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji	3	3
6.	Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy	TAK	TAK
7.	Okres gwarancji na nowo zainstalowane części po naprawach: - w okresie gwarancji - po terminie gwarancji	Cały okres gwarancji, a w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. Min 6 m-cy, podać	Cały okres gwarancji, a w przypadku gdy część zamienna zostanie wymieniona w ostatnim półroczu trwania gwarancji, długość gwarancji na wymienioną część nie może być krótsza niż 6 m-cy. 6 m-cy

8.	Częstotliwość wykonywanych przeglądów w cenie umowy w siedzibie Zamawiającego w <u>okresie gwarancji</u>. Częstotliwość wykonywanych przeglądów w siedzibie Zamawiającego <u>po okresie gwarancji</u>	1 x w roku lub zgodnie z zaleceniami producenta (załączyć oświadczenie producenta) Podać zgodnie z zaleceniami producenta (załączyć oświadczenie producenta)	Producent nie określa częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji jak i po okresie gwarancji – urządzenie nie dokonuje żadnych pomiarów i nie wymaga również kalibracji.
9.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych, ich siedziba, ilość pracowników, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail) Dołączyć certyfikat o autoryzacji serwisowej	TAK Podać dołączyć	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jest wykonywany przez producenta za pośrednictwem przedstawiciela firmy Skamex ; punkt serwisowy: Singapore
10.	Szacunkowy roczny koszt obsługi serwisowej po okresie gwarancji (umowa serwisowa) pełna z częściami bez części zamiennych	Podać Podać	Urządzenie nie wymaga serwisowania pod warunkiem przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi urządzenia
11.	Szacunkowy koszt obsługi serwisowej pogwarancyjnej (bez umowy serwisowej) cena 1 roboczogodziny koszt dojazdu z pkt. serwisowego obsługującego do siedziby zamawiającego - ilość i koszt wykonania przeglądów okresowych wg zaleceń producenta oferowanego sprzętu w skali 1 roku	Podać Podać podać	Urządzenie nie wymaga serwisowania pod warunkiem przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi urządzenia
12.	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia	Min. 10 lat	Producent nie określa takiego parametru
13.	Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat	TAK	Producent nie określa takiego parametru
14.	Kontynuacja produkcji urządzenia lub jego wersji rozwojowej przez co najmniej 5 lat	Min 5 lat, podać	Producent nie określa takiego parametru

15.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi potwierdzone certyfikatem bezpośrednio po instalacji min 2 szkolenia ponawiane w terminie 2 tygodni i 4 tygodni od instalacji,	TAK	TAK
16.	Szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu potwierdzone certyfikatem	TAK	TAK
17.	Licencje na oprogramowanie* i paszport techniczny przy dostawie. Instrukcje obsługi, certyfikaty - w języku polskim/dopuszczone na nośniku elektronicznym/ dołączone do oferty na wezwanie i przy dostawie. *- jeśli dotyczy	TAK	Oprogramowanie – nie dotyczy Paszport – TAK Instrukcja obsługi w wersji papierowej lub na życzenie w wersji elektronicznej
18.	Przy dostawie - instrukcje serwisowe, w tym procedury i instrukcje wykonywania czynności o których mowa w art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. art. 90 w tym wykaz punktów serwisowych i wykaz dostawców części zamiennych oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych.	TAK	TAK

Ad.1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pełnomocnik Dyrektora
ds. administracyjno-inwestycyjnych
mgr Aneta Gornólka-Siembora

