



**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
(dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, **na zakup cystoskopów giętkich w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/63/2022**

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**  
**PAKIET NR 1**

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz na obecną sytuację wynikającą z pandemii COVID-19 oraz światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do dnia 09-12-2022 r.?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 2**  
**PAKIET NR 1**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w § 6 ust. 1 pkt. b) na następujące brzmienie:

b) „za zwłokę w spełnieniu świadczenia wynikającego z Umowy w wysokości **0,5%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki”. Obecna wysokość kary wydają się wygórowana i znacznie odbiega od powszechnie stosowanych wartości na rynku wyrobów medycznych wahających się w granicach 0,1 – 0,5%.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 3**  
**PAKIET NR 1**

Czy Zamawiający może udostępnić JEDZ (Załącznik nr 2 do SWZ) w wersji xml.?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z treścią SWZ.**

**Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępnił Załącznik nr 2 do SWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, w wersji edytowalnej dokumentu word.**

**Pytanie 4**  
**dot. Pakiet 1**

Prosimy o dopuszczenie videoecystoskopu giętkiego cyfrowego HD – z własnym kompaktowym torem wizyjnym z obrazowaniem w standardzie HD - nieznacznie odbiegającego od obecnego opisu SWZ, o parametrach technicznych równoważnych, a w niektórych przypadkach znacznie lepszych funkcjonalnie od obecnie opisanych t.j.:

**poz. 1** – videoecystoskop HD kompatybilny z oferowanym w zestawie kompaktowym/mobilnym torem wizyjnym – przenośny monitor All-in-One (zestaw Video Center SD-700B – poglądowe zdjęcie poniżej)



**poz. 2** – giętki videocystoskop ze zintegrowanym przetwornikiem CCD oraz ze zintegrowanym oświetleniem LED – rozwiązanie równoważne od obecnie wymaganego

**poz. 3** – rozmiar zewnętrzny płaszcza zewnętrznego (części wżernikowej) maks. 17.3 Fr (5,7 mm)  
Pozostałe parametry cystoskopu zgodne z opisem zawartym w OPZ.

**Odpowiedź:**

**Poz. 1- Zgodnie z treścią SWZ.**

**Poz. 2- Zgodnie z treścią SWZ.**

**Poz. 3- Zgodnie z treścią SWZ.**

#### **Pytanie 5**

##### **dot. Pakiet 2**

Prosimy o dopuszczenie cystoskopu giętkiego wiodącego producenta marki R. Wolf GmbH w pełni kompatybilnego z posiadany przez zamawiającego torem wizyjnym, nieznacznie odbiegającego od obecnego opisu SWZ, o parametrach technicznych równoważnych, a w niektórych przypadkach lepszych funkcjonalnie t.j.:

**poz. 2** – pole widzenia 110°

**poz. 8** – długość robocza 400 mm – rozwiązanie równoważne funkcjonalnie

**poz. 9** – długość całkowita 660 mm – rozwiązanie równoważne funkcjonalnie

**poz. 11** – wygięcie w dół 150°

**poz. 14 - j, k** – bez korka i zaworów ssących, oferowany cystoskop giętki nie wymaga stosowania w/w  
Pozostałe parametry cystoskopu zgodne z opisem zawartym w OPZ.

**Odpowiedź:**

**Poz. 2 - Zgodnie z treścią SWZ.**

**Poz. 8 - Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.**

**Poz. 9 - Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.**

**Poz. 11 - Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SWZ.**

**Poz. 14 lit) j, k - Zgodnie z treścią SWZ.**

**ZATWIERDZAM**

DYREKTOR

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

**Jarosław Pokoleńczuk**