

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 266 fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/47/2020

15 września 2020 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wkładów do przeprowadzania badań kontrastowych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej *ustawą*, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw oryginalnych wkładów do wstrzykiwacza Medrad Spectris Solrasi Ep, których wytwórcą jest producent urządzenia? Zestaw składa się z: dwóch wkładów 65 i 115ml, dwóch ostrzy typu spike, drenu z trójnikiem typu „T” o dł 250cm wyposażonego w zastawkę antyzwrotną.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 4 do SIWZ w zakresie Pakietu 2 poprzez wykreślenie słów: „...firmy ECOMED”, (w załączeniu aktualny załącznik nr 4 do SIWZ).

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży
Jarosław Pokoleńczuk