



**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, na dostawę odczynników wraz z najmem dwóch analizatorów hematologicznych 5 - DIFF dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/34/2022,*

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 zwanej dalej Ustawą, **przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:**

**Pytanie nr 1.**

**Parametry graniczne:**

**Dotyczy punktu 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby oferowany aparat posiadał możliwość analizy minimum 26 parametrów raportowanych, ale bez możliwości prezentacji graficznej wyniku dla WBC? Zapis ten w obecnym brzmieniu pozwala na złożenie oferty tylko jednemu wykonawcy.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 2.**

**Parametry graniczne:**

**Dotyczy punktu 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator, który posiada parametry odsetek mikrocytów i makrocytów jako parametry dostępne w zakładce „Inne parametry” tzw. RUO z możliwością wydania wartości % na wyniku pacjenta w momencie złożenia oferty? Parametr ten zostanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy przeniesiony do parametrów diagnostycznych i raportowanych poprzez darmową aktualizację oprogramowania.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 3.**

**Parametry graniczne:**

**Dotyczy punktu 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator, który w parametrach diagnostycznych dla retikulocytów nie posiada parametru Delta-He? Parametr ten jest oferowany i zastrzeżony tylko dla jednego producenta, czyli firmy Sysmex Polska Sp. z o.o. Umieszczenie go w parametrach granicznych w naszej ocenie ma na celu jedynie ograniczenie konkurencji do jednego wykonawcy. Dodatkowo stoi to w sprzeczności z zapisami PZP poprzez ogłoszenie pozornego przetargu nieograniczonego, gdy tymczasem ofertę może złożyć wyłącznie konkretny wykonawca.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 4.**

**Parametry graniczne:**

**Dotyczy punktu 6:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie punktu 6 parametrów granicznych dla analizatora hematologicznego. Parametr tutaj opisany służy do ukierunkowania dalszej diagnostyki pacjenta w stronę infekcji lub chorób rozrostowych układu krwiotwórczego. Sam w sobie nie jest jednak przesądzający co do rodzaju choroby, wymagane są dalsze specjalistyczne badania, co biorąc pod uwagę profil szpitala i usługi świadczone przez laboratorium nie może odbyć się w tej samej jednostce. W naszej ocenie parametr ten ma na celu tylko i wyłącznie ograniczenie konkurencji i wskazanie na jednego konkretnego wykonawcę, w tym wypadku Sysmex Polska Sp. z o.o., gdyż jest to jedyna firma na rynku oferująca opisane rozwiązanie.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 5.**

**Parametry graniczne:**

**Dotyczy punktu 12:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby analizator główny nie posiadał osobnego trybu pracy dla próbek leukopenicznych wybieranego manualnie? W przeciwieństwie do opisanego aparatu sprzęt oferowany przez nas w momencie wykrycia anomalii w próbce uruchamia ten tryb automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika, co ogranicza możliwość popełnienia błędu przez operatora.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 6.**

**Parametry graniczne:**

**Dotyczy punktu 19:**

Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym oprogramowanie analizatora umożliwiające zarządzanie odczytnikami- szacowane przez system zużycie odczytników było podawane w formie procentowej? Zwracamy uwagę, że zarówno forma procentowa jak i graficzna służą ocenie poziomu zużycia i są w takim samym stopniu pomocne przy rutynowej pracy.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 7.**

**Parametry graniczne:**

**Dotyczy punktu 23:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materiału kontrolnego na trzech poziomach, osobnego dla parametrów krwi obwodowej i retikulocytów?. Obecny zapis umożliwia złożenie oferty jedynie jednemu Wykonawcy i jest charakterystyczny dla oferty firmy Sysmex. Co więcej Nie ma to żadnego wpływu na wyniki, a ponieważ analiza jest uruchamiana w trybie z podajnika nie wymaga większego zaangażowania użytkownika.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 8.**

**Parametry graniczne:**

**Dotyczy punktu 24:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania oprogramowania, w którym wysyłanie wyników kontroli jakości z poziomu programu QC odbywa się nieautomatycznie a po

komendzie operatora za pośrednictwem oprogramowania eksperckiego?. Pozwoli to użytkownikowi na zachowanie realnej kontroli nad danymi w przypadku przekazywania ich podmiotowi trzeciemu. Obecny zapis SWZ koncentruje się na opisanu przez Zamawiającego schematu QC przyjętego przez konkretnego producenta, z pominięciem faktu iż ten sam efekt inni producenci uzyskują z zastosowaniem odmiennych metod. W związku z czym utrzymanie tego parametru ogranicza możliwość złożenia oferty do jednego konkretnego, wcześniej wspomnianego Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie nr 9.**


**Parametry oceniane:**

**Dotyczy punktu 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby instrukcja obsługi aparatu znajdowała się na oprogramowaniu zewnętrznym w formacie pliku PDF oraz bez możliwości automatycznego przekierowania i wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego przez analizator? Parametr ten ma na celu jedynie ograniczenie konkurencyjności poprzez wprowadzenie wymogu możliwego do spełnienia tylko przez jednego konkretnego wykonawcę.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**ZATWIERDZAM**

  
Dyrektor  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Łonży

*Jarosław Pokoleńczuk*

