

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. centr. 86 47 33 900 fax 86 47 33 210 wew. 268- **Sekcja zamówień publicznych**
[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl) www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/02/16/2019

23.07.2019 r.

Dotyczy Konkursu ofert na dostawę wirówki laboratoryjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Zamawiający przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści Konkursu ofert wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści wirówkę, która w zakresie oferowanych rotorów posiada wirnik wychylny o pojemności 4 x 200 ml mieszczący od 7 do 9 probówek o średnicy 13 mm w każdym z 4 pojemników?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

W opisie wirówki zawarty został zapis poboru mocy 900 W +/- 50, czy Zamawiający zgodzi się i dopuści wirówkę laboratoryjną o mniejszym poborze mocy co jest również bardziej ekonomiczne?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Wśród dokumentów, które mają zostać złożone z ofertą w punkcie 1h wymagana jest instrukcja obsługi w języku polskim dla oferowanego sprzętu medycznego, natomiast w punkcie 1i Zamawiający wymaga oświadczenia od Wykonawcy, że dostarczy instrukcję obsługi przy dostawie urządzenia. Czy Zamawiający może zrezygnować z powyższego wymogu w podpunkcie „h” i pozostać przy oświadczeniu Wykonawcy?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza zrezygnowanie z wymogu dostarczenia wraz z ofertą instrukcji obsługi (pkt 1h).

Podpisał
DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
mgr Mariusz Obrycki