

Załącznik nr 4 do SWZ – Zestawienie asortymentowo – ilościowe i parametry wymagane

**UWAGA!**

Zamawiający informuje, że parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanej aparaturze /sprzęcie medycznym.

.....

Nazwa i adres Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Pododdziału Onkologii i Poradni Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/48/2022

OFERUJEMY:

**PAKIET 1**

L.p.	NAZWA	Ilość szt.	Cena jednostkowa netto (PLN)	Wartość netto (PLN)	Podatek VAT (%)	Wartość brutto (PLN)	Oferowany model, nazwa oraz producent rok produkcji
1	Fotel do chemioterapii	9					
Razem					xxx		xxx

**PAKIET 1 – miejsce montażu i uruchomienia:**

Pododdział Onkologii – 7 szt.

Poradnia Onkologiczna – 2 szt.

**O następujących parametrach:**



PAKIET 1

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Opis parametru oferowanego (należy podać)
1	Regulacja sterowana pilotem: wysokości, segmentu pleców, siedziska, podudzia, Trendelenburga, pozycja fotelowa oraz podparcia stóp, Całkowita długość leża – 2030 mm (+/- 50 mm) Całkowita szerokość leża – 900 mm (+/- 50 mm)	TAK	
2	Niezależna regulacja jednocześnie oparcia pleców oraz segmentu nóg	TAK	
3	Możliwość zabezpieczenia pilota poprzez dedykowany klucz	TAK	
4	Segment pleców w części barkowej profilowany i poszerzany	TAK	
5	Materac 3-sekcyjny, odpinany – w celu zapewnienia dostępu do powierzchni leża oraz spodniej części materaca podczas mycia i dezynfekcji	TAK	
6	Tapicerka wykonana z tworzywa o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwigryzbiicznych dostępna w 10 kolorach, do uzgodnienia z zamawiającym na etapie postępowania	TAK	
7	Podstawa jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy nie mniej niż 100 mm w tym 2 z centralną blokadą	TAK	
8	Zabudowana podstawa fotela osłoną z tworzywa ABS lub równoważne	TAK	
9	Pod siedziskiem siłowniki sterujące zabezpieczone osłoną z tworzywa ABS lub równoważne	TAK	
10	Dwa wielofunkcyjne, tapicerowane podłokietniki, zdejmowane, z regulacją: - wysokości oraz kąta nachylenia w pionie w zakresie +/- 15° - kąta nachylenia w poziomie w zakresie +/- 90° - odchylane do góry o kąt 85° - zintegrowane z segmentem pleców z funkcją utrzymania pozycji ustalonej przy jednoczesnej regulacji segmentem pleców	TAK	

11	Materiały z których wykonany jest fotel umożliwiają stosowanie do dezynfekcji środków dopuszczonych do używania w zakładach opieki zdrowotnej	TAK	
12	Maksymalne bezpieczne obciążenie robocze min. 235 kg.	TAK	
13	Rok produkcji – 2022	TAK	
	<b>Wyposażenie</b> W segmencie pleców: - mechaniczna funkcja CPR - tapicerowany podglówek z regulacją wysokości - uchwyt na podkład jednorazowy w rolce	TAK	
14	Po obu stronach leża (zewnątrzna krawędź podłokietnika) - uchwyty na pilota Tapicerowany wałek wypełniający przestrzeń pomiędzy segmentem siedziska oraz nóg  Podłokietniki: - wieszak wykonany z HPL, umieszczony pod lewym podłokietnikiem na torbę lub inne rzeczy pacjenta z możliwością schowania pod spód podłokietnika - uchwyt wykonany z HPL na kubek jednorazowy lub butelkę z miejscem na telefon komórkowy, umieszczony pod prawym podłokietnikiem		

Dyrektor  
Sędziata Wojewódzkiego  
Sędziata Sędziata Akuszyńskiego  
w Łowiczy

Jarosław Pokoleniczuk

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  
RZĄDOWEGO FUNDUSZU  
INWESTYCJI LOKALNYCH