





**PRACOWNIA TOMOGRAFICZNA**  
Szpital Wojewódzki im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży



Rys. 1	 źródło promieniowania   osłona z 2mm Pb do wykonania  osłona z 1,5mm Pb do wykonania
Nazwa i adres obiektu	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży PRACOWNIA TOMOGRAFICZNA 18-400 Łomża, ul. Piłsudskiego 11
Przedmiot rysunku	Zestawienie osłon stałych
Opracowanie	dr Jadwiga Karwowska
Rys. nr 1 INSPEKTOR Ochrony Radiologicznej <i>Jadwiga Karwowska</i>	

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku  
zatwierdza przedłożony projekt bez uwag zgodnie z decyzją  
Nr 5600-1/142/2011 z dnia 14.12.2011  
Białystok, dnia 14.12.2011  
(podpis PWIS)

Podpisano w Łomży, dnia 14.12.2011  
dr Jadwiga Karwowska