

ZT-SZP-226/01/81/2017

06.11.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: **“ZAKUP I DOSTAWA CHEMICZNYCH ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, ANTYSEPTYCZNYCH I MYJĄCYCH DO STOSOWANIA W OBSZARZE MEDYCZNYM DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z .2017 r. poz. 1579) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy pakietu nr 1

- 1.** Na podstawie informacji zawartej w SIWZ punkt 6.10.1 (str. 5-6) dotyczącej „...potwierdzenia że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego...” Prosimy o potwierdzenie że przedstawione protokoły z badań potwierdzających skuteczność biobójczą oferowanego produktu, powinny odnosić się ściśle do preparatu o nazwie handlowej zawartej w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedstawione protokoły z badań potwierdzających skuteczność biobójczą oferowanego produktu, powinny odnosić się ściśle do preparatu o nazwie handlowej zawartej w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

- 2.** Prosimy o określenie czy wspomniane badania powinny być przeprowadzone w warunkach czystych czy brudnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- 3.** Czy ze względu na zastosowanie do wyrobów medycznych o dużej wrażliwości jak i na wymaganą możliwość zastosowania oferowanego produktu w obecności pacjentów, na oddziałach noworodkowych i dziecięcych, oferowane chusteczki powinny być nasączone substancją nie sklasyfikowaną jako niebezpieczna tj. nie posiadająca w karcie charakterystyki oznaczeń wskazujących rodzaje zagrożenia przewidziane w rozporządzeniu CLP?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- 4.** Prosimy o dopuszczenie do oceny preparat działający w spektrum: B, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (osłonięte, oraz norowirus) w czasie 1 minuty wg RKI, Tbc w czasie 15 minut. Rozmiar chusteczki 13x22cm, w opakowaniu 125 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Prosimy o dopuszczenie do oceny produktu konfekcjonowanego w opakowaniu miękkim (typu flow-pack) opatrzonym zamknięciem zapewniającym wysoki stopień nasączenia chusteczki od pierwszej do ostatniej użytej sztuki.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Prosimy o dopuszczenie do oceny preparat działający w spektrum: B, F, Tbc, S (C. difficile) do 5 minut, V (wirusy osłonięte, oraz adenowirus, polyoma) w czasie do 1 minuty wg DVV.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego produktu. Pozostałe wymagania SIWZ pozostawia bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 2

7. Na podstawie informacji zawartej w SIWZ punkt 6.10.1 (str. 5-6) dotyczącej „...potwierdzenia że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom Zamawiającego...” Prosimy o potwierdzenie że przedstawione protokoły z badań potwierdzających skuteczność biobójczą oferowanego produktu, powinny odnosić się ściśle do preparatu o nazwie handlowej zawartej w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przedstawione protokoły z badań potwierdzających skuteczność biobójczą oferowanego produktu, powinny odnosić się ściśle do preparatu o nazwie handlowej zawartej w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

8. Prosimy o określenie czy wspomniane badania powinny być przeprowadzone w warunkach czystych czy brudnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Prosimy o dopuszczenie do oceny preparat działający w spektrum: B, F (C. albicans), Tbc w czasie 1 minuty, wszystkie wirusy osłonięte łącznie z HIV, HBV, HCV w czasie 30 sek. wg RKI), Rozmiar chusteczki 13,5x24,5cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego produktu. Pozostałe wymagania SIWZ pozostawia bez zmian.

10. **Dotyczy pakietu nr 1:** Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki zawierające śladową dopuszczalną ilość alkoholu, o wymiarach 13cm x 19cm, o spektrum działania B, F, V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1), w czasie do 5 minut; Tbc – 15 min., spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. **Dotyczy pakietu nr 1:** Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki zawierające śladową dopuszczalną ilość alkoholu, w opakowaniach foliowych typu flow-pack, wyposażonych w klips chroniący włókninę przed wysychaniem, o spektrum działania B, F, V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) w czasie do 5 minut; Tbc – 15 min., spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. **Dotyczy Pakietu nr 2:** Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o wymiarach 13cm x 19cm, o czasie działania wobec wymaganego spektrum do 1 min., spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. **Dotyczy Pakietu nr 2:** Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki w opakowaniach foliowych typu flow-pack, wyposażonych w klips chroniący włókninę przed wysychaniem, o czasie działania wobec wymaganego spektrum do 1 min., spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. Do pakietu 1 poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami USG) wrażliwych na działanie alkoholu, nasączone roztworem chlorku didecylodimetyloamoniowego, wolne od aldehydów, o bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i brudnych: B, F (*Candida albicans*), w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus) w czasie 30 sekund, Noro w czasie 1 minut, Polyoma do 5 minut, Rota, Tbc w czasie 15 minut, wykonane z wysokiej jakości włókniny w rozmiarze min. 20x20cm, konfekcjonowane w opakowaniach a 200 sztuk, będące wyrobem medycznym klasy IIa ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego produktu. Pozostałe wymogi SIWZ pozostawia bez zmian.

15. Dotyczy pakietu 2 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami USG) wrażliwych na działanie alkoholu, nasączone roztworem chlorku didecylodimetyloamoniowego, wolne od aldehydów, o bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i brudnych: B, F (*Candida albicans*), w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus) w czasie 30 sekund, Noro w czasie 1 minut, Polyoma do 5 minut, Rota, Tbc w czasie 15 minut, wykonane z wysokiej jakości włókniny o gramaturze min 40g/m² oraz w rozmiarze min. 20x20cm, konfekcjonowane w opakowaniach typu soft pack a 100 sztuk, będące wyrobem medycznym klasy IIa ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

16. Dotyczy pakietu 1 i 2:

Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo personelu i pacjentów, zamawiający potwierdza, że nie dopuści do oceny chusteczki posiadające w składzie substancję sklasyfikowaną jako kancerogenną kat.2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pełnomocnik Dyrektora
ds. administracyjno-inwestycyjnych
mgr Aneta Gornólka-Siembr

