

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 266 fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/47/2020

18 września 2020 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wkładów do przeprowadzania badań kontrastowych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej *Ustawą*, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami

Pytanie 1

Czy, zgodnie z art. 29 ust 3 Pzp, w Pozycji 1 Pakietu 1 Zamawiający dopuści złożenie oferty na posiadające atest producenta i dopuszczone do eksploatacji na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, wolne od ftalanów, jednorazowe, sterylne wkłady do kontrastu kompatybilne z posiadanym wstrzykiwaczem kontrastu NEMOTO DUAL-SHOT Alpha. Zestaw mocowany za pomocą adapterów 100 ml i 200 ml, zawierający:

- a) wkład do kontrastu o pojemności 200 ml,
 - b) wkład do kontrastu 100 ml,
 - c) ostrze typu „SPIKE” – 2 sztuki,
 - d) słomka do nabierania kontrastu – 1 szt.
 - e) złącze niskociśnieniowe z trójnikiem Y, spiralne, o długości 150 cm, z jedną zastawką antyzwrotną.
- Zestaw jednorazowy, sterylny.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy, zgodnie z art. 29 ust 3 Pzp, w Pozycji 2 Pakietu 1 Zamawiający dopuści złożenie oferty na złącze niskociśnieniowe z trójnikiem Y (ramiona różnej długości). Złącze spiralne, o długości 150 cm, z jedną zastawką antyzwrotną. Złącze jednorazowe, sterylne, kompatybilne z posiadanym wstrzykiwaczem kontrastu NEMOTO DUAL-SHOT Alpha?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy, zgodnie z art. 29 ust 3 Pzp, w Pozycji 3 Pakietu 1 Zamawiający dopuści złożenie oferty na dren prosty

- złącze spiralne, o długości 150 cm, bez zastawek antyzwrotnych
- złącze jednorazowe, sterylne
- złącze kompatybilne z posiadanym wstrzykiwaczem kontrastu NEMOTO DUAL-SHOT Alpha
- maksymalne ciśnienie 350 PSI?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenu prostego, max. ciśnienie 350 PSI.

Pytanie 4

Czy, zgodnie z art. 29 ust 3 Pzp, w Pozycji 1 Pakietu 2 Zamawiający dopuści złożenie oferty na dobrze sobie znane (obecnie dostarczane), posiadające atest producenta i dopuszczone do eksploatacji na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, wolne od ftalanów, jednorazowe, sterylne wkłady do kontrastu kompatybilne z posiadanym wstrzykiwaczem kontrastu MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP firmy

Zestaw mocowany bezpośrednio do urządzenia, zawiera:

- a) wkład do kontrastu o pojemności 65 ml,
 - b) wkład do soli o pojemności 115 ml,
 - c) ostrze typu „SPIKE” – 2 sztuki,
 - d) złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem Y, spiralne, o długości 250 cm, z jedną zastawką antyzwrotną.
- Zestaw jednorazowy, sterylny.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści pkt. 1 ppkt. a, b, c § 6 wzoru umowy (cyt.):

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:

- a) *za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca – w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,*
- b) *za opóźnienie w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 6 Umowy – w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,*
- c) *za opóźnienie w wymianie Asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady w terminie, o którym mowa w § 8¹ ust. 3 Umowy – w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,*

i nada mu proponowane brzmienie:

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:

- a) *za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca – w wysokości 10 % niezrealizowanej części łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,*
- b) *za opóźnienie w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 6 Umowy – w wysokości 1% wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,*
- c) *za opóźnienie w wymianie asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady w terminie, o którym mowa w § 8¹ ust. 3 Umowy – w wysokości 1% wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,*

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Podpisał

**Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży
Jarosław Pokoleńczuk**