



**SZPITAL WOJEWÓDZKI**

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/29/2022

Łomża dnia 10.06.2022 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, na dostawę obłożeń operacyjnych, osłon oraz odzieży operacyjnej jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/29 /2022

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie 1

#### dotyczy Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

6 ręczników do osuszania rąk 21 x 25 cm

1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 60 cm, chłonność 820ml

1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 90 cm, chłonność 980ml

1 serwetka do owinięcia dziecka 56 x 75 cm

1 serweta do zabiegu szycia 75 x 120 cm

1 serweta do podłożenia pod rodzającą 90 x 150 cm

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>

Zestaw w opakowaniu typu Tyvec-folia, na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

### Pytanie 2

#### dotyczy Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego 180/250 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna z otworem 18 x 16 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>

Zestaw w opakowaniu typu Tyvec-folia, na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

### Pytanie 3

#### dotyczy Pakiet 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm  
1 osłona na kończyne 36 x 120 cm  
1 serweta 100 x 150 cm  
1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów  
1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów  
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm  
Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> (łącznie gramatura 140g/m<sup>2</sup>).  
Zestaw w opakowaniu typu Tyvec-folia, na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy.  
**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

#### **Pytanie 4**

##### **dotyczy Pakiet 1 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie 65x85cm), składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki  
1 serweta na stolik instrumentacyjny 150x190cm (owinięcie zestawu)  
1 taśma przylepna 9x50cm  
2 ręczniki chłonne 30x34cm  
4 serwety 3-warstwowe przylepne 50x50cm  
1 serweta do kraniotomii 228x320cm (2-warstwowa, z dodatkowym padem chłonnym 30x35cm) zintegrowana z serwetą pola krytycznego (2-warstwowa) 75x90cm z otworem 26x35cm wypełnioną folią PE przylepną z otworem owalnym 20x14cm, serweta wyposażona w 2 sztywniki w bokach dłuższych oraz torbę na płyny (o grubości 80 mikronów) z filtrem i portem do odsysania. Serweta wyposażona w 8 zintegrowanych organizatorów przewodów. Serweta główna posiada 4 etykiety kierunkowe, wskazujące kierunki aplikacji/rozłożenia serwety.  
Materiał serwety głównej posiada 2 warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o min. gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w części podstawowej.  
Gramaturałaty chłonnej musi wynosić min. 80 g/m<sup>2</sup>. Całkowita gramatura w części chłonnej 140g/m<sup>2</sup>  
Materiał serwet 3-warstwowych o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>  
Zestaw w opakowaniu typu Tyvec-folia, na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy.  
**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

#### **Pytanie 5**

##### **dotyczy Pakiet 1 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm  
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki  
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm  
1 przylepna serweta 75 x 90 cm  
1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 10 x 85 cm  
1 przylepna serweta 150 x 240 cm  
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)  
Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>.  
Zestaw w opakowaniu typu Tyvec-folia, na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy  
**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

#### **Pytanie 6**

##### **dotyczy Pakiet 1 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm  
1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki  
4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm  
1 trzywarstwowa serweta przylepna 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów  
1 serweta dwuwarstwowa 75 x 80 cm  
1 serweta trzywarstwowa 150 x 250 cm z wycięciem „U” 7 x 70 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)  
Serwety główne wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze minimum 60g/m<sup>2</sup>.  
Zestaw w opakowaniu typu Tyvec-folia, na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy  
**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

#### **Pytanie 7**

##### **dotyczy Pakiet 1 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, składana w sposób ułatwiający

założenie z zachowaniem zasad aseptyki

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 przylepna serweta 75 x 90 cm

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 10 x 85 cm

1 przylepna serweta 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>.

Zestaw w opakowaniu typu Tyvec-folia, na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na dwóch etykietach kod kreskowy

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

#### **Pytanie 8**

##### **Pakiet 1 poz. 2:**

Zważywszy na fakt iż Zamawiający wymaga serwety 320-325 cm x 250-260 cm w kształcie litery T, z otworem 35 cm x 35 cm, z workiem na płyny i folią chirurgiczną - 1 szt.(zaworki spustowe przy worku min. 2szt., organizery przewodów min. 4 szt.), czy Zamawiający dopuści serwetę o nieznacznie różniących się parametrach 325 cm x 250 cm w kształcie litery T, z otworem 35 cm x 32 cm, z workiem na płyny i folią chirurgiczną - 1 szt.(zaworki spustowe przy worku 2 szt., organizery przewodów min. 1 szt.),

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodne z treścią SWZ.**

#### **Pytanie 9**

##### **Pakiet 1 poz. 4:**

Zważywszy na fakt, iż Zamawiający wymaga kieszeni dwukomorowej na płyny z kształtką 25 - 30 cm x 20 -25 cm - 2 szt., czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową na płyny z kształtką o wymiarach nieznacznie różniących się 42 cm x 35 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodne z treścią SWZ.**

#### **Pytanie 10**

##### **Pakiet 1 poz. 6:**

Zważywszy na fakt, iż Zamawiający wymaga 4 szt. serwetek do osuszania rąk, czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający 2 szt. serwetek do osuszania rąk ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodne z treścią SWZ.**

#### **Pytanie 11**

##### **Pytania dotyczące treści umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

### Pytanie 12

**Pakiet 1 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu sterylny o składzie:

2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm

6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm, z włókniny spunlace

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm, z włókniny spunlace

2 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm

Serwety operacyjne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>.

Podkłady higieniczne - chłonność 1177ml?



90x120cm  
2szt./pcs



30x30cm  
6szt./pcs



75x80cm  
1szt./pc.



60x90cm  
2szt./pcs

**Odpowiedź:** Zgodnie z treścią SWZ.

### Pytanie 13

**Pakiet 1 pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia sterylny o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym

folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm, 2 porty do odsysania treści

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm


4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta operacyjna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>?



200x320cm  
1szt./pc.



30x30cm  
4szt./pcs




10x50cm  
1szt./pc.



75x80cm  
1szt./pc.



80x140cm  
1szt./pc.



150x190cm  
1szt./pc.

**Odpowiedź:** Zgodnie z treścią SWZ.

### Pytanie 14

**Pakiet 1 pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu barkowego sterylny o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8 cm x 85 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm z elastycznego kratonu 88µm


1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm


2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm


Serwety główne wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów.



200x260cm  
1szt./pc.



170x180cm  
1szt./pc.



150x180cm  
1szt./pc.




30x30cm  
4szt./pcs




10x50cm  
1szt./pc.



30x60cm  
1szt./pc.



80x140cm  
1szt./pc.



150x190cm  
1szt./pc.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

### Pytanie 15

**Pakiet 1 pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do kraniotomii o składzie:

1 x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> wyposażona w otwór 20cm x 30cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o gramaturze 80g/m<sup>2</sup> w części krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów.

4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm,

1 x taśma typu rzep 3cm x 25cm,


1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,

2 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm,

1 x taśma lepna 10cm x 50cm,

1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm.

Serwety operacyjne wykonane z materiału dwuwarstwowego 60g/m<sup>2</sup>.



230x300cm  
1x



50x50cm  
4x




30x30cm  
2x




10x50cm  
1x



2x25cm  
1x



80x145cm  
1x



150x190cm  
1x

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

### Pytanie 16

**Pakiet 1 pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji żyłaków kończyn dolnych, sterylny o składzie:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm


1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm


1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serwety obłożeniowe wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>.



200x260cm  
1szt./pc.




160x180cm  
1szt./pc.



30x30cm  
4szt./pcs



80x140cm  
1szt./pc.



150x190cm  
1szt./pc.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

#### Pytanie 17

**Pakiet 1 pozycja 6** - Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji tarczycy, sterylnej o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>


4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm


1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

Serweta główna wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów.



150x200cm  
1szt./pc.



150x180cm  
1szt./pc.




75x90cm  
1szt./pc.




30x30cm  
4szt./pcs



10x50cm  
1szt./pc.



80x140cm  
1szt./pc.



150x190cm  
1szt./pc.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

#### Pytanie 18

**Pakiet 1, poz. 2, 3, 6** - Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w opakowanie TYVEC?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodne z treścią SWZ.**

#### Pytanie 19

**Pakiet 1, poz. 1-6** - Czy Zamawiający dopuści zestawy posiadające 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodne z treścią SWZ.**

#### Pytanie 20

**Pakiet 1, pakiet 3, pakiet 4, pakiet 5, pakiet 7, pakiet 9** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 szt. każdej pozycji?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

#### Pytanie 21

**Pakiet 3, poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z maska bez szybki, wiązaną na troki?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

#### Pytanie 22

**Pakiet 4, poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o rozmiarze całkowitym 60 x 52 cm, powierzchni klejącej 60 x 46 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodne z treścią SWZ.**

#### Pytanie 23

**Pakiet 4, poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii o rozmiarze całkowitym 42 x 42 cm, powierzchni klejącej 42 x 36 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodne z treścią SWZ.**

#### Pytanie 24

**Pakiet 5, poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> (+/- 2g/m<sup>2</sup>)?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodne z treścią SWZ.**

**Pytanie 25**

**Pakiet 5, poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony na stolik Mayo z wykonanej z folii PE o gramaturze 50g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej o łącznej gramaturze 80g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodne z treścią SWZ.

**Pytanie 26**

**Pakiet 5, poz. 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony na mikroskop w rozmiarze 137 x 259 cm, spełniającą pozostałe wymagania?

**Odpowiedź:** Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 27**

**Pakiet 5, poz. 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu osłon na ramię C o składzie:

- osłonę górną w rozmiarze 100 x 160cm
- osłonę dolną w rozmiarze 80 x 150cm
- 2 szt taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 3 x 100cm? Osłony wykończone elastyczną gumką do stabilizacji.

**Odpowiedź:** Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 28**

**Pakiet 5, poz. 4** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony na ramię C w rozmiarze 100 x 220 cm, z elastyczną gumką na główce i taśmami lepnyymi?

**Odpowiedź:** Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 29**

**Pakiet 5, poz. 7** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pokrowca na aparaturę, w rozmiarze 85 x 85 cm, ściągnięty elastyczną gumką, wykonany z folii PE o grubości 0,035mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 30**


**Pakiet 5** - Czy Zamawiający dopuści zestawy posiadające min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodne z treścią SWZ.

**Pytanie 31**


**Pakiet 7, poz. 1** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety okulistycznej o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów.

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów. Serweta dodatkowo zabezpieczona poprzez owinięcie w serwetę na stolik instrumentalny.



120x170cm

1szt./pc.



100x150cm


1szt./pc.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment. Pozostałe zapisy zgodne z treścią SWZ.

**Pytanie 32**

**Pakiet 8 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści magnetyczną matę na narzędzia chirurgiczne, gdzie tylna strona wykonana z pianki antypoślizgowej, przylega do każdego obłożenia pacjenta zapewniając bezpieczne umieszczanie instrumentów w miejscu, o rozmiarach:

Magnetyczna podkładka bez obszaru neutralnego (25,5 cm x 40,5 cm)	24	niebieski	25-001
Magnetyczna podkładka bez obszaru neutralnego (40,5 cm x 51 cm)	48	niebieski	25-002
Magnetyczna podkładka z obszarem neutralnym (25,5 cm x 40,5 cm)	18	niebieski	25-003



**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza magnetyczną podkładkę z obszarem neutralnym ( 25,5 cm x 40,5 cm niebieska. Pozostałe zapisy zgodne z treścią SWZ.

**Pytanie 33**

**Pakiet 8 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści antypoślizgową matę bez magnesów w kolorze różowym, gdzie tylna strona wykonana z pianki antypoślizgowej, przylega do każdego obłożenia pacjenta zapewniając bezpieczne umieszczanie instrumentów w miejscu, o wymiarach 30,5x40,5cm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z treścią SWZ.

**Pytanie 34**

**Pakiet 9, poz. 1, 2** – Czy Zamawiający dopuści serwetę z 4 szt etykiet samoprzylepnych do dokumentacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodne z treścią SWZ.

**Pytanie 35**

**Pakiet 9, poz. 2** – Czy Zamawiający dopuści serwetę 3 warstwową z włókniny SMS, wyposażoną we wzmacnienie SM (50 x 80 cm) w strefie krytycznej?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodne z treścią SWZ.

**Zatwierdzam**

Z-ca Dyrektora  
ds. Lecznictwa  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży  
*dr n. med. Anita Świętochowska*