

ZT-SZP-226/01/72/2017

10.11.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatury medycznej i sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Noworodków i Wcześnieńiaków z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ.

Pytanie 1

Pakiet 2 Pkt 19 Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania, regulacja nastaw co 5%?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie dotyczącym terminu składania i terminu otwarcia ofert, tj.:

1) rozdział XI ust 1. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ofertę należy zaadresować zgodnie z opisem wskazanym w Rozdziale X SIWZ oraz złożyć w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża **do dnia 15 listopada 2017 r. do godz. 10.00.** Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.05.”

2) rozdział XI ust 4. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi **w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 11:00** w sali konferencyjnej (pokój 242) Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża.”

3) zapis na stronie tytułowej SIWZ otrzymuje brzmienie:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: **do dnia 15.11.2017 r. do godz. 10.00**

TERMIN OTWARCIA OFERT: **w dniu 15.11.2017 r. o godz. 11.00**

Zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu nr 2017/S 205-422639 z dnia 25.10.2017 r. w zakresie pkt IV.2.2) oraz pkt IV.2.7)

podpisał

Pełnomocnik Dyrektora

ds. administracyjno-inwestycyjnych

mgr Aneta Gomółka - Siembora