

SZPITAL WOJEWÓDZKI
Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210
[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl) www.szpital-lomza.pl

znak sprawy: 28 /COVID-19/2020

28 grudnia 2020 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy Zaproszenia do złożenia oferty (*dalej: Zaproszenie*) na wykonanie instalacji szpitalnej poczty pneumatycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Zamówienie realizowane w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zamawiający przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania o najwyższej niezawodności i pewności zabezpieczenia tj. stacji w wykonaniu typowym z załadunkiem górnym jednak w wersji wandaloodpornej.

Uzasadnienie: Wersja wandaloodporna zapewnia najlepsze możliwe zabezpieczenie wszystkich wrażliwych części takich jak króciec startowy, zasobnik odebranych pojemników oraz klawiaturę i wyświetlacz. Dostęp do tych podzespołów jest ograniczony wyłącznie dla osób upoważnionych dysponujących kartą. Rozwiązanie jest proste i przejrzyste. Opisy z SIWZ nie zapewniają ochrony kosztownego panelu sterowania jak też wymagają oddzielnej ochrony odebranego pojemnika oraz dostępu do funkcji wysyłki.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania o najwyższej niezawodności i pewności zabezpieczenia tj. stacji w wykonaniu typowym z załadunkiem górnym jednak w wersji wandaloodpornej.

znak sprawy: 28/COVID-19/2020

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę stacji ze standardowym wyświetlaczem zamiast wyświetlacza 7"?

Akceptacja zaproponowanego rozwiązania pozwoli znacząco zmniejszyć oferowaną cenę.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zmienia parametry wyświetlacza i dopuszcza wielkość przekątnej wyświetlacza min. 2,5".


Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. Karoliny S. i Janiny Wyszyńskich
w Łomży
Jarosław Pokoleńca

znak sprawy: 28/COVID-19/2020

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020