

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 610 fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900
wew. 314 – Sekcja zamówień publicznych
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/01/13/2017

24.02.2017r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego **na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pyt. 1 W związku dostawą aparatu RTG prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 2 Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pyt. 3 Czy Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone licencje oraz wykonane prace konfiguracyjne na okres równoległy do wskazanego w SIWZ okresu gwarancyjnego na sprzęt, na koszt Wykonawcy?

Odp. Nie, Zamawiający nie wymaga.

PYTANIA DOT. PAKIETU NR 2

Pyt. 4 Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 10.1 i 10.2 oraz pkt. 7.2.9 i 7.2.10 SIWZ. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisów dot. dostarczenia dokumentacji projektowej w zakresie ochrony radiologicznej oraz testów akceptacyjnych dla pakietu 2? Ponadto prosimy także o wykreślenie słowa „rtg” w czwartym podpunkcie § 2 ust. 10.1. oraz 7.2.9 SIWZ.

Odp. Zamawiający doprecyzowuje zapisy umowy § 2 ust. 10 w tym 10.1 i 10.2 oraz pkt. 7.2.9 i 7.2.10 SIWZ w ten sposób, że dotyczy Pakietu 1 RTG ramię C.

§ 2 ust. 10, 10.1 i 10.2 otrzymuje brzmienie:

„10. Sprzedający zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Kupującym w okresie od podpisania umowy do czasu realizacji zamówienia, w tym do dostarczenia dokumentów wymaganych prawem, a niezbędnych do uzyskania wszystkich pozwoleń instytucji zewnętrznych oraz wykonanie testów akceptacyjno -odbiorczych - **dotyczy Pakietu 1 RTG ramię C.**

10. 1. Sprzedający jest zobowiązany w terminie nie później niż 3 tygodnie od dnia podpisania umowy, tj.: przed złożeniem wniosku do WSSE Białystok dostarczyć Kupującemu:

- Dokumentację techniczną oferowanego aparatu
- Instrukcję obsługi aparatu
- Dokumentację projektową – projekt ochrony radiologicznej Sali 1 i 2 Bloku Operacyjnego pod oferowany aparat
- Wpis aparatu rtg do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679).

- **dotyczy Pakietu 1 RTG ramię C.**

10.2. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Protokół z przeprowadzonych testów akceptacyjnych.-
dotyczy Pakietu 1 RTG ramię C.”

pkt. 7.2.9 i 7.2.10 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„ 7.2.9. Oświadczenie, że Wykonawca w terminie nie później niż 3 tygodnie od dnia podpisania umowy, tj.: przed złożeniem wniosku do WSSE Białystok dostarczy Zamawiającemu:

1. Dokumentację techniczną oferowanego aparatu
2. Instrukcję obsługi aparatu
3. Dokumentację projektową – projekt ochrony radiologicznej Sal nr 1 i 2 Bloku Operacyjnego pod oferowany aparat
4. Wpis aparatu rtg do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679).

- **dotyczy Pakietu 1 RTG ramię C.**

7.2.10. Oświadczenie, że Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Protokół z przeprowadzonych testów akceptacyjnych po montażu i uruchomieniu aparatu - **dotyczy Pakietu 1 RTG ramię C.”**

Pyt. 5 Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„(...)

- a) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedający w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,
 - b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego elementu przedmiotu umowy
 - c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wartości wadliwego urządzenia
 - d) za niedotrzymanie terminu usunięcia usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia poinformowania przez Zamawiającego
- (...)” ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 6 Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„(...)

- 1) 3 krotne opóźnienie w reklamacji przedmiotu umowy
- 2) Jednorazowego opóźnienie w reklamacji przedmiotu umowy – przekraczające 7 dni
- 3) 3 krotna reklamacja jakości przedmiotu Zamówienia

(...)” ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 7 Dotyczy zapisów umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 8 Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – pkt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa liczony był od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy) ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, ale dopuszcza, aby w wymaganym „czasie reakcji przyjęcie zgłoszenia-podjęta naprawa”, była możliwość uzgodnienia telefonicznego lub mailowego warunków realizacji naprawy w tym wstawienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.

Pyt. 9 Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – pkt. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę w okresie gwarancji – do 5 dni roboczych i po okresie gwarancji do 7 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych do 10 dni roboczych?

Odp. Tak, jeżeli na czas dłuższej naprawy zostanie wstawione urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjach równych lub lepszych w terminie:

- w okresie gwarancji 3 dni robocze od zgłoszenia awarii
- po okresie gwarancji 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

Pyt. 10 Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – pkt. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przestoju, po którym termin gwarancji zostaje przedłużony z 5 na 10 dni roboczych?

Odp. Nie, chyba że zostanie wstawione urządzenie zastępcze i zachowana ciągłość pracy.

Pyt. 11 Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – pkt. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: „Minimalna liczba napraw tego samego istotnego elementu powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji”?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

Pyt. 12 Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – pkt. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od podania szacunkowego kosztu obsługi serwisowej po okresie gwarancji pełnej z częściami ponieważ Wykonawca nie jest w stanie określić kosztu na tym etapie?

Odp. Zamawiający doprecyzowuje – szacunkowe koszty na dzień składania oferty.

Pyt. 13 Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – pkt. 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu zagwarantowania części zamiennych do 8 lat ?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

Pyt. 14 Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ – serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – pkt. 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu możliwości zakupu części zamiennych do 8 lat ?

Odp. Zamawiający dopuszcza okres 8 lat liczony od zakończenia gwarancji.

Pakiet 1 – Aparat RTG z ramieniem C

Pyt. 15 Dot. Aparatu RTG z ramieniem C. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą m. in. instrukcji obsługi. Z uwagi na fakt, że instrukcja jest dokumentem wielostronicowym (zawierającym nawet kilkaset stron) czy Zamawiający odstąpi od poważnego wymogu?

Odp. Zgodnie z SIWZ dopuszczona instrukcja obsługi na nośniku elektronicznym.

Pyt. 16 Dot. Aparatu RTG z ramieniem C. Załącznik nr 1a do SIWZ – pkt 1 – Inne wymagania – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Wykonawca zapewni wykonanie prac przez pracowników posiadających wymagane przepisami pozwolenia i uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia”?

Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza wykonanie części realizacji zamówienia przez podwykonawców dysponujących pracownikami posiadającymi wymagane przepisami pozwolenia i uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia w danym zakresie/części zamówienia.

Pyt. 17 Dot. Aparatu RTG z ramieniem C. Zamawiający wymaga możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat. Producent oferowanego przez nas aparatu RTG zobowiązuje się do zapewnienia takiej możliwości przez okres 10 lat, ale liczony od daty dostawy. Warunki gwarancji udzielonej przez Dostawcę muszą być zgodne z warunkami gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę, aby powyższy termin był liczony od daty dostawy?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 18 dot. Aparatu RTG z ramieniem C. Zamawiający wymaga zapewnienia w okresie pogwarancyjnym czasu reakcji serwisu oraz czasu naprawy. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe wymogi będą obowiązywały w sytuacji, gdy Zamawiający podpisze z wykonawcą umowę serwisową.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 19 Dot. Aparatu RTG z ramieniem C. § 6 ust. 1b, 1c i 1d umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do 0,2%?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 20 dot. Aparatu RTG z ramieniem C. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres adaptacji wchodzi tylko wykonanie osłon, jeżeli taką konieczność wykaże projekt osłon.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ pkt. 68 Tabeli parametrów.

Pyt. 21 Zwracamy się z prośbą o udostępnienie aktualnych projektów osłon dla obu sal lub w przypadku ich braku, dokładny opis każdej ze ścian oraz obu stropu (grubość i rodzaj materiału) dla każdej z sal.

Odp. Szpital Wojewódzki w Łomży nie posiada projektu osłon radiologicznych dla sal operacyjnych, gdyż taki projekt nie był wykonywany i dotychczas nie był takiej potrzeby. Są to sale operacyjne Bloku Operacyjnego. Ścianki działowe wykonane są z cegły kratówki. Grubość ścian cegła 12 cm plus tynk 2 x 2 cm. Stropy – płyty wielkowymiarowe prefabrykowane wypełnione pustakami Ackermana. Plus wylewka, tynk. Grubość stropu 28 cm – 32 cm.

Pyt. 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przeprowadzenie szkoleń wymaganych przez Zamawiającego nie warunkowały odbioru urządzenia i nie były wliczane do terminu realizacji?

Odp. Zgodnie z SIWZ – wymóg przeprowadzenia pierwszego szkolenia personelu medycznego i technicznego.

Pyt. 23 § 2 ust. 4.4 Umowy – Zamawiający wymaga przed podpisaniem końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego dostarczenia m. in. innych dokumentów wymagane prawem i przepisami. Prosimy o uszczegółowienie jakich dokumentów Zamawiający oczekuje.

Odp. Zamawiający oczekuje dołączenia dokumentów nie wymienionych a niezbędnych do eksploatacji oferowanego przedmiotu zamówienia np. atesty na odzież ochronną, na materiały budowlane itp. oraz niewymienionych a wymaganych w 18 załącznika Nr 2 instrukcji serwisowych, w tym procedur i instrukcji wykonywania czynności o których mowa w art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. art. 90 w tym wykaz punktów serwisowych i wykaz dostawców części zamiennych oraz materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych.

Pyt. 24 § 2 ust. 8 Umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W okresie gwarancji Sprzedawcy zobowiązany jest do naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu/podzespołu na sprawny”?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 25 § 2 ust. 10 Umowy – Prosimy o doprecyzowanie, że na podstawie powyższego zapisu Zamawiający będzie wymagał dostarczenia: instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, projekt osłon stałych, protokoły z testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Polski dostarczone urządzenia i elementy wyposażenia (np. drzwi). Pozostałe dokumenty konieczne do uzyskania odbiorów instytucji zewnętrznych będą po stronie Zamawiającego.

Odp. Tak, w odniesieniu do § 2 pkt.10.

Pyt. 26 § 2 ust. 10.1 Umowy – Prosimy o potwierdzenie, że na podstawie powyższego zapisu Zamawiający że nie będzie aby projekt osłon był zaopiniowany przez Sanepid.

Odp. Zamawiający wymaga akceptacji projektu osłon przez WSSE.

Pyt. 27 Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu, który jest standardowym zapisem narzuconym przez producenta.

Gwarancją nie są objęte w szczególności:

- a) wady i usterki urządzenia wynikłe na skutek:
 - eksploatacji (używania) urządzenia przez Kupującego niezgodnie z jego przeznaczeniem, niestosowania się Kupującego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących postronnie Kupującego lub podmiotów trzecich, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, i wywołane nimi wady i usterki (uszkodzenia),
 - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Kupującego lub inne nieuprawnione osoby);
- b) wady/usterki (uszkodzenia) spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, m.in. tzw. siłą wyższą (np. pożar, powódź, zalanie itp.)
- c) materiały eksploatacyjne oraz materiały podlegające normalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji (np. żele, żarówki, kable, folie, paski itp.).

Odp. Gwarancją nie są objęte tylko materiały eksploatacyjne jednorazowego użytku.

Pyt. 28 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Aparat rtg z ramieniem C, pkt 4
Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 30 kHz

Oferowany przez nas aparat posiada generator pracujący ze zmienną częstotliwością w zakresie 15-30kHz, co wynika z technologii generatora.

Prosimy o dopuszczenie generatora o zmiennej częstotliwości w zakresie 15 – 30kHz.

W nowoczesnych generatorach wysokiego napięcia nie ma konieczności stosowania bardzo wysokich częstotliwości, ponieważ nowoczesna konstrukcja generatorów dzięki zastosowaniu specjalnych układów inwerterowych i filtrów, zapewnia bardzo niskie tętnienia i stabilność parametrów ekspozycji.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 29 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Aparat rtg z ramieniem C, pkt 11

Skopia pulsacyjna w zakresie min. 1 do 25 pulsów/s

Oferowany przez nas aparat posiada skopię pulsacyjną o zakresie 0,5 do 15 pulsów/s, typowym dla wszystkich procedur z wyłączeniem procedur kardiologicznych, w których wykorzystuje się wyższe częstotliwości skopii pulsacyjnej. Należy zaznaczyć, że im niższa częstotliwość skopii pulsacyjnej, tym większa redukcja dawki promieniowania, zatem oferowany przez nas aparat w zakresie skopii pulsacyjnej 0,5 pulsu/s oferuje możliwość skuteczniejszej ochrony radiologicznej personelu i pacjenta, niż aparat wymagany.

Prosimy o dopuszczenie skopii pulsacyjnej w zakresie 0,5 do 15 pulsów/s.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 30 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Aparat rtg z ramieniem C, pkt 19

Kolimator typu IRIS

Zamawiający wymaga w specyfikacji detektora w kształcie kwadratu (pkt 37), więc kolimator typu IRIS jest zbędną funkcjonalnością w tym przypadku. Kolimacja kołowa była standardowym sposobem ograniczenia wiązki promieniowania w starszych technologicznie konstrukcjach aparatów rtg wyposażonych we wzmacniacz obrazu, w którym pole obrazowania posiada kształt koła.

Wnioskujemy o zmianę niniejszego wymogu na konieczność posiadania wyłącznie kolimacji prostokątnej. Oferowany aparat dodatkowo wyposażony jest w kolimator cyfrowy pozwalający na prezentację obrazu RTG zarówno wewnątrz maski kołowej jak i prostokątnej (wirtualny kolimator kołowy i prostokątny).

Odp. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pyt. 31 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Aparat rtg z ramieniem C, pkt 35

Prosimy o dopuszczenie następującego rozwiązania: wielofunkcyjny przycisk nożny z następującymi trybami pracy: skopia ciągła, pulsacyjna, radiografia cyfrowa, zmiana trybu pracy i zapis obrazów w tym pętli fluoroskopowych oraz włącznik ręczny promieniowania z możliwością zapisu obrazów połączony z ramieniem C. Takie rozwiązania umożliwiają wyzwołanie promieniowania zarówno przez chirurga przez stół jak i przez operatora przy ramieniu C. Zamawiający nie wymaga trybów naczyniowych, a więc 6 trybów pracy będzie w ofertach konkurencyjnych tylko pustym zapisem, niemożliwym do wykorzystania w praktyce.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 32 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Aparat rtg z ramieniem C, pkt 39

Rozdzielczość detektora CMOS lub CCD

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania detektora półprzewodnikowego wykonanego w technologii amorficznego krzemu aSi z warstwą scyntylacyjną z jodku cezu CsI, zamiast technologii CMOS lub CCD? Proponowane rozwiązanie to aktualnie najlepsza dostępna technologia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 33 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Aparat rtg z ramieniem C, pkt 40, 41

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania dwóch monitorów o przekątnej 19" i rozdzielczości obrazu 1280x1024 każdy, zamontowanych na oddzielnym wózku?

Jest to rozwiązanie alternatywne i równoważne pod względem funkcjonalności do wymaganego w SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 34 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Aparat rtg z ramieniem C, pkt 43

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza jako równoważne wyjście sygnału (monitory live i referencyjny) w standardzie DVI np. do podłączenia dodatkowego monitora.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 35 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Aparat rtg z ramieniem C, pkt 45

Matryca obrazu zapamiętanego min. 1024 x 1024 pikseli x 30 bit

W oferowanym przez nas aparacie matryca obrazu zapamiętanego wynosi 1024 x 1024 pikseli x 12bit. Głębokość 12 bitów odpowiada skali 4096 odcieni szarości, co jest wartością standardową w standardzie DICOM. Wymaganie min. 30 bitowej głębokości obrazu stanowi naszym zdaniem preferencję konkretnego producenta, nieznajdującą uzasadnienia w możliwościach eksploatacyjnych aparatu. Prosimy o dopuszczenie aparatu z matrycą zapamiętywania obrazu 1024x1024x12 bit i usunięcie oceny punktowej parametru, który nie ma wpływu na wartość diagnostyczną aparatu rtg.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 36 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Aparat rtg z ramieniem C, pkt 51

Zoom min. x4

Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada system przetwarzania obrazu umożliwiający dwukrotne powiększenie obrazu?

Powiększenie o wyższej wartości powoduje na tyle duże powiększenie pojedynczych pikseli, że uzyskiwany efekt obrazowy może być niekorzystny i w żaden sposób nie jest obrazem diagnostycznym.

Odp. Zgodnie z SIWZ taki parametr jest dopuszczony.

Pyt. 37 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ, Aparat rtg z ramieniem C, pkt 56

Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym.

W oferowanym przez nas aparacie nie stosuje się oddzielnego wyświetlacza dawki, aby nie rozpraszać uwagi operatora, który obserwując wyłącznie monitory aparatu uzyskuje pełny zakres informacji o prowadzonym zabiegu - włącznie z dawką.

Prosimy o dopuszczenie aparatu, w którym poza informacją o dawce na monitorze nie stosuje się oddzielnego wyświetlacza dawki.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Przedmiot zamówienia : Pakiet nr 2

Pyt. 38 Dotyczące pkt.4 : Czy Zamawiający będzie wymagał - średnicę zewnętrzną wziernika max. 13,1 mm.?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 39 Dot. pkt. 8: Czy Zamawiający będzie wymagał by kąty zagięć końcówki dystalnej ruchomej były: góra 130°, dół 90°, prawo 110°, lewo 90°? Takie parametry zapewniają lepszą pracę operatorowi oraz dają lepsze możliwości terapeutyczne.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 40 Dot. pkt. 6: Czy Zamawiający dopuści retro 8 stopni?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 41 Dot. pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści aparat o innym systemie pozycjonowania prowadnic niż w technologii „V”? Inne rozwiązania nie są gorsze a w/w są typowe dla określonego producenta.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 42 Dotyczy pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści typowe tj standardowe rozwiązanie technologiczne jako wlot kanału biopsyjnego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 43 dotyczy pkt.12 Czy Zamawiający dopuści taki aparat, który posiada dowolnie programowalne przyciski sterujące na głowicy endoskopowej, z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora (min. 3 przyciski).?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 44 Dot. pkt. 13 i 14 : Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie wymaga posiadania konektora obrotowego w zakresie 180 stopni łączącego endoskop z procesorem? Obecny zapis jednoznacznie dopuszcza do postępowania tylko firmę Pentax.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 45 Dotyczy pkt.5: Czy zamawiające będzie wymagał by długość całkowita aparatu wynosiła min. 1550 mm? Daje to większe możliwości terapeutyczne operatorowi zabiegów.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 46 Dot. pkt. 15. Czy Zamawiający wymaga kompatybilności procesora z oferowanym duodenoskopem?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 47 Pytanie 9. Czy Zamawiający będzie wymagał, by aparat duodenoskop był bezpieczny dla pacjenta i miał możliwość pełnego czyszczenia kanału biopsyjnego poprzez zdejmowany kapturek czyli czapczkę?

Takie rozwiązanie technologiczne sprawia, iż roszczenia pacjentów co do prawidłowej dezynfekcji aparatu stają się bezzasadne.

Odp. Tak, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 48 Pytanie 10. Dotyczy pkt11 . Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu – jako typowego tylko dla jednego producenta? Aparat innej firmy zawiera zawór testera szczelności , który umieszczony jest w innym miejscu.

Odp. Tak, Zawór testera szczelności może być umieszczony w innym miejscu.

Pyt.49 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wraz z duodenoskopem procesora o rozdzielczości obrazu min. 1024x745 linii do?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, pkt. 15.

Pyt. 50 Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 7 tygodni, od dnia podpisania umowy. Określony przez Zamawiającego termin może okazać się niewystarczający. Należy wziąć pod uwagę, że aparat RTG z ramieniem C, jako specjalistyczny sprzęt rentgenodiagnostyczny, produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie z konfiguracją określoną przez przyszłego Użytkownika, a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy, a więc termin ten może być niewystarczający. W przypadku nieusprawiedliwionego opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawcy grożą kary umowne. W związku z powyższym, bardzo prosimy o wyrażenie zgody na termin realizacji do 7 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Punkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Czas trwania zamówienia: **do 7 tygodni od dnia podpisania umowy.**

Miejsce:

1. **Blok Operacyjny z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża**
2. **Pracownia Gastroenterologii.”**

Pyt. 51 Dotyczy pkt 3 Zał. nr 2 „Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia” Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na usunięcie uszkodzenia (w okresie gwarancji) i uwzględnienie czasu naprawy bez wymiany części zamiennych i z wymianą części zamiennych. Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i do 7 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki. Wyjaśniamy, że czas naprawy, zależy jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść od 7-10 dni roboczych.

W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody na tak niewielką modyfikację w/w punktu poprzez zaakceptowanie poniższego zapisu:

„Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia

- w okresie gwarancji

do 5 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki (bez wymiany części), oraz do 7 dni roboczych (gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych)

Odp. Tak, jeżeli na czas dłuższej naprawy zostanie wstawione urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjach równych lub lepszych w terminie:

- w okresie gwarancji 3 dni robocze od zgłoszenia awarii
- po okresie gwarancji 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii

Pyt. 52 Dotyczy pkt 6 Zał. nr 2 „Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia ”

W nawiązaniu do w/w punktu, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej.

Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploataowanie zastępczego aparatu.

Ponadto z dostarczeniem aparatu zastępczego tj. aparatu RTG z ramieniem C wiąże się szereg czynności związanych z tym procesem. Najpierw należy zdemontować uszkodzony aparat, przygotować ponownie pomieszczenie pod instalację zastępczego sprzętu, zainstalować go, przeprowadzić kalibrację, ale najważniejsze uruchomić aparat. Natomiast uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem, jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploataowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku aparatu RTG z ramieniem C.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pyt. 53 *Dotyczy pkt 8 Zał. nr 2 „Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia” Czy Zamawiający uzna za równoważne z oświadczeniem Producenta załączenie wyciągu z Instrukcji obsługi dotyczący częstotliwości wykonywania przeglądów?*

Odp. Tak, pod warunkiem że jest to instrukcja autoryzowana przez Producenta.

Pyt. 54 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na 30-dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 55 W nawiązaniu do ust.1b) § 6 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto (za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy).

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 56 W nawiązaniu do ust.1c) § 6 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto (za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze).

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 57 W nawiązaniu do ust. ust.1d) § 6 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% wynagrodzenia (za każdy dzień opóźnienia za niedotrzymanie terminu usunięcia usterek w okresie gwarancji i rękojmi). Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j. w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 58 Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 59 *Dotyczy ust. 2.1, 2.2, 2.3 i 2.6 § 7 projektu Umowy*

Zwracamy się z prośbą o usunięcie powyższych punktów jako niezasadne.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 60 Dotyczy pkt. 7.2.9 SIWZ Rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie wszystkich zezwoleń z WSSE na uruchomienie aparatu jest po stronie Zamawiającego, a Wykonawca ma jedynie dostarczyć dokumenty wymienione w w/w punkcie ?

Odp. Tak, za wyjątkiem akceptacji projektu osłon przez Sanepid, która należy do Wykonawcy.

Pyt. 61 W związku z tym, że przedmiotem zamówienia są także elementy z podatkiem VAT 23%, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację formularza „Zestawienie asortymentowo-cenowe” załącznika nr 1 do SIWZ, tak aby były tam wyszczególnione również pozycja z podatkiem 23%?

Odp. Wykonawca sam może wpisać kilka pozycji składających się na realizację zamówienia, z różnymi stawkami VAT.

Pyt. 62 Prosimy o potwierdzenie, że dokumenty wymienione od pkt.6.4.2 do pkt.6.4.7 SIWZ oraz w pkt.6.1.2 SIWZ Wykonawca ma złożyć dopiero po wezwaniu Zamawiającego po dokonaniu oceny oferty jako najkorzystniejszej?

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.

Ponadto **Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zw. dalej SIWZ w zakresie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert (Część XIII. SIWZ):**

Pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w zaklejonej nieprzeźroczystej kopercie, w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża do dnia: **3.03.2017 r. do godz. 10.00. Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.05.** Decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego.”

Pkt 2 otrzymuje brzmienie „Publiczne otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia tj. **3.03.2017r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej (pokój 242) Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża.**”

W związku z powyższą zmianą treści SIWZ zapis na stronie tytułowej SIWZ otrzymuje brzmienie:

**„TERMIN SKŁADANIA OFERT: 3 MARCA 2017 r. godz. 10.00
TERMIN OTWARCIA OFERT: 3 MARCA 2017 r. godz. 11.00”**

**Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży**

Lek. med. Hanna Majewska-Dąbrowska