

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 314 (Seksja zamówień Publicznych)
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/39/2017

11.01.2018r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Zakup i dostawę sprzętu medycznego jednokrotnego użytku oraz sprzętu wielokrotnego stosowania dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży*”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/39/2017

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) **przekazuje wnioski** o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, **wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ.**

Pytanie 1

Pakiet nr 60

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach wycenę za op. – 50 szt., z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości? Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2

Pakiet nr 61

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach wycenę za op. – 50 szt., z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości? Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3

Pakiet nr 108

Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający ww pozycji oczekuje papieru oryginalnego czy kompatybilnego.

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny z opisanym sprzętem. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet nr 197

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ww elektrod o rozmiarze 23x23mm , reszta parametrów bez zmian.

Ad. 4

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Pakiet nr 216

Prosimy Zamawiającego o podanie rozmiaru do ww papieru.

Ad. 5

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet nr 295

Prosimy Zamawiającego o informację czy nie zaszła pomyłka ww pozycji ? Elektrody do stymulacji zewnętrznej do defibrylatora Philips pakowane są po 2 szt. w komplecie. Prosimy o dopuszczenie ww elektrod pakowanych po 2 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 115 kompletów.

Ad. 6

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 5 do SIWZ w zakresie pakietu 295 w taki sposób, że określa jednostkę miary: opakowanie = 2 szt; ilość j.m.: 96. Opis asortymentu ulega zmianie poprzez dodanie sformułowania „dla dorosłych”

Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ dotyczący Pakietu 295 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 7

Pakiet nr 295

Prosimy Zamawiającego o informacje czy ww pozycji oczekuje elektrody dla dorosłych czy dla dzieci.

Ad. 7

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6.

Pytanie 8

Pakiet nr 353

Prosimy o dopuszczenie ww papieru do defibrylatora Philips o prawidłowym rozmiarze 107x23m.

Ad. 8

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Projekt umowy par.4 ust.2

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Ad. 9

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Projekt umowy par.6 ust.8a)

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych wnosimy o zmianę zapisu &5 ust.1 poprzez dodanie następującej treści: „W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto , ceny netto pozostają bez zmian. Zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga aneksu”.

Ad. 10

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11**Dotyczy pakietu 352****Pytanie nr 1.**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję asortymentową nr 1 z pakietu nr 352 (tj. Układ oddechowy do respiratora OSIRIS) do osobnego pakietu? Wydzielenie pozwoli na złożenie większej ilości ofert w postępowaniu w tym zaoferowanie wysokiej jakości akcesoriów medycznych przez jedynego autoryzowanego dystrybutora sprzętu medycznego prod. Air Liquide w Polsce.

Ad.1**Zgodnie z SIWZ.****Pytanie nr 2.**

Prosimy o udzielenie informacji o modelu aparatu, do którego Zamawiający wymaga kompatybilności w pozycji nr 1 w pakiecie nr 352?

Ad. 2**Model: OSIRIS 2 ge.****Pytanie nr 3.**

Czy Zamawiający w stosunku do autoryzowanego dystrybutora sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku prod. Air Liquide (dawniej: Taema) zgodzi się zrezygnować z wymogu dostarczenia próbek i zmienić go na obowiązek dołączenia do oferty karty katalogowej potwierdzającej spełnianie warunków technicznych/parametrów? Zamawiający zna oferowany asortyment oraz stosuje akcesoria produkcji w/w. firmy od jakiegoś czasu, więc obowiązek dołączenia próbek spowoduje jedynie wzrost kosztów oferty.

Ad. 3**Zgodnie z SIWZ.****Pytanie 12****Załącznik 3 do SIWZ****Wzór Umowy****Dotyczy § 2 pkt 3.**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów postanowień Umowy w § 2 pkt 3. na zapis:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu zamówionego towaru w terminie do 5 dni od daty jego dostarczenia, a w przypadku braku podania przyczyny zwrotu poniesie koszty przesyłki towaru do siedziby Zamawiającego oraz zwrotu towaru do siedziby Wykonawcy.”

Uzasadnienie: Obecny zapis w treści umowy jest krzywdzący dla Wykonawców oraz naraża na poniesienie wysokich kosztów wielokrotnego dostarczania przedmiotu zamówienia. Termin dostawy określony w SIWZ jest wystarczająco krótki aby nie nakładać na Zamawiającego konieczności magazynowania sprzętu medycznego jednokrotnego użytku. Ryzyko bezpodstawnych zwrotów towaru w nieograniczonych ilościach musi zostać skalkulowane w cenie oferty, co spowoduje niepotrzebne podniesienie ceny oferty.

Ad. 12**Zgodnie z SIWZ.****Pytanie 13****Pakiet nr 380 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne jednorazowe pokryte powłoką hydrofilną, łyżeczki ze stali nierdzewnej – pozostałe parametry bez zmian?

Ad. 13**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 14

Pak. 221 pozycja 1

Ile omów ma posiadać czujnik temperatury? (2,25 k omów czy 10 k omów)

Ad. 14

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Pak. 222 pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie kabla przedłużający od monitora do czujnika dł. 2,4 m?
Reszta bez zmian.

Ad.15

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Pak. 223 pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika do pomiaru saturacji : końcówka neonatologiczna na stopę lub dłoń zakres wagi < 3kg lub na palec zakres wagi 3-20kg ? Reszta bez zmian.

Ad. 16

Zamawiający dopuszcza; pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Pak. 228

Czy Zamawiający zrezygnuje ze znakowania mankietów kolorami. Naniesione rozmiary na mankietach umożliwiają łatwy dobór odpowiednich mankietów do pacjenta ?

Ad. 17

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

pak. 252

Ile gumowych pasów w zestawie Zamawiający wymaga?

Ad. 18

Zamawiający dopuszcza 2 pasy gumowe; pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Pakiet nr 386

Czy Zamawiający dopuści rękawice wykonane z naturalnego kauczuku, tlenku ołowiu, związków wulkanizacyjnych i antyutleniacze. Proponowane rękawice są bezpudrowe, o anatomicznym kształcie, sterylizowane, o następującej ochronie przed promieniowaniem:

Poziom energii wiązki bezpośredniej	RFB X-L	RFB X-1	RFB X-2
60 KVP	42%	62%	68%
80 KVP	38%	58%	60%
100 KVP	31%	49%	54%
120 KVP	28%	43%	48%

Ad. 19

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20**Pakiet Nr 1, poz. 25**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji podwiązki 1 x 150 cm z przeliczeniem wymaganych ilości, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Ad. 20

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21**Pakiet Nr 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szwy wchłaniające, plecione, syntetyczne, powlekane, wykonane z kwasu poliglikolowego. Parametry podtrzymywania: po 14 dniach od wszczepienia ok. 80% pierwotnej siły podtrzymywania, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 20%. Okres wchłaniania 60 – 90 dni.

Ad. 21

Zamawiający dopuszcza; pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22**Pakiet Nr 2, poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę o długości 40 mm.

Ad. 22

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23**Pakiet Nr 2, poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nitki o długości 75 cm.

Ad. 23

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24**Pakiet Nr 3**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, jednowłókowy, niepowlekany, o okresie podtrzymywania tkanki po 14 dniach ok.75%, po 28 dniach ok.65-70%, po 43 dniach ok.55-60%, po 57 dniach ok.40% i czasie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni?

Ad. 24

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25**Pakiet Nr 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szwy wchłaniające, plecione, syntetyczne, niepowlekane, niebarwione, wytwarzane z kwasu poliglikolowego. Parametry podtrzymywania: po 7 dniach ok. 65%, po 8- 11 dniach ok. 50%. Okres wchłaniania ok. 42 dni.

Ad. 25

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26**Pakiet Nr 5, poz. 1, 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły okrągłej z tnącym ostrzem (przyostrzonej).

Ad. 26

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Pakiet Nr 7, poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Ad. 27

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Pakiet Nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie szwy wchłaniające, syntetyczne, plecione, niebarwione. Parametry podtrzymywania: po 7 dniach od wszczęcia ok. 65%, po 8 – 11 dniach ok. 50%. Okres wchłaniania ok. 42 dni.

Ad. 28

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Pakiet Nr 11, poz. 8-9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o **wydzielenie** w/w pozycji do osobnego pakietu.

Ad. 29

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Dotyczy pakietu 352

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany układ oddechowy w pozycji nr 1 (tj. układ oddechowy do respiratora OSIRIS) posiadał trzy-punktowe mocowanie linii sterującej zastawką do układu oddechowego zabezpieczające przed jej zaplątaniem i zablokowaniem?

Ad. 30

Zgodnie z SIWZ.

Pełnomocnik Dyrektora
ds. administracyjno-inwestycyjnych
mgr Aneta Gomółka-Siembora



Załącznik nr 5 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i wymagania dotyczące oferowanego asortymentu.

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Zakup i dostawę sprzętu medycznego j.u. i sprzętu wielokrotnego stosowania dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/39/Z017,

OFERUJEMY:

ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWE

Pakiet 295

L.p.	Asortyment	jednostka miary	ilość j.m.	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Producent	KOD/Nr katalogowy
1	Elektroda stymulacji zewnętrznej do defibrylatora Philips dla dorosłych	opakowanie = 2 szt.	96						
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO)									
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)									

.....
data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy