

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 314 fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/45/2020

26 . 01.2021 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę nici i materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/45/2020.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1.

Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 sterylną, syntetyczną nić chirurgiczną, plecionkę z kwasu glikolowego powlekaną kaprolaktonem i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym 40% po 7 dniach i czasie wchłaniania 42 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 7, Pozycje nr 1-3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7, Pozycjach nr 1-3 sterylną nić syntetyczną, plecionkę z kwasu glikolowego powlekaną kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach, czas wchłaniania 60- 90 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 7, Pozycje nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7, Pozycji nr 4 sterylną nić syntetyczną, monofilament z kwasu glikolowego powlekaną kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach, czas wchłaniania 60- 90 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu nr 7, Pozycji nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7, Pozycji nr 2 igłę szpatułkę o długości 2x6,4mm oraz nić o długości 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu nr 7, Pozycji nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7, Pozycji nr 3 igłę szpatułkę o długości 2 x 6,4 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6**Dotyczy Pakietu nr 7, Pozycji nr 4**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7, Pozycji nr 4 igłę szpatułkę o długości 6 mm oraz nić o długości 15cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7**Dotyczy Pakietu nr 11, Pozycji nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 1 igłę o długości 2 x 6 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8**Dotyczy Pakietu nr 11, Pozycji nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 2 igłę o długości 2 x 6,4 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9**Dotyczy Zadania nr 17, Pozycji nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 17, Pozycji nr 1 sterylną, chirurgiczną siatkę polipropylenową, lekką o gramaturze 37,8 g/m², wielkość porów 1,8 x 1,8 mm, z możliwością docięcia w rozmiarze 12 x 15cm o zaokrąglonych brzegach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10**Dotyczy Zadania nr 17, Pozycji nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 17, Pozycji nr 2 sterylną, chirurgiczną siatkę polipropylenową, lekką o gramaturze 37,8 g/m², wielkość porów 1,8 x 1,8 mm, z możliwością docięcia w rozmiarze 12 x 15cm o zaokrąglonych brzegach lub/i 15 x 15cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11**Dotyczy Zadania nr 17, Pozycji nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 17, Pozycji nr 1 sterylną, chirurgiczną siatkę polipropylenową, lekką o gramaturze 37,8 g/m², wielkość porów 1,8x1,8mm, z możliwością do cięcia w rozmiarze 12x15cm o zaokrąglonych brzegach?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12**Dotyczy Zadania nr 17, Pozycji nr 3**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 17, Pozycji nr 3 sterylną, chirurgiczną siatkę polipropylenową, lekką o gramaturze 37,8 g/m², wielkość porów 1,8x1,8mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13**Dot. zapisów SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 14

Dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści szwy o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 20%, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.

Pytanie 15

Dot. Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści szwy o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 28 dniach 70%, po 43 dniach 60%, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie 16

Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniające, plecione, syntetyczne, powlekane, niebarwione, z kwasu poliglikolowego, o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania ok. 42 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17

Dot. Pakietu 5, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18

Dot. Pakietu 7, poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 19

Dot. Pakietu 8, poz. 3

Czy Zamawiający ma na myśli grubość nici 2 USP?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli grubość nici 2 USP.

Pytanie 20

Dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniające, plecione, syntetyczne, powlekane, niebarwione, z kwasu poliglikolowego, o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania ok. 42 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21

Dot. Pakietu 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.

Pytanie 22

Dot. Pakietu 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści niebieski kolor nici, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.

Pytanie 23

Dot. Pakietu 15, poz. 8, 9

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 24

Dot. Pakietu 17

Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe o gramaturze 70 g/m², grubości 0,60 mm i wielkości porów 1,2-1,4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25

Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew o profilu podtrzymywania ok. 70% po 28 dniach i ok. 50% po 42 dniach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 27

Czy w **Pakiecie nr 11 poz. 1 i 2** Zamawiający dopuści nici z dwoma igłami o dł. 6,0 mm 140 mikronów, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Z – CA DYREKTORA
d/s. LECZNICTWA
dr n. med. Anita Świętochowska**