

Łomża, dnia 05.10.2026 r.

Znak sprawy: ZT-SZP-226/02/3/2026

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI KONKURSU OFERT

Dotyczy Konkursu ofert na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch bezolejowych sprężarek powietrza dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/3/2026.

I. Zamawiający przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści Konkursu ofert wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji zgodnie z kartą gwarancyjną producenta po stronie i na koszt Wykonawcy

Przeglądy są osobną usługą wynikającą z godzin pracy urzędzeń, jest to dodatkowo płatna usługa.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Konkursu Ofert. W okresie udzielonej gwarancji przeglądy gwarancyjne, prewencyjne po stronie i na koszt Wykonawcy.

Pytanie 2

W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni serwis, konserwację, przeglądy i wymianę uszkodzonych urzędzeń, systemów – zgodnie z zaleceniami producenta. Świadczymy serwis gwarancyjny i pozagwarancyjny, ale jest on dodatkowo płatny.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Konkursu Ofert. W okresie udzielonej gwarancji przeglądy gwarancyjne, prewencyjne po stronie i na koszt Wykonawcy.

Pytanie 3

Dotyczy Wzoru umowy - Załącznik nr 3 do Konkursu ofert

Kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit. b-c podlegają sumowaniu. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% wartości Umowy brutto. Prośba o korektę do 10%.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Konkursu ofert – Wzór umowy po zmianie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie bezolejowych urządzeń w technologii spiralnej (typu Scroll) o parametrach technicznych (wydajność, moc, gabaryty) równoważnych lub lepszych niż wymagane dla sprężarek śrubowych?

Dopuszczenie technologii spiralnej (scroll) pozwoli na zachowanie pełnej konkurencyjności postępowania, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pacjentów. Sprężarki typu scroll są technologią w 100% bezolejową (generują powietrze w Klasie 0 czystości wg normy ISO 8573-1) – wewnątrz komory sprężania w ogóle nie występuje olej, co eliminuje jakiekolwiek ryzyko skażenia sieci powietrza medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia bezolejowe w technologii spiralnej o parametrach równoważnych lub wyższych.

Pytanie 5

W związku z nałożonym na Wykonawcę obowiązkiem wykonania prac adaptacyjnych, demontażowych oraz przeróbek istniejącej instalacji pneumatycznej i elektrycznej w budynku sprężarkowni, zwracam się z prośbą o wyznaczenie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej.

Odpowiedź: Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy bezpośrednio ustalić z osobami wskazanymi w Konkursie ofert - Rozdział III ust. 7.

Zamawiający informuje o możliwości odbycia wizji lokalnej w dniu 06.10.2026 r. w godz. 10:00-14:00.

II. Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Konkursu ofert poprzez zmianę zapisu treści wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Konkursu ofert.

Wzór umowy w § 7 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit. b-c podlegają sumowaniu. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15% wartości Umowy brutto”.

Załącznik nr 3 do Konkursu ofert - **Wzór umowy po zmianie** stanowi załącznik do niniejszego pisma.

DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
mgr Dariusz Domasiewicz