



Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/82/2022

Łomża dnia 28.11.2022 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej *Ustawą*, na dostawę żeli do rozdziału elektroforetycznego wraz z najmem sprzętu laboratoryjnego oraz dostawę testów do diagnostyki alergii i nietolerancji pokarmowej wraz z najmem sprzętu laboratoryjnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/82/2022

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 *Ustawy*, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1.**dotyczy pakietu nr 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poniższych produktów oraz urządzeń niebędących wyrobami medycznymi w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 o wyrobach medycznych?

- bufor czyszczący do analizatora,
- skaner do testów paskowych,
- kołyska laboratoryjna,
- zestaw komputerowy,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 1.

Pytanie nr 2.**dotyczy pakietu nr 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach najmu urządzeń: aparatu do testów immunoblot EuroBlotMaster, skanera, kołyski oraz zestawu komputerowego, które są obecnie użytkowane przez Zamawiającego? Urządzenia są kompletne, sprawne i gotowe do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, a także gwarantują bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego Zamawiającego oraz zapewniają wymagany poziom świadczonych usług medycznych. Dodatkowo urządzenia spełnią wszelkie pozostałe wymagania Zamawiającego oraz posiadają aktualne przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 1.

Pytanie nr 3.**dotyczy pakietu nr 1:**

Czy w związku z planowaną zmianą składów alergenowych przez wytwórcę testów, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 zestawów testowych o następującym składzie:

Nazwa alergenu
Mix roztoczy 1 (d1, d2)
Mix piór 1 (e85, e111, pióra kaczki)
Karaluch, karaczan prusak
A. sirio (roztocze spizarniane)
Penicillium-notatum/Penicillium chrysogenum
Cladosporium herbarum
Aspergillus fumigatus
Candida albicans
Alternaria alternata
Trichophyton mentagrophytes

Marker CCD
Linia kontrolna

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw testowy o ww. składzie w zakresie Pakietu 1 poz. 7.

Pytanie nr 4.

dotyczy pakietu nr 1:

Czy w związku z planowaną zmianą składów alergenowych przez wytwórcę testów, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 zestawów testowych o następującym składzie:

Nazwa alergenu
Mąka jęczmienna
Gluten
Otręby owsiane
Mąka żytnia
Mąka orkiszowa
Mąka pszenna
Mąka gryczana
Kukurydza
Proso
Ryż
Wołowina
Kurczak
Wieprzowina
Beta-laktoglobulina
Kazeina
Mleko krowie
Żółtko jajka (kurze)
Białko jajka (kurze)
Mleko kozie / Ser kozie
Mleko owcze / Ser owczy
Łosoś
Tuńczyk
Krewetki 1
Dorsz
Ziarno gorczycy
Orzeszki ziemne
Migdał
Orzech włoski
Ziarno kakaowca
Orzech laskowy
Marchewka
Mieszanka por, szczypiorek 1
Mieszanka fasoli (fasola biała, fasolka szparagowa, fasola kidney)
Ziemniak
Pomidor
Mieszanka grzybów 1 (bocznik ostrygowaty, pieczarka, grzyb shiitake, kurka)
Czosnek
Mieszanka cebula, szalotka 1

Mieszanka kapust (brokuły, kapusta biała, kapusta włoska)
Mieszanka cytrusów (cytryna, pomarańcza)
Figa
Mieszanka winogron (ciemne winogrono, jasne winogrono, rodzynki)
Słodki ziemniak
Dynia Hokkaido
Mieszanka drożdży 1 (drożdże piekarnicze, drożdże piwne)
Miód
Kawa
Czarna herbata
Ziarno soi
Soczewica
Siemię lniane
Jabłko
Kiwi
Banan

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw testowy o ww. składzie w zakresie Pakietu 1 poz. 10.

Dyrektor
 Szpitala Wojewódzkiego
 im. Karoliny Stefanii Wyszyńskiej
 w Łomży
Jarosław Pokoleńczuk

Adres Szpitala Wojewódzkiego :
 18 - 404 Łomża Al. Piłsudskiego 11
 tel. centr. (86) 47 33 900
 fax (86) 47 33 624

e-mail: sekretariat@szpital-lomza.pl
www.szpital-lomza.pl
 Nr rachunku bankowego: 611020 1332 0000 1402 1215 3583

NIP: 718-16-89-321
 REGON: 450665024
 KRS: 0000024716

